

		Specificații tehnice (F4.1)									
		<i>st tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6</i>									
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1621594090716						Data: 29 iunie 2021		Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:		Achiziționarea endprotezelor necesare IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie						Lot: 7,8,9		Pagina: __ din ____	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință		
1	2		3		4,00	5	6	7	8		
33100 000-1	7	Ciment ortopedic fără antibiotic	Ciment ortopedic fără antibiotic	Synicem3 (880305)	Franța	(Synimed) Synergie Ingénierie Médicale S.A.R.L.	Ciment ortopedic fără antibiotic Cimentul sa contina 40 g Ambalat steril - Sa aiba 2 componente – o fiola cu lichid si o punga pudra polimer - Radioopac - Viscositate medie - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Ciment ortopedic fără antibiotic Cimentul - 40 g - 20 ml Ambalat steril Cu 2 componente – o fiola cu lichid si o punga pudra polimer Radioopac Viscositate medie - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării	CE, ISO		
33100 000-1	8	Ciment ortopedic cu antibiotic	Ciment ortopedic cu antibiotic	Synicem3G (880405)	Franța	(Synimed) Synergie Ingénierie Médicale S.A.R.L.	Ciment ortopedic cu antibiotic Cimentul sa contina 40 g de polimer sub forma de pudra si monomer sub forma lichida. - Să contină oxidul de zirconiu sau sulfatul de bariu în pudra de ciment ca agent radioopac. -Sa fie un ciment ortopedic radioopac, cu viscositate medie, indicat pentru artroplastii la nivel de sold, genunchi si alte articulatii. -Sa contina Gentamicina. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Ciment ortopedic cu antibiotic Cimentul contine 40 g de polimer sub forma de pudra si monomer sub forma lichida. Contine sulfat de bariu în pudra de ciment ca agent radioopac. Ciment ortopedic radioopac, cu viscositate medie, indicat pentru artroplastii la nivel de sold, genunchi si alte articulatii. Contine Gentamicina. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării	CE, ISO		

33100 000-1	9	Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacum a cimentului	Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacum a cimentului	Synicem3G (880405)+Synimix V (880439)	Franța	(Synimed) Synergie Ingénierie Médicale S.A.R.L.	Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacum a cimentului Ciment ortopedic cu antibiotic Cimentul sa contina 40 g de polimer sub forma de pudra si monomer sub forma lichida. - Să contină oxidul de zirconiu sau sulfatul de bariu în pudra de ciment ca agent radioopac. -Sa fie un ciment ortopedic radioopac, cu viscozitate medie, indicat pentru artroplastii la nivel de sold, genunchi si alte articulatii. -Sa contina Gentamicina. Sistem de mixare în vaacum a cimentului acrilic: - Să prezinte cartridjul preîmplut cu ciment în care se mixează; -Să prezinte pompa vaacum ; -Să prezinte vârful lung pentru inserarea cimentului în canalul femural; - Să prezinte pistolul de livrare a cimentului pe suprafețele protetice și canale osoase. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacum a cimentului Cimentul contine 40 g de polimer sub forma de pudra si monomer sub forma lichida. Contine sulfat de bariu în pudra de ciment ca agent radioopac. Ciment ortopedic radioopac, cu viscozitate medie, indicat pentru artroplastii la nivel de sold, genunchi si alte articulatii. Contine Gentamicina. Sistem de mixare în vaacum a cimentului acrilic: - Cartridj preîmplut cu ciment în care se mixează; - Pompa vaacum ; - Vârful lung pentru inserarea cimentului in canalul femural; - Pistolul de livrare a cimentului pe suprafețele protetice și canale osoase. - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării	CE, ISO		
----------------	---	---	---	---	--------	---	--	--	---------	--	--

Specificații tehnice (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1621594090716

Denumirea licitației:

Achiziționarea endprotezelor necesare IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie

Data: „29” iunie 2021 Alternativa nr.: _____

Lot: 7,8,9 Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Prețul estimativ
1		2		3	4,00	5	6	7	8	9	
3310 0000-1	7	Ciment ortopedic fără antibiotic	Ciment ortopedic fără antibiotic	buc	5	463,63	556,356	2 318,15	2 781,78	în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului	4000
3310 0000-1	8	Ciment ortopedic cu antibiotic	Ciment ortopedic cu antibiotic	buc	515	595,80	714,96	306 837,00	368 204,40	în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului	515000
3310 0000-1	9	Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vacuum a cimentului	Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vacuum a cimentului	buc	370	1802,22	2162,664	666 821,40	800 185,68	în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului	575720
								975 976,55	1 171 171,86		