

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

IMSP Institutul de Cardiologie

Numărul procedurii de achiziție: 21037865. ID ocde-b3wdp1-MD-1617086241041.							Data: 06.04.2021	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Consumabile, reagenți pentru analizatorul Hematologic URIT 3000 PLUS (sistem închis).							Lot:	pag. 1 din 1
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articulului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferent	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
1	33100000-1	Soluție de diluare p-u analizatorul Hematologic Urit 3000 PLUS.	Diaton-Erma	Ungaria	Diagon	Diluent pentru analizator hematologic Urit. Soluție de diluare pentru Analizator hematologic Urit. Ambalaj 20 litri.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Soluție de diluare pentru Analizorul hematologic Urit. Ambalaj 20litri. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
2	33100000-1	Soluție de lizare p-u hematologic Urit 3000 PLUS.	Dialyse Erma CF	Ungaria	Diagon	Dialyse pentru analizator hematologic Urit. Soluție de lizare pentru Analizator hematologic Urit. Ambalaj 0,5litru*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Soluție de lizare pentru Analizorul hematologic Urit. Ambalaj 0,5litri. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
3	33100000-1	Soluție de curățare p-u analizatorul hematologic Urit 3000 PLUS	Diaclenz-Erma	Ungaria	Diagon	Detergent pentru analizatorul hematologic Urit.Soluție de curățare pentru Analizator hematologic Urit. Ambalaj 5 litri*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Soluție de curățare pentru Analizorul hematologic Urit. Ambalaj 5litri. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
4	33100000-1	Material de control hematologic cu 3 nivele: Low, Normal, High.	D-Check 18Low, Normal, High	Ungaria	Diagon	Material de control hematologic pentru analizator hematologic Urit, 3 nivele Low,Normal, High. Set 3 fl * 2 ml*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.* Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Material de control hematologic pentru analizatorul hematologic Urit, cu 3 nivele: Low, Normal, High. Set 3fl x 2ml. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
5	33100000-1	Diaclean Cell (soluție de spălare fiecare zi).	Diaclean Cell	Ungaria	Diagon	Diaclean Cell pentru Analizator hematologic Urit. Ambalaj 100 ml.*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	Diaclean Cell (soluție de spălare fiecare zi) pentru Analizorul hematologic Urit. Ambalaj 100ml. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Virshi Roman**

În calitate de: **Director firmă**

Oferantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 06.04.2021