

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1665054949303/ 21065203 din: 06.10.2022 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 19)

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
6	Centrifugă de laborator	TDL-6A	China	ZenithLab	Centrifugă de laborator pentru centrifugarea mostrelor biologice de sânge. Detalii tehnice: - viteza de centrifugare: 1000 – 5000 (6000) rotații/min.; - blocarea capacului în timpul funcționării; - senzor de dezechilibru; - deblocarea automată; - alarma sonoră după oprirea rotorului; - funcționarea silențioasă; - intervalul de temp. mediului permise (de la +10 până la +40); - alimentarea de la rețea (220 V); - rotor pentru 24 de adaptoare; - volumul maxim al eprubetelor utilizate (12 ml)	Centrifugă de laborator pentru centrifugarea mostrelor biologice de sânge. Detalii tehnice: - viteza de centrifugare: 6000 rotații/min.; - blocarea capacului în timpul funcționării; - senzor de dezechilibru; - deblocarea automată; - alarma sonoră după oprirea rotorului; - funcționarea silențioasă; - intervalul de temp. mediului permise (de la +10 până la +40); - alimentarea de la rețea (220 V); - rotor pentru 24 de adaptoare; - volumul maxim al eprubetelor utilizate (15 ml)	CE/ISO
7	Centrifugă de laborator	TDL-6A	China	ZenithLab	Centrifugă de laborator pentru centrifugarea mostrelor biologice. Detalii tehnice: - viteza de centrifugare: 1000 – 6 000 rotații/min.; - rotor pentru 16 poziții de eprubete; - blocarea capacului în timpul funcționării; - senzor de dezechilibru; - deblocarea automată; - alarma sonoră după oprirea rotorului; - funcționarea silențioasă; - alimentarea de la rețea (220 V); - volumul maxim al eprubetelor utilizate (12 ml) Certificat de la producător. Certificat de Control Metrologic cu tichet de control pe corpul extern al centrifugii.	Centrifugă de laborator pentru centrifugarea mostrelor biologice. Detalii tehnice: - viteza de centrifugare: 6 000 rotații/min.; - rotor pentru 16 poziții de eprubete; - blocarea capacului în timpul funcționării; - senzor de dezechilibru; - deblocarea automată; - alarma sonoră după oprirea rotorului; - funcționarea silențioasă; - alimentarea de la rețea (220 V); - volumul maxim al eprubetelor utilizate (15 ml) Certificat de la producător. Certificat de Control Metrologic cu tichet de control pe corpul extern al centrifugii.	CE/ISO

8	Analizator automat pentru investigații de laborator al sistemului de hemostază	XL1000C	China	Biobase	Analizator de hemostază automatizat, sistem semiînchis sau închis sau deschis cu cel puțin 4 canale de măsurare simultane. Viteza de lucru de la 50 teste/oră. Analizator dotat cu sisteme de dozare, sistem de detectare a nivelului de reagenți și volumului rămas de reagenți, dotat cu seringi și ace noi acoperiți cu materiale de protecție, sistem de detectare a nivelului de plasmă, sistem de citire a barcodurilor de pe eprubete, sistem de detecție a prezenței/absenței eprubetei în rak-ul analizatorului, sistemul optic de măsurare să fie funcționabili. Toate sisteme de dozare și modulul optic de măsurare să fie calibrate de producător, însoțite de certificat de calibrare de la producător. Soft încorporat instalat și activ, compatibil cu Windows. Limbele softului RU/RO/ENG/FR. Toate aplicațiile softului să fie deschise pentru utilizator medic/laborant. Posibilitate de conectare la LIS prin Ethernet și citirea eprubetelor barcodate. Memorie cu stocarea rezultatelor investigațiilor, posibilitate de stocare pe USB extern. Memorie pentru stocarea controlului intern de calitate în sistem Lewy-Genings. Softul să aibă programate aplicațiile pentru invesigarea Activității Protrombinei după Quick, Fibrinogenul după Claus, APTT, TT, D-dimeri cantitativ și alte investigații al sistemului de hemostază. Metode de analizare: clotting cu detecție optică sau optomecanic, immunoturbidimetrie, cromogenice. Garanție de import și procurarea consumabilelor specifice analizatorului pe piața RM. Instalarea totată și instructaj de către serviciul ingineresc al agentului economic cîștigător. În contract de vânzare a analizatorului să fie prevăzute pe perioada uzurei analizatorului deserviri ingineresti gratuite din partea agentului economic, executarea mentenanțelor la 6 și 12 luni specifice - gratuite. Manualul de utilizare a analizatorului în limba de stat, sau un ghid scurt de utilizare pe aplicații și mentenanțe în limba de stat.	Analizator de hemostază automatizat, sistem semiînchis sau închis sau deschis cu cel puțin 4 canale de măsurare simultane. Viteza de lucru de la 160 teste/oră. Analizator dotat cu sisteme de dozare, sistem de detectare a nivelului de reagenți și volumului rămas de reagenți, dotat cu seringi și ace noi acoperiți cu materiale de protecție, sistem de detectare a nivelului de plasmă, sistem de citire a barcodurilor de pe eprubete, sistem de detecție a prezenței/absenței eprubetei în rak-ul analizatorului, sistemul optic de măsurare să fie funcționabili. Toate sisteme de dozare și modulul optic de măsurare să fie calibrate de producător, însoțite de certificat de calibrare de la producător. Soft încorporat instalat și activ, compatibil cu Windows. Limbele softului RU/RO/ENG/FR. Toate aplicațiile softului să fie deschise pentru utilizator medic/laborant. Posibilitate de conectare la LIS prin Ethernet și citirea eprubetelor barcodate. Memorie cu stocarea rezultatelor investigațiilor, posibilitate de stocare pe USB extern. Memorie pentru stocarea controlului intern de calitate în sistem Lewy-Genings. Softul să aibă programate aplicațiile pentru invesigarea Activității Protrombinei după Quick, Fibrinogenul după Claus, APTT, TT, D-dimeri cantitativ și alte investigații al sistemului de hemostază. Metode de analizare: clotting cu detecție optică sau optomecanic, immunoturbidimetrie, cromogenice. Garanție de import și procurarea consumabilelor specifice analizatorului pe piața RM. Instalarea totată și instructaj de către serviciul ingineresc al agentului economic cîștigător. În contract de vânzare a analizatorului să fie prevăzute pe perioada uzurei analizatorului deserviri ingineresti gratuite din partea agentului economic, executarea mentenanțelor la 6 și 12 luni specifice - gratuite. Manualul de utilizare a analizatorului în limba de stat, sau un ghid scurt de utilizare pe aplicații și mentenanțe în limba de stat.	CE/ISO
---	--	---------	-------	---------	--	---	--------

11	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi), pentru singe	LC06C	China	ZenithLab	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi), pentru singe Cod 150910 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 6000 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer Gama de timp 0 - ≥ 60 min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicarori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤ 70 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare da	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi), pentru singe Cod 150910 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 6000 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 15 ml Numărul de tuburi 12 tuburi Timer Gama de timp 0 - ≥ 99 min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicarori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤ 65 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare da	CE/ISO
----	--	-------	-------	-----------	--	---	--------

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Grenoble 193 of 1301