

Specificații tehnice		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 1, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 2, 6, 8]									
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1732024832803 / 21313128 din 11.12.2024									
Denumirea licitației:		Achiziția testelor și lancetelor conform specificațiilor IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2025									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă			Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
33100000-1	1.1	Teste	Teste	Test Strips HT-100 + Blood Glucose Monitoring Sistem HT100 (compatibil cu glucometrul ofertat cu titlul gratuit)	Taiwan	Tyson Byo	Teste pentru măsurarea glicemiei: - Corpusculatoare (compatibile cu glucometrul ofertat cu titlul gratuit): Cu termen de valabilitate de peste 18 luni de la ziua livrării. Operatorul economic va asigura cu 60 de glucometre cu titlu gratuit. Specificări tehnice pentru glucometre: Glucometru (caracteristici de bază) Cod 5121200 Descriere: Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale. Parametri Specificații Metoda: Electrochimică Tip probă: Capilar Volumul minimal al probei: < 0,7 µL Gama de măsurare: 1.1-30.0 mmol/L Gama hematocritului: 25-60 % Interval de măsurare: ≤ 10 sec. Ecran LCD obligatoriu Calibrarea: Fără calibrare sau calibrare automată Oprire automată obligatorie Memoria numărul de teste ≥ 300 Data/ora și rezultatul probei obligatoriu Baterie internă obligatorie Autonomie de la baterie ≥ 700 teste (la temperatură normală de funcționare)			Test Strips HT-100 - Teste pentru măsurarea glicemiei: - compatibile cu glucometrul ofertat cu titlul gratuit Termen de valabilitate a testelor 18 luni de la ziua livrării. 60 de glucometre cu titlu gratuit. Glucometru (caracteristici de bază) : Cod 151200 Analizator de glicemie portabil pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale. Parametri Specificații Metoda: Electrochimică Tip probă: Capilar, venos tehnice pentru glucometre: Volumul minimal al probei - 0,7 µL, Brosura sa amaneaza pag 2; Reagent GDH-FAD - Report ID#; Gama de măsurare - (CD - 600 mg/dl), 1-33.3 mmol/L - Brosura Gama hematocritului - 0-70 % - Brosura pag.2 Intervalul de măsurare - 5 Sec/ Test. Brosura pag.2 Ecran LCD - DA Manual pag-2 Calibrarea automată - DA Oprire automată - Da Memoria numărul de teste - 500 - Brosura pag.2 Possibilitatea conectării la PC prin USB pentru salvarea/transferarea rezultatelor-Manual de utilizare în limba romana- pag 8 Data/ora și rezultatul probei obligatoriu - Da, Brosura	CE-ISO Test Strips HT-100 Nr.inregistrari la AMDM DM000377194 ; HT-100 Blood Glucose Monitoring Sistem Nr.inregistrari la AMDM - DM000377195;
33100000-1	1.2	Lancete	Lancete	Lancete	Taiwan	Tyson Byo	Lancete compatibile cu glucometrele oferite cu titlul gratuit, sterile.			Lancete compatibile cu glucometrele oferite cu titlul gratuit, sterile.	CE-ISO
33100000-1	1.3	Dispozitive de înțepare	Dispozitive de înțepare	HT-100 Blood Glucose Monitoring Sistem dispozitiv de înțepare in set	Taiwan	Tyson Byo	Dispozitive de înțepare compatibile cu glucometrele oferite cu titlul gratuit.			Dispozitive de înțepare compatibile cu glucometrele oferite cu titlul gratuit.	CE-ISO

Name: Varman Irina În calitate de: Director
 Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Dokucaev, 6
 semnat electron