



*MD – 2020, or. Chişinău,
srt. Calea Orheiului 111/5
tel. 406 - 299; 406 – 282,
tel./fax. 406 – 271
GSM 069140864
www.becor.md*

*МД 2020, г.Кишинэу,
ул. Калеа Орхеюлуй 111/5
тел. 406 - 299;406 - 282
факс. 406 - 271
GSM 069140864
www.becor.md*

Nr :30/21
Data:23.03.2021

Către:IMSP SR Ungeni

În atenția : **Comisiei de evaluare a ofertelor la procedura de licitație publică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1614693793223](#) din 26.03.2021 pentru achiziționarea reactive și consumabile de laborator pentru anul 2021**

Declarație pe propria răspundere

Prin prezenta, confirmam:
precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.

Mulumim pentru colaborare!

Cu consideratie,

Iurie Bezer
Director ,IM Becor SRL
Ex.Lazari Cristina



MD – 2020, or. Chişinău,
srt. Calea Orheiului 111/5
tel. 406 - 299; 406 – 282,
tel./fax. 406 – 271
GSM 069140864
www.becor.md

МД 2020, г. Кишинэу,
ул. Калеа Орхеюлуй 111/5
тел. 406 - 299; 406 - 282
факс. 406 - 271
GSM 069140864
www.becor.md

Nr :31/21

Data:23.03.2021

Către:IMSP SR Ungeni

În atenția : **Comisiei de evaluare a ofertelor la procedura de licitație publică nr. [ocds-b3wdp1-MD-1614693793223](#) din 26.03.2021 pentru achiziționarea reactive și consumabile de laborator pentru anul 2021**

Declarație pe propria răspundere

Prin prezenta, confirmam:

LOT VIII Reagenți și consumabile și accesorii pentru analizatorul imunologic cobas e 411 Roche Diagnostic system închis, Anexa nr.1 Cerințele generale la lotul ”Reactivi, calibratori și materiale de control pentru analizatorul Cobas 4000 (Cobas E411 și Cobas C311), Roche Diagnostic. Sistem închis”:

1. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuieli aferente. Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis).
2. Calibratori și materiale de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația RM în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de același producător).
3. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau în încăpere dotată cu echipament specific).
4. Termenul de valabilitate al produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate al acestuia. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identificare (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale producătorului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor indicate în set.
5. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductivitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat.

Anexa 2 .Cerințe generale la lotul Accesorii consumabile/piese de schimb pentru Analizator Cobas E411, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis.

1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.
2. Prezentarea scrisorii originale de la producător privind confirmarea proprietăților calitative ale produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului.
3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a accesoriilor/consumabilelor/pieselor de schimb cu utilajul dat, de la producătorul utilajului.
4. Furnizorul să fie autorizat de producătorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor inginerilor calificați în domeniu.

5.Prezența instruirii de utilizare a produsului, inclusiv și traducerea în limba de stat.

LOT 24. Reagenți și consumabile și accesorii pentru analizatorul biochimic cobas c 111 Roche Diagnostic system închis

Cerințe generale:

- 1.Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.
- 2.Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăților calitative a produsului, cu identificarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului.
- 3.Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul Cobas c 311 (sistem închis) de la producătorul utilajului.
- 4.Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactiv care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente.Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul Cobas c 311(sistem închis).
- 5.Calibratorii și materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți,(să fie de la același producător).
- 6.Ofertanții vor demonstra că reagenții,seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider,frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific).
- 7.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător.Date de identitate (denumirea,numărul lotului,seria,termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

LOT 25. Reagenți și consumabile,piese pentru analizatorul hematologic ICON 3, de tip închis

Diluentul –reagent pentru ,numărarea și demensionarea celulelor sanguine. Soluția de lyzer pentru hemolizarea celulelor sanguine.Soluția de spălare-soluție proteolitică.

Calibratorul și materialul de control necesar pentru calibrarea analizatorului și efectuarea controlului intern obligatoriu de la acelaș producător cu reagenții. Calibratorii și materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare.

Mulumim pentru colaborare!

Cu consideratie,

Iurie Bezer
Director ,IM Becor SRL
Ex.Lazari Cristina