

Specificații tehnice (F4.1)

Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1610618003423		Data: „18” Februarie 2021		Alternativa nr.: _____				
Denumirea licitației: "Achiziționarea reagenților, accesoriilor și consumabile pentru laboratoarele diagnostice, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani pentru anul 2021"		Lot: _____		Pagina: __ din __				
Nr. Lot	Clasificator (Codul CPV)	Denumirea obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
4	33696500-0	Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatorul COATRON M 1 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul COATRON M 1(anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014)	A0230-040	Germania	TECO	tromboplastină cu activ. 14 -18 sec. și ISI nu mai mic de 1,1 fl. până la 5 ml, să fie compatibil cu materialul de control, de la același producător.	Tromboplastină p/u COATRON M 1 tromboplastină cu activ. 14 -18 sec. și ISI nu mai mic de 1,1 fl. până la 5 ml, compatibil cu materialul de control, de la același producător.	Certificat CE; ISO
4	33696500-0	Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatorul COATRON M 1 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul COATRON M 1(anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014)	P6001-010+P6101-010	Germania	TECO	fl. până la 2 ml, să fie compatibil cu reagentul de lucru, de la același producător.	Plasmă de control (normal+patologic), p/u COATRON M 1 Plasmă de control (normal+patologic), p/u COATRON M 1, fl. 1 ml, compatibil cu reagentul de lucru, de la același producător.	Certificat CE; ISO
4	33696500-0	Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatorul COATRON M 1 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul COATRON M 1(anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014)	A0511-020+A0590-125	Germania	TECO	fl. până la 2 ml, să fie compatibil cu materialul de control, de la același producător.	Fibrinogen set 4 fl x 2 ml + imidazol cantitate suficientă Fibrinogen set 10 fl x 2 ml + imidazol cantitate suficientă , fl. 2 ml, compatibil cu materialul de control, de la același producător.	Certificat CE; ISO
4	33696500-0	Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatorul COATRON M 1 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul COATRON M 1(anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014)	A0590-125	Germania	TECO	fl. până la 15 ml , să fie compatibil cu materialul de control, de la același producător.	Imidazol set 4 fl x 15 ml Imidazol set flx125 ml, compatibil cu materialul de control, de la același producător.	Certificat CE; ISO
4	33696500-0	Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatorul COATRON M 1 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul COATRON M 1(anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014)	SY 317077	Italia	Syntesys	cuve pentru probe, compatibil cu COATRON M1, din polesterol, amb. până la 1000 buc.	Cuve p/u COATRON M1 Cuve p/u COATRON M1 pentru probe, compatibil cu COATRON M1, din polesterol, amb. 1000 buc.	Certificat CE; ISO
4	33696500-0	Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatorul COATRON M 1 (anex. 17 Ord.MS nr.374 din 05.05.2014). Consumabile pentru analizatorul COATRON M 1(anex.18 Ord.MSnr.374 din 05.05.2014)	TECO 80 531 00	Germania	TECO	compatibil cu COATRON M 1	Eprubete pentru reagent COATRON M 1 Eprubete pentru reagent COATRON M	Certificat CE; ISO
8	33696500-0	Specificații standard pentru investigații imunozimatiche la infecții microbiene, parazitare și virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010)	TK034	Ucraina	Vitrotest	Cerințe generale, de asemenea să fie inclus controlul N+P. Soluții conjugat, substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu.	Determinarea anticorpilor anti SARS-CoV-2 IgM prin metoda ELISA, set 192 teste Determinarea anticorpilor anti SARS-CoV-2 IgM prin metoda ELISA, set 192 teste Determinarea anticorpilor anti SARS-CoV-2 IgM prin metoda ELISA, set 192 teste prin metoda ELISA, set 192 teste. Cerințe generale, de asemenea sunt incluși controlul N+P. Soluții pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu.	Certificat ISO

8	33696500-0	Specificații standard pentru investigații imunozimatiche la infecții microbiene, parazitare și virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010)	TK039	Ucraina	Vitrotest	Cerințe generale, de asemenea să fie inclus controlul N+P. Soluții conjugat, substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu.	Determinarea anticorpilor anti SARS-CoV-2 IgG prin metoda ELISA, set 192 teste	Determinarea anticorpilor anti SARS-CoV-2 IgG prin metoda ELISA, set 192 teste. Cerințe generale, de asemenea sunt inclusi controlul N+P. Soluții pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu.	Certificat ISO
9	33696500-0	Specificații standard pentru investigații imunologice, neprevăzute în ord. 701 din 18.10.2010. Determinarea anticorpilor glandei tiroide.	K132	Federația Rusă	XEMA	set 96 teste + 5 calibratori cu conc. nu mai mică de 3000 IU/ml, să conțină și control	Anti - TG set 96 teste	Anti - TG set 96 teste set 96 teste, + 5 calibratori cu conc. nu mai mică de 3000 IU/ml, conține și control	Certificat CE; ISO
12	33696500-0	Specificații standard pentru investigații imunologice. Determinarea hepatitelor virale.(anex. 2 și 8 Ord.MS nr.701 din 18.10.2010)	71020	SUA	Lumiquick	ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare	Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale	Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale	Certificat CE; ISO
15	33696500-0	Specificații standard pentru investigații imunozimatiche la infecții microbiene, parazitare și virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010)	K105M	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale, de asemenea să fie inclus controlul negativ / pozitiv . Soluții de substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Anti - Chlamidia trahomatis IgM set 96 teste	Anti - Chlamidia trahomatis IgM set 96 teste. Cerințe generale, controlul negativ / pozitiv și calibrator. Soluții pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Certificat CE; ISO
15	33696500-0	Specificații standard pentru investigații imunozimatiche la infecții microbiene, parazitare și virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010)	K105	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale, de asemenea să fie inclus 6 calibratori . Soluții de substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Anti - Chlamidia trahomatis IgG set 96 teste	Anti - Chlamidia trahomatis IgG set 96 teste. Cerințe generale, controlul negativ / pozitiv și calibrator. Soluții pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Certificat CE; ISO
15	33696500-0	Specificații standard pentru investigații imunozimatiche la infecții microbiene, parazitare și virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010)	K104M	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibrator. Soluții de substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Anti - HSV (tip I,II) IgM set 96 teste	Anti - HSV (tip I,II) IgM set 96 teste. Cerințe generale, controlul negativ / pozitiv și calibrator. Soluții pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Certificat CE; ISO
15	33696500-0	Specificații standard pentru investigații imunozimatiche la infecții microbiene, parazitare și virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010)	K104	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul și calibratori . Soluții de substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Anti - HSV (tip I,II) IgG set 96 teste	Anti - HSV (tip I,II) IgG set 96 teste. Cerințe generale, controlul negativ / pozitiv și calibrator. Soluții pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Certificat CE; ISO
15	33696500-0	Specificații standard pentru investigații imunozimatiche la infecții microbiene, parazitare și virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010)	K103M	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibrator .Soluții de substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Anti - CMV IgM set 96 teste	Anti - CMV IgM set 96 teste. Cerințe generale, controlul negativ / pozitiv și calibrator. Soluții pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Certificat CE; ISO
15	33696500-0	Specificații standard pentru investigații imunozimatiche la infecții microbiene, parazitare și virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010)	K103	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul și calibratori. Soluții de substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Anti - CMV IgG set 96 teste	Anti - CMV IgG set 96 teste. Cerințe generale, controlul negativ / pozitiv și calibrator. Soluții pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Certificat CE; ISO
15	33696500-0	Specificații standard pentru investigații imunozimatiche la infecții microbiene, parazitare și virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010)	K101M	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibrator.Soluții de substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Anti - Toxoplasma gn. IgM set 96 teste	Anti - Toxoplasma gn. IgM set 96 teste. Cerințe generale, controlul negativ / pozitiv și calibrator. Soluții pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Certificat CE; ISO
15	33696500-0	Specificații standard pentru investigații imunozimatiche la infecții microbiene, parazitare și virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010)	K101	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de control și calibratori .Soluții de substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Anti - Toxoplasma gn. IgG set 96 teste	Anti - Toxoplasma gn. IgG set 96 teste. Cerințe generale, controlul negativ / pozitiv și calibrator. Soluții pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Certificat CE; ISO

16	33696500-0	Specificații standard pentru investigații imunozimatiche la infecții microbiene, parazitare și virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010)	K106	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibrator.Soluții de substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Anti - Micoplasma hominis IgG set 96 teste	Anti - Micoplasma hominis IgG set 96 teste. Cerințe generale, controlul negativ / pozitiv și calibrator. Soluții pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Certificat CE; ISO
16	33696500-0	Specificații standard pentru investigații imunozimatiche la infecții microbiene, parazitare și virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010)	K126	Federația Rusă	XEMA	Cerințe generale, de asemenea să fie inclus controlul negativ / pozitiv . Soluții de substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Anti - Ureoplasma urealiticum IgG set 96 teste	Anti - Ureoplasma urealiticum IgG set 96 teste. Cerințe generale, controlul negativ / pozitiv și calibrator. Soluții pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Certificat CE; ISO
16	33696500-0	Specificații standard pentru investigații imunozimatiche la infecții microbiene, parazitare și virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010)	K171	Federația Rusă	XEMA	Set 96 teste, de asemenea să fie inclus controlul negativ / pozitiv .Soluții de substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Anti - Giardia Lamblia sumar IgA, M, G set 96 teste	Anti - Giardia Lamblia sumar IgA, M, G set 96. Cerințe generale, controlul negativ / pozitiv și calibrator. Soluții pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Certificat CE; ISO
17	33696500-0	Specificații standard pentru investigații imunozimatiche la infecții microbiene, parazitare și virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010)	TK058	Ucraina	Vitrotest	Set 96 teste, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și calibratori .Soluții de substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Anti - Toxocara canis IgG set 96 teste	Anti - Toxocara canis IgG set 96 teste. Cerințe generale, controlul negativ / pozitiv și calibrator. Soluții pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Certificat ISO
17	33696500-0	Specificații standard pentru investigații imunozimatiche la infecții microbiene, parazitare și virusologice (anex. 2 și 8 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010)	TK051	Ucraina	Vitrotest	Set 96 teste, de asemenea să fie inclus în afară de controlul negativ / pozitiv și cut-off control .Soluții de substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Anti - Ascaris lumbricoides IgG set 96 teste	Anti - Ascaris lumbricoides IgG set 96 teste. Cerințe generale, controlul negativ / pozitiv și calibrator. Soluții pregătite de producător, gata pentru utilizare.	Certificat ISO
47	33696500-0	Specificații standard pentru investigații clinice generale, hematologice și citologice. Veselă și articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010)	212015	Italia	Syntesys	slaid p/u 10 microscopieri ambalaj pînă la 100 buc.	Slaid pentru microscopierea sedimentului urinar	slaid p/u 10 microscopieri ambalaj pînă la 100 buc.	Certificat CE; ISO
56	33696500-0	Specificații standard pentru investigații clinice generale, hematologice și citologice. Veselă și articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010)	LA335	India	HiMedia	set. 100 buc (stripuri), gradația pH de la 1,0-14,0 UN	Hirtie indicatoare a Ph	Hirtie indicatoare a Ph, set. 100 buc (stripuri), gradația pH de la 1,0-14,0 UN	Certificat CE; ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9