

		Specificații tehnice (F4.1)						
		din 28.06.2021						
Numărul licitației: 21041131						Alternativa nr.		
Denumirea licitației:CONSUMABILE MEDICALE (anul 2021) Conform necesitatilor IMSP Spitalul raional Sîngerei						Lot: conform listei solicitate		Pagina 1din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lotul 43						
33100000-1		Filtru pentru aparat de respirație viral și bacterial pentru adulți 99,999% VT 300- 1500ml	4300905096	Germany	Dahlhausen & Co. GmbH	Lot 43 Filtru pentru aparat de respirație viral și bacterial pentru adulți 99,999% VT 300-1500ml	Filtru bacterian / viral cu port CO2. Formă (filtru de ventilație): rotundă. Stilul ISO (capăt pacient): bărbat / femeie. Diametrul interior (capătul pacientului): 20/15 mm. Steril NU. Domeniul de aplicare - Adult. Retenția particulelor - 99,999% Max. volum mare (filtru respirație) - 1.500 ml	CE
		Total lot 43						
		Lotul 45						
33100000-1		Mască pentru oxigenoterapie, mărimea M	0100008110	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Lot 45 Mască pentru oxigenoterapie, mărimea M	Mască de oxigen în stil sub bărbie cu tub de conectare de siguranță cu conectori standard pe ambele părți. Mască care trebuie utilizată pentru medicamente cu oxigen și terapie cu aerosoli. Steril: Nu Lungime (tub de oxigen) 210 cm	CE
		Total lot 45						
		Lotul 46						
33100000-1		Mască pentru oxigenoterapie, mărimea L	0100008110	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Lot 46 Mască pentru oxigenoterapie, mărimea L	Mască de oxigen în stil sub bărbie cu tub de conectare de siguranță cu conectori standard pe ambele părți. Mască care trebuie utilizată pentru medicamente cu oxigen și terapie cu aerosoli. Steril: Nu Lungime (tub de oxigen) 210 cm	CE
		Total lot 46						
		Lotul 47						
33100000-1		Mască pentru oxigenoterapie, mărimea XL	0100008110	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Lot 47 Mască pentru oxigenoterapie, mărimea XL	Mască de oxigen în stil sub bărbie cu tub de conectare de siguranță cu conectori standard pe ambele părți. Mască care trebuie utilizată pentru medicamente cu oxigen și terapie cu aerosoli. Steril: Nu Lungime (tub de oxigen) 210 cm	CE
		Total lot 47						
		Lotul 48						
33100000-1		Mască pentru sac Ambu Nr. 2	5150000002	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Mască pentru sac Ambu Nr. 2	Mască de respirație, silicon. Steril: Nu Mărimea 2	CE
		Total lot 48						

		Lotul 49						
		Mască pentru sac Ambu Nr. 3	5150000003	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Mască pentru sac Ambu Nr. 3	Mască de respirație, silicon. Steril: Nu Mărimea 3	CE
		Total lot 49						
33100000-1		Lotul 50						
		Mască pentru sac Ambu Nr. 4	5150000004	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Mască pentru sac Ambu Nr. 4	Mască de respirație, silicon. Steril: Nu Mărimea 4	CE
		Total lot 50						
33100000-1		Lotul 51						
		Mască pentru sac Ambu Nr. 5	5150000005	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Mască pentru sac Ambu Nr. 5	Mască de respirație, silicon. Steril: Nu Mărimea 5	CE
		Total lot 51						
33100000-1		Lotul 54						
		Padele pentru defibrilator Philips multifuncțional, copii	F7950P	Italia	FIAB SpA	Lot 54 Padele pentru defibrilator Philips multifuncțional, copii	Padele p/u defibrilator Philips Laerdal Medical. de unica folosinta. Copii	CE
		Total lot 54						
33100000-1		Lotul 55						
		Padele pentru defibrilator Philips multifuncțional, adulți	F7950	Italia	FIAB SpA	Lot 55 Padele pentru defibrilator Philips multifuncțional, adulți	Padele p/u defibrilator Philips Laerdal Medical. de unica folosinta. Adulți	CE
		Total lot 55						
33100000-1		Lotul 60						
		Sonda Blackmoore din cauciuc	nr. 18 nr.23	Rusia	LLC "Asociația Alfaplastik"	Lot 60 Sonda Blackmoore din cauciuc	Proiectat pentru a preveni aruncarea conținutului gastric în esofag și cavitatea bucală, pentru a aspira conținutul stomacului, precum și pentru a opri sângerarea stomacului și a esofagului. Numărul probei - 18, 23 Lungime, mm - (18) 880 + -10 (23) 880 + -10 Diametru exterior, mm - (18) 6,0 + -0,3 (23) 7,7 + -0,3 Grosimea peretelui, mm - (18) 1,0 + -0,2 (23) 1,3 + -0,2	Certificat de conformitate
		Total lot 60						
		TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23

