

### Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr. 21379320/ ocds-b3wdp1-MD-1741859250216 din 24.03.2025						
Obiectul achiziției: Reagenți pentru Laborator conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2025.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/ nr. de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 1 Eprubete sterile 50 , apirogenice, conice, testate pentru culturi celulare</b>						
Eprubete sterile 50 , apirogenice, conice, testate pentru culturi celulare, conice, ambalate separat.	10351/SG/CS	Italia	Aptaca	Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, testate pentru culturi celulare, conice, ambalate separat. Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi cel puțin 80% din termenul restant la momentul livrării.	Eprubete sterile 50 ml, apirogenice, conice, ambalate individual, Ø 30x115 mm. Autoclavabile la +121 °C și congelabile până la -80 °C. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . *Valabilitatea produsului va fi cel puțin 80% din termenul restant la momentul livrării.	DM000415743, ISO, CE
<b>Lotul 3 Reagenți și veselă pentru investigații manuale pentru laboratorul clinic</b>						
ASLO	ASO Latex Kit, 100 teste, 031100A	MB	LORNE LABORATORIES LIMITED	Flacon 5 ml, 100 teste	Flacon 5 ml, 100 teste	DM000380693, ISO, CE

Factor reumatoid	RF Latex Kit, 100 teste, 830100A	MB	LORNE LABORATORIES LIMITED	Flacon 5 ml, 100 teste	Flacon 5 ml, 100 teste	DM000380695, ISO, CE
<b>Lotul 7 Reagenți și consumabile pentru analizatorul hematologic H30 Pro, EDAN</b>						
CBC-3D Control 3x2ml	ED-30D	China	EDAN INSTRUMENTS, INC.	Reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite de defines variația așteptată în domeniul normal, scăzut, crescut, cu o stabilitate bună în timp. Flacoane cu volum de 2 ml, compatibil cu analizatorul hematologic H30 Pro Series. Ambalaj 3 flx 2 ml	Reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite de defines variația așteptată în domeniul normal, scăzut, crescut, cu o stabilitate bună în timp. Flacoane cu volum de 2 ml, compatibil cu analizatorul hematologic H30 Pro Series. Ambalaj 3 flx 2 ml	DM000331388, ISO, CE
Hârtie termică 50x20	0015865	Italia	Ceracarta	Hârtie termică 50x20compatibil cu analizatorul hematologic H30 Pro Series.	Hârtie termică 50x20compatibil cu analizatorul hematologic H30 Pro Series.	ISO, CE
<b>Lotul 11 Reagenți pentru coagulometru Helena C1</b>						
Set p/u determinarea timpului de tromboplastină	APTT Si L Minus, 5562	MB	HELENA BIOSCIENCES EUROPE	Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA) Ambalaj - Set 100 teste	Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA) Ambalaj - Set 100 teste ( R1x5ml / CC 1x5ml)	DM000394202, ISO, CE

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director general

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 64/2