

Specificații tehnice (F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	MTenderID ocds-b3wdp1-MD-1573126392414	Data: 15 noiembrie 2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	“Sondă convexă (repetat)”	Lot: <u>1</u>	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Medexcom-Teh SRL	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
33696 500-0	Transductor convex PVT-375BT (Aplicatii abdominale,OB /GY N,etc). (poziția 1.1)	PVT-375BT	Japonia	Canon Medical Systems	<p>Diapazon frecvența 1.5-6.0 Mhz. Frecvența de bază 3.5 Mhz, Ungiul de vizualizare 70° Multifrecvența în armonici tisulare 3.0, 4.0, 5.0, 6.0. Frecvența în armonici tisulare 5.0. Compatibil cu dispozitiv ultrasonografic diagnostic și cu efect doppler Toşhiba TUS-A500 (aplio500). Trasductorul trebuie sa asigure 100% calitatea originală a imaginii ultrasonografice. Nu vor fi acceptate prototipuri s-au accesorii alternative, care vor afecta calitatea imaginii și durabilitatea de utilizare. Construcția transductorului trebuie să fie elaborate din materiale calitative, care vor rezista minim 10 ani de utilizare. Anul producerii 2019.</p>	<p>Diapazon frecvența 1.5-6.0 Mhz. Frecvența de bază 3.5 Mhz, Ungiul de vizualizare 70° Multifrecvența în armonici tisulare 3.0, 4.0, 5.0, 6.0. Frecvența în armonici tisulare 5.0. Compatibil cu dispozitiv ultrasonografic diagnostic și cu efect doppler Toşhiba TUS-A500 (aplio500). Trasductorul trebuie sa asigure 100% calitatea originală a imaginii ultrasonografice. Nu vor fi acceptate prototipuri s-au accesorii alternative, care vor afecta calitatea imaginii și durabilitatea de utilizare. Construcția transductorului trebuie să fie elaborate din materiale calitative, care vor rezista minim 10 ani de utilizare. Anul producerii 2019.</p>	CE, ISO

Semnat: _____

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chişinău, str. Miorița 5, of. 11

Data 12.11.2019