

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1728477573730**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentară 27)**

Autoritatea contractantă: **Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea lot	Denumirea pozitiei	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	9	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370	ST 72	Turcia	OPTIU M MEDIK AL LTD. STI.	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg ≥ 15 grade Control manual Caracteristici Bare laterale obligatoriu Roți Diametru ≥ 15 cm Frine ≥ 2 Sarcina maximă ≥ 200 kg Dimensiuni ≥ 200 x 75 cm Minere pentru transportarea brancardei obligatoriu Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru vitarea lovirii de perete obligatoriu	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg - 15 grade Control manual Caracteristici Bare laterale - da Roți Diametru - 15 cm Frine - 2 Sarcina maximă - 200 kg Dimensiuni - 207 x 75 cm Minere pentru transportarea brancardei - da Saltea, rezistentă la prelucrare și apă - da Detașabilă - da Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru vitarea lovirii de perete - da	CE/Declarati e de conformitate
	27	Pat pentru examinare (mecanic) adulți 140310	Pat pentru examinare (mecanic) adulți 140310	EXAMY 3	Turcia	OPTIU M MEDIK AL LTD. STI.	Pat pentru examinare (mecanic) adulți Cod 140310 Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP Parametru Specificație Secțiuni ≥ 2 Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit Husă obligatoriu Saltea obligatoriu Dimensiune, cm ≥ 180x60x60 Greutate pacient maxim, kg ≥ 180 Tetiera reglabilă Suport rolă hârtie obligatoriu hârtie ≥ 20 buc	Pat pentru examinare (mecanic) adulți Cod 140310 Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP Parametru Specificație Secțiuni - 2 Material carcasă cadru - metal vopsit Husă - da Saltea - da Dimensiune, cm - 197x67x68 Greutate pacient maxim, kg - 250 Tetiera reglabilă - da Suport rolă hârtie - da Hârtie - 20 buc - da	

33	Higrometru/Psihrometru 0-25C Cod 260630	Higrometru/Psihrometru 0-25C Cod 260630	VIT-1	Ucraina	Stekloprigorimetro	Higrometru/Psihrometru 0-25C Cod 260630 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete obligatoriu Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura 0...+ 25 C Umiditatea 40...90 %	Higrometru/Psihrometru 0-25C Cod 260630 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C - da Fixare pe perete - da Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) - da Carcasa Plastic - da Scară de temperatură (Celsius) - da Diapazonul măsurării Temperatura 0...+ 25 C - da Umiditatea 40...90 % - da

Numele, Prenumele **Stela POTINGA**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova