

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1548838462638	Data: 11.03.2019	
Denumirea licitației:	Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale.	Lot: 3.	Pagina: __ din __

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6
Lotul 3: Computer tomograf Somatom Emotion 16					
3.1	50421000-2	Computer tomograf Somatom Emotion 16	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice - Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice - Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului și a punții (Gantry) <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea și curățirea filtrelor de aer - Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului, verificarea timpului de scanare) <ul style="list-style-type: none"> - Evaluarea calității imaginii - Instrucțiunile personalului medical -Deservirea printerului DryStar 5300, curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. -Deservirea angiomatului "Vistron CT, Medrad", curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea vizuală a aparatului pentru integritatea componentelor mecanice - Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice și celei imagistice - Verificarea, curățirea, ungerea și ajustarea părților mecanice a mesei pacientului și a punții (Gantry) <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea și curățirea filtrelor de aer - Evaluarea rapoartelor (istoria erorilor, istoria tubului, verificarea timpului de scanare) <ul style="list-style-type: none"> - Evaluarea calității imaginii - Instrucțiunile personalului medical -Deservirea printerului DryStar 5300, curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. -Deservirea angiomatului "Vistron CT, Medrad", curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. 	

Semnat electronic

Numele, Prenumele: Loghinov Rodion

În calitate de: Director

Ofertantul: Moldan- Service SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Sciusev 16,of.6