

Specificatii Tehnice (F4.1)

IMSP Centrul de Sănătate Cahul

Numărul procedurii de achiziție : 21006705		Data: 08.04.2019		Alternativa nr.		
Denumirea procedurii de achiziție : Reactivi, piese de schimb, consumabile de laborator, vesela și articole de ustensilă, filme radiologice pentru aparatul digital și articolelor		Lot:		Pagina 1 din 1		
Cod CPV	Descrierea bunurilor si /sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnica deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
33793000-5	Teste pentru determinarea a 11 parametri in urina compatibile cu analizatorul Reader 300 (urobilinogen, glucoza, bilirubina, corpi cetonici, densitate	DAC-11	Moldova	Dac-Spectromed	Teste pentru determinarea a 11 parametri in urina compatibile cu analizatorul Reader 300 (urobilinogen, glucoza, bilirubina, corpi cetonici, densitate relativa, sange/hematii, pH, proteina, nitriti, leucocite, acid ascorbic), cite 100 teste pentru cutie.	ISO, CE.
33793000-5	Teste express pentru determinarea anticorpilor H.Pilory in ser	HP-Cart-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Teste express pentru determinarea anticorpilor H.Pilory in ser	ISO, CE.
33793000-5	Teste express pentru determinarea Plamsodium malariae	Malaria-Cart-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Teste express pentru determinarea Plamsodium malariae	ISO, CE.
33793000-5	Teste express pentru determinarea antigenului H.Pilory in masele fecale	HP- F-Cart-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	HP- F-Cart-DAC-Teste express pentru determinarea antigenului H.Pilory in masele fecale	ISO, CE.

Semnat:  Nume: Irina Varman În calitate de: Director

Ofertantul: Profilabdiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Miorita, 5

