

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...51211 din 29.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1717169951211 din 31.05.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anii 2025-2027 "

prin procedura de achiziție - Licitație deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1734350948110 din 30.12.2024

pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 29.01.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 27.12.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Nr. Lot		Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1734350948110 din 30.12.2024							Obiectul achiziției: În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...51211 din 29.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1717169951211 din 31.05.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anii 2025-2027		
3	Clei medical, steril	Clei medical, steril	BG3515-5-G Adeziv chirurgical BioGlue 5 ml	SUA	Artivion	Bioadeziv medical, cantitatea 5-10 ml, setul este format din două seringi care se conectează la o singură canulă. Setul să fie steril. Perioada de valabilitate minimum 2 ani din data procurării.	Fisier BioGlue IFU pag.3 : Bioadeziv medical, cantitatea 5ml, setul este format din două seringi care se conectează la o singură canulă. Setul este steril. Perioada de valabilitate minimum 2 ani din data procurării.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: în proces de înregistrare	
11	Petic din PTFE Felt	Petic din PTFE Felt	007837 PTFE FELT	SUA	Bard / BD	Marimea-15(+,-5) x 15(+,-5)cm Grosimea -1-1,65mm	Fisier ProduktkatalogVascular2017.pdf pag. 96: Marimea - 15.2 x 15.2cm Grosimea - 1,65mm	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: în proces de înregistrare	
19	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de deschiderea ≥75°, Manjetă standart	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de deschiderea ≥75°, Manjetă standart	A5-019; A5-021; A5-023; A5-025; A5-027 CARBOMEDICS REDUCED	SUA	Corcym	b. Aortice: -Inel valvular și elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de deschiderea ≥75° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantarea -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificărilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 19, N 21 , N23, N25, N27, Manjetă standart	CC-MK-00003ACarbomedics_Family_brochure1 pag.17: b. Aortice: -Inel valvular și elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: -unghi de deschiderea 78° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantarea -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificărilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 19, N 21 , N23, N25, N27, Manjetă standart	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000392854 DM000392855 DM000392856 DM000392857	

20	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart	M7-027 M7-029 M7-031 CARBOMEDICS STANDARD	SUA	Corcym	<p>a. Mitrale</p> <ul style="list-style-type: none"> -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: <ul style="list-style-type: none"> -unghii de deschiderea $\geq 75^\circ$ -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie - materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantare -mecanism de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertrofiei musculare s-au septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 27, N29, N31 Manjetă standart 	<p>CC-MK-00003ACarbomedics_Family_brochure1 pag.21:</p> <p>a. Mitrale</p> <ul style="list-style-type: none"> -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: <ul style="list-style-type: none"> -unghii de deschiderea 78° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie - materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantare -mecanism de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertrofiei musculare s-au septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 27, N29, N31 Manjetă standart 	<p>ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000392865 DM000392866 DM000392867</p>
22	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de deschiderea $\geq 75^\circ$,Manjetă redusă	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de deschiderea $\geq 75^\circ$,Manjetă redusă	ICV0935 (ART19LSA) ICV0936 (ART21LSA) ICV0937 (ART23LSA) ICV0938 (ART25LSA) ICV0939 (ART27LSA) BICARBON SLIMLINE	SUA	Corcym	<p>b. Aortice:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: <ul style="list-style-type: none"> -unghi de deschiderea $\geq 75^\circ$ -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantarea -mecanism de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 19, N 21 , N23, N25, N27, Manjetă redusă 	<p>CC-MK-00002ABicarbon_Family_brochure pag.17:</p> <p>b. Aortice:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim: <ul style="list-style-type: none"> -unghi de deschiderea 80° -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantarea -mecanism de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 19, N 21 , N23, N25, N27, Manjetă redusă 	<p>ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000633463 DM000633464 DM000633465 DM000633466 DM000633467</p>

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Poata Vitalie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL Biosistem mld** Adresa: **str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău**

Specificații de preț

Nr. Lot		Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1734350948110 din 30.12.2024										
			Obiectul achiziției: În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...51211 din 29.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1717169951211 din 31.05.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anii 2025-2027										
3	Clei medical, steril	Clei medical, steril	bucată	5	12 336.98	13 323.94	61 684.90	66 619.70	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-	
11	Petic din PTFE Feltt	Petic din PTFE Feltt	bucată	45	4 667.75	5 601.30	210 048.75	252 058.50	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-	
19	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de dischiderea ≥75°, Manjetă standart	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de dischiderea ≥75°, Manjetă standart	bucată	40	17 267.25	17 267.25	690 690.00	690 690.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-	
20	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, Manjetă standart	bucată	110	17 267.25	17 267.25	1 899 397.50	1 899 397.50	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-	

22	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de dischiderea $\geq 75^\circ$,Manjetă redusă	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril, unghi de dischiderea $\geq 75^\circ$,Manjetă redusă	bucată	45	17 867.85	17 867.85	804 053.25	804 053.25	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	33100000-1	-	-
						TOTAL Oferta	3 665 874.40	3 712 818.95				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Poiata Vitalie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL Biosistem mld** Adresa: **str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău**

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1734350948110 din 30.12.2024
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice

Subsemnatul Poiata Vitalie reprezentant împuternicit al SRL Biosistem mld, în calitate de ofertant la procedura nr. ocds-b3wdp1-MD-1734350948110 din 30.12.2024 pentru achiziția de "În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...51211 din 29.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1717169951211 din 31.05.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anii 2025-2027 " de CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE, declar pe proprie răspundere că nu se aflam nu ne aflăm în niciuna din situațiile de excludere menționate la art.19.

În cazul în care situația se va modifica, vom informa imediat autoritatea contractantă.

Data completării: 27.12.2024

Cu stimă,
Poiata Vitalie
Administrator
SRL Biosistem mld _____

(semnătura)