

Specificații tehnice (F4.1)

Licitație publică: ocds-b3wdp1-MD-1547212414762

Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță externă a dispozitivelor medicale

Autoritatea Contractantă: IMSP Institutul Oncologic

Cod CPV	Denumirea bunurilor si/ sau serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 5							
50400000-9	Shimadzu Opesope, Acteno 2014 R/D Raze X Grafia, nr. Seriei MPD8248004, anul instalării 2014	Opescope Acteno nr. Seriei MPD8248004	Japonia	Shimadzu	Efectuarea a minim 4 vizite anual de deservire programate,cu efectuarea lucrarilor de mentenanta conform manualului tehnic al dispozitivului . In cazul defectiunilor neprevazute prezentarea in termen la solicitarea beneficiarului . Efectuarea controlului calitatii la solicitarea beneficiarului.	Efectuarea a minim 4 vizite anual de deservire programate,cu efectuarea lucrarilor de mentenanta conform manualului tehnic al dispozitivului . In cazul defectiunilor neprevazute prezentarea in termen la solicitarea beneficiarului . Efectuarea controlului calitatii la solicitarea beneficiarului.	CE
LOT 7							
50400000-9	Acteno Mobil Art evolution R/D Raze X Grafia, nr. Seriei M1BDE2447004, anul instalării 2015	Mobil Artevolution nr. Seriei M1BDE2447004	Japonia	Shimadzu	Deservire conform manualului tehnic al dispozitivului, elaborat de producatorul dispozitivului. Efectuarea controlului calitatii la solicitarea beneficiarului.	Deservire conform manualului tehnic al dispozitivului, elaborat de producatorul dispozitivului. Efectuarea controlului calitatii la solicitarea beneficiarului.	CE
LOT 8							
50400000-9	Acteno Mobil Art evolution R/D Raze X Grafia, nr. Seriei M1BDE2447005, anul instalării 2015	Mobil Artevolution nr. Seriei M1BDE2447005	Japonia	Shimadzu	Deservire conform manualului tehnic al dispozitivului, elaborat de producatorul dispozitivului. Efectuarea controlului calitatii la solicitarea beneficiarului.	Deservire conform manualului tehnic al dispozitivului, elaborat de producatorul dispozitivului. Efectuarea controlului calitatii la solicitarea beneficiarului.	CE
LOT 9							
50400000-9	Amulet F R/D Raze X Mammog, nr. Seriei 46540175, anul instalării 2015	Amulet F nr. Seriei 46540175	Japonia	FujiFilm	Efectuarea a minim 4 vizite anual de deservire programate,cu efectuarea lucrarilor de mentenanta conform manualului tehnic al dispozitivului. In cazul defectiunilor neprevazute prezentarea in termen la solicitarea beneficiarului . Efectuarea controlului calitatii la solicitarea beneficiarului.	Efectuarea a minim 4 vizite anual de deservire programate,cu efectuarea lucrarilor de mentenanta conform manualului tehnic al dispozitivului. In cazul defectiunilor neprevazute prezentarea in termen la solicitarea beneficiarului . Efectuarea controlului calitatii la solicitarea beneficiarului.	CE
LOT 10							
50400000-9	Amulet F R/D Raze X Mammog, nr. Seriei 46540176, anul instalării 2015	Amulet F nr. Seriei 46540176	Japonia	FujiFilm	Efectuarea a minim 4 vizite anual de deservire programate,cu efectuarea lucrarilor de mentenanta conform manualului tehnic al dispozitivului . In cazul defectiunilor neprevazute prezentarea in termen la solicitarea beneficiarului . Efectuarea controlului calitatii la solicitarea beneficiarului.	Efectuarea a minim 4 vizite anual de deservire programate,cu efectuarea lucrarilor de mentenanta conform manualului tehnic al dispozitivului . In cazul defectiunilor neprevazute prezentarea in termen la solicitarea beneficiarului . Efectuarea controlului calitatii la solicitarea beneficiarului.	CE
LOT 11							
50400000-9	SonialVision G4 R/D Raze X Graf/Scop.Tomosint, nr. Seriei MP0000C47003, anul instalării 2016	Sonial Vision G4 nr. Seriei MP0000C47003	Japonia	Shimadzu	Efectuarea a minim 4 vizite anual de deservire programate,cu efectuarea lucrarilor de mentenanta conform manualului tehnic al dispozitivului. In cazul defectiunilor neprevazute prezentarea in termen la solicitarea beneficiarului . Efectuarea controlului calitatii la solicitarea beneficiarului.	Efectuarea a minim 4 vizite anual de deservire programate,cu efectuarea lucrarilor de mentenanta conform manualului tehnic al dispozitivului. In cazul defectiunilor neprevazute prezentarea in termen la solicitarea beneficiarului . Efectuarea controlului calitatii la solicitarea beneficiarului.	CE
LOT 12							
50400000-9	FCR CAPSULA XLII, Fujifilm Cititor de casete radiologice, anul instalării 2015	FCR CAPSULA XLII	Japonia	FujiFilm	Deservire conform manualului tehnic al dispozitivului, elaborat de producatorul dispozitivului	Deservire conform manualului tehnic al dispozitivului, elaborat de producatorul dispozitivului	CE

Numele, Prenumele:Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: „Neotec”SRL

Adresa: mun.Chisinau, str.Zaikin, 37