

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1612944889796
Denumirea procedurii de achiziție:	Piese de schimb și accesorii medicale necesare pentru anul 2021

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 234						
	234.1	Ace bipolare pentru diatermocoagulator	840310	Germania	Karl Storz	Electrod bipolar tip ace pentru turbinoplastie inferioara cu radiofrecventa. Autoclavabil reutilizabil. Lungimea de lucru 14 cm, lungime ace 15mm curbat la miner dar nu la lungimea de lucru REF: 840310. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Electrod bipolar tip ace pentru turbinoplastie inferioara cu radiofrecventa. Autoclavabil reutilizabil. Lungimea de lucru 14 cm, lungime ace 15mm curbat la miner dar nu la lungimea de lucru REF: 840310. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	EC, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316