

HumanLab srl
IDNO 1013600036910
MD2064, mun. Chişinău,
str. Alba Iulia, 2/16
Tel/fax. +373-69-490939
e-mail: info@humanlab.md



Nr. 29/07/22-4 din 29 iulie 2022

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
mun. Chişinău, bl. Grigore Vieru 22/2
tel. 022-222 445/ 022 – 222- 364
Aurelia Botica, aurelia.botica@capcs.md

PROPUNERE TEHNICA

Ref la LP LP ocds-b3wdp1-MD-1655477829847 din 29.07.2022

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic
12	Mini-centrifugă pentru eprubete 0.2 - 1.5 ml	Mini-centrifugă pentru eprubete 0.2 - 1.5 ml	Micro Star 12	S.U.A.	VWR, part of Avantor	Anul de producere: 2021-2022 Viteza reglabila 2000-6000RPM, pas 100 RPM Timer 30 sec-30min Rotor inclus pentru microtuburi 12x1.5ml, 12x0.5ml, 12x0.2ml Afisare digitală Sistem de blocare a capacului in timpul functionarii. Protecție la pornire cu capacul deschis. Capacul sa fie transparent sau dotat cu fereastra sau alta cale de acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica a turatiilor, conform normelor si standardelor în vigoare Tensiune alimentare: 210-230 V/ 50 Hz Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru	Anul de producere:2021- 2022 Viteza reglabila 13,500 rpm / 12,300 xg, pas 100 RPM Timer 30 sec-30min Rotor inclus pentru microtuburi 12x1.5ml, 12x0.5ml, 12x0.2ml Afisare digitală Sistem de blocare a capacului in timpul functionarii. Protecție la pornire cu capacul deschis. Capacul este dotat cu fereastra, necesara pentru efectuarea procedurii de verificare periodica a turatiilor, conform normelor si standardelor în vigoare . Tensiune alimentare: 210-230 V/ 50 Hz Cerințe de certificare: declarație de conformitate CE cu anexele

						produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila. Declarație – confirmată prin semnatura și ștampila, prin care certificăm termenul de garanție pentru echipament și accesorii de 36 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Vor fi asigurate instalarea, darea în exploatare La livrarea echipamentului va fi furnizat ghidul rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4.) în limba de stat.
16	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-100 L(Ultra Freezer)	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-100 L(Ultra Freezer)	ULT U100	Danemarca	Nordic Lab	An producere: 2021-2022; Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei: 50-100 litri; Polițe fixe incluse: ≥ 2 buc.; Ușa: cu mecanism blocare cu cheie; Roți: da; Construcție interioară: oțel inoxidabil; Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă; Afișaj temperatură: digital, ecran grafic / LED Înregistrarea temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator.	An producere: 2021-2022; Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei: 93 litri; Polițe fixe incluse: 2 buc.; Ușa: cu mecanism blocare cu cheie; Roți: da; Construcție interioară: oțel inoxidabil; Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă; Afișaj temperatură: digital, ecran grafic / LED Înregistrarea temperaturii și posibilitatea de export pe stic

					Alarmer: acustică, vizuală - uşa deschisă, lipsa curentului electric. Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, imita minimă a temperaturii. Baterie internă pentru alarmă şi menţinerea detelor a alarmelor pentru min. 48 ore; Răcire: ventilată sau statică; Refrigerent: fără CFC / HCFC; Domeniu de temperatură: -60°C .. -85 °C; Nivelul de zgomot: ≤ 55 db; Alimentarea: 220 V, 50 Hz. Cerinţe de certificare: Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE cu anexe corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura şi ştampila participantului. Declaraţie de la Ofertant – confirmată prin semnatura şi ştampila, în care să certifice termenul de garanţie pentru echipament şi accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare de către participantul câştigător-obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare şi la solicitare-obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.	USB cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator. Alarmer: acustică, vizuală - uşa deschisă, lipsa curentului electric. Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, imita minimă a temperaturii. Baterie internă pentru alarmă şi menţinerea detelor a alarmelor pentru min. 48 ore; Răcire: ventilată sau statică; Refrigerent: fără CFC / HCFC Domeniu de temperatură: -60°C .. -86 °C; Nivelul de zgomot: 57 db; Alimentarea: 220 V, 50 Hz. Cerinţe de certificare: declaraţie de conformitate CE cu anexe corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura şi ştampila participantului. Declaraţie de la Ofertant – confirmată prin semnatura şi ştampila, prin care certificăm termenul de garanţie pentru echipament şi accesorii de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Asigurăm instalarea, darea în exploatare, training pentru utilizatori la instalare şi la solicitare-obligatoriu. Echipamentul va fi livrat cu
--	--	--	--	--	---	---

						3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de stat-obligatoriu.	utmatoarele documente : manual de service si manual de utilizare //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de stat
24	Imprimanta pentru lame histologice	Imprimanta pentru lame histologice	SlideMate Pro Dual-Hopper Slide Printer	S.U.A.	EPREDIA	1. Automat de inscripționare a lamelor histologice standard, cu asigurarea inscripționării în regim continuu pe durata zilei. 2. Să permită inscripționarea lamelor cu coduri de bare unidimensionale și bidimensionale, cât și caractere alfanumerice, romane sau caractere grafice. 3. Viteza de inscripționare ≥ 800 lame/ora. 4. Capacitatea totală de încărcare cu lame ≥ 450 de lame dispuse în minim 3 magazii diferite pentru a putea inscripționa lame cu suprafața acoperită de diverse culori selectând magazia de lame dorită. 5. Să poată inscripționa lame de orice culoare fără niciun fel de limitare a anumitor culori. 6. Inscripționarea să fie atât rezistentă chimic la solvenții folosiți în procesul de colorare și fixare a țesuturilor histologice, cât și rezistentă mecanic la manipularea lamei. 7. Inscripționarea trebuie realizată direct pe corpul lamei. 8. Să aibă integrate sisteme de fixare și uscare a cernelii pentru a putea folosi lama imediat după inscripționare.	1. Automat de inscripționare a lamelor histologice standard, cu asigurarea inscripționării în regim continuu pe durata zilei. 2. Permite inscripționarea lamelor cu coduri de bare unidimensionale și bidimensionale, cât și caractere alfanumerice, romane sau caractere grafice. 3. Viteza de inscripționare 800 lame/ora. 4. Capacitatea totală de încărcare cu lame 450 de lame dispuse în 3 magazii diferite pentru a putea inscripționa lame cu suprafața acoperită de diverse culori selectând magazia de lame dorită. 5. Inscripționeaza lame de orice culoare fără niciun fel de limitare a anumitor culori. 6. Inscripționarea este atât rezistentă chimic la solvenții folosiți în procesul de colorare și fixare a țesuturilor histologice, cât și rezistentă mecanic la manipularea lamei. 7. Inscripționarea este realizată direct pe corpul lamei.

					9. Să permită inscripționarea lamelor cu muchii drepte, cu dimensiuni standard de 26 x 76 mm și max. 1.2 mm grosime. 10. Rezoluția de printare sa fie de minim 300 dpi, atât pe orizontală, cât și pe verticală. 11. Să poată fi conectată la computer pentru introducerea cu ușurință a datelor ce urmează a fi inscripționate pe lame. 12. Configurația imprimantei trebuie sa conțină un cititor mobil de coduri de bare. 13. Să poată fi folosită și gestionată prin intermediul unui computer neconctat la rețea, cât și de un sistem de management LIMS. Anul de producere: 2022. Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului și certificat IVD. Termen de garanție: ≥ 36 luni Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P.	8. Are integrate sisteme de fixare și uscarea a cernelii pentru a putea folosi lama imediat după inscripționare. 9. Permite inscripționarea lamelor cu muchii drepte, cu dimensiuni standard de 26 x 76 mm și max. 1.2 mm grosime. 10. Rezoluția de printare este de 300 dpi, atât pe orizontală, cât și pe verticală. 11. Poate fi conectată la computer pentru introducerea cu ușurință a datelor ce urmează a fi inscripționate pe lame. 12. Configurația imprimantei contine un cititor mobil de coduri de bare. 13. Poate fi folosită și gestionată prin intermediul unui computer neconctat la rețea, cât și de un sistem de management LIMS. Anul de producere: 2022. Cerințe de certificare: declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila și certificat IVD. Termen de garanție: 36 luni Asiguram instalarea, darea în exploatare si instruirea. Asiguram trainingul pentru utilizatori la instalare și la solicitare si servicii de
--	--	--	--	--	---	--

						3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de stat - obligatoriu	mentenanță preventivă pe perioada de garanție. La livrare echipamentul va fi insotit de urmatoarele documente : Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de stat - obligatoriu
25	Imprimanta pentru casete histologice	Imprimanta pentru casete histologice	VEGA-MB 97	Țările de Jos	EPREDIA/FA-Tech Diagnostics Europe B.V.	1. Automat de inscripționare a casetelor histologice standard, cu asigurarea inscripționării în regim continuu pe durata zilei. 2. Sa permită inscripționarea casetelor cu coduri de bare unidimensionale si bidimensionale cu caractere alfanumerice, romane sau caractere grafice. 3. Viteza de incipționare ≥ 900 de casete pe ora. 4. Capacitatea totala de încărcare cu casete ≥ 400 de casete dispuse în minim 6 magazii diferite pentru a putea inscripționa casete de diverse culori selectând magazia de casete dorită. 5. Să poată inscripționa casete de orice culoare, fără nici o limitare. 6. Inscriptiōnarea sa fie rezistenta chimic la solvenții folosiți în procesul de deshidratare și fixare a țesuturilor	1. Automat de inscripționare a casetelor histologice standard, cu asigurarea inscripționării în regim continuu pe durata zilei. 2. Permite inscripționarea casetelor cu coduri de bare unidimensionale si bidimensionale cu caractere alfanumerice, romane sau caractere grafice. 3. Viteza de incipționare 900 de casete pe ora. 4. Capacitatea totala de încărcare cu casete 480 de casete dispuse în 6 magazii diferite pentru a putea inscripționa casete de diverse culori selectând magazia de casete dorită. 5. Poate inscripționa casete de orice culoare, fără nici o limitare. 6. Inscriptiōnarea este rezistenta

					histologice. 7. Inscripţionarea trebuie realizată direct pe corpul casetei. 8. Să aibă integrate sisteme de fixare şi uscare a cernelii pentru a putea folosi caseta imediat după inscripţionare. 9. Sa permită inscripţionarea casetelor cu faţetele de scriere înclinate atât la 35° cât şi la 45° 10. Dimensiune casetelor: fara capac max. 41.3 x 28.9 mm, cu capac max. 80.0 x 28.9 mm. 11. Rezolutia de printare sa fie de minim 300 dpi atât pe orizontala cât şi pe verticala. 12. Configuratia imprimantei trebuie să conţină cititor mobil de coduri de bare. 13. Să poată fi conectată la computer pentru introducerea cu usurinta a datelor ce urmeaza a fi inscriptionate pe casete. 14. Să poată fi folosită şi gestionată prin intermediul unui computer neconectat la reţea cât şi de un sistem de management LIMS. Anul de producere: 2022. Cerinţe de certificare: Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura şi ştampila participantului şi certificate IVD. Termen de garanţie: ≥36 luni Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câştigător - obligatoriu	chimic la solvenţii folosiţi în procesul de deshidratare şi fixare a ţesuturilor histologice. 7. Inscripţionarea este realizată direct pe corpul casetei. 8. Are integrate sisteme de fixare şi uscare a cernelii pentru a putea folosi caseta imediat după inscripţionare. 9. Datorita tehnologiei laser, imprimanta nu este sensibila la unghiul de inscriptionare, putand permite inscriptionarea casetelor cu fatetele de scriere inclinate atât la 35 grade cât şi la 45 grade. 10. Dimensiune casetelor: fara capac max. 41.3 x 28.9 mm, cu capac max. 80.0 x 28.9 mm. 11. Rezolutia de printare sa fie 600 dpi atât pe orizontala cât şi pe verticala. 12. Configuratia imprimantei conţine cititor mobil de coduri de bare. 13. Poate fi conectată la computer pentru introducerea cu usurinta a datelor ce urmeaza a fi inscriptionate pe casete. 14. Poate fi folosită şi gestionată prin intermediul unui computer neconectat la reţea cât şi de un sistem de management LIMS. Anul de producere: 2022. Cerinţe de certificare declaraţie de conformitate CE cu anexele
--	--	--	--	--	---	---

						Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de stat - obligatoriu.	corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila și certificate IVD. Termen de garanție: 36 luni Asiguram instalarea, darea in exploatare si instruirea Asiguram training pentru utilizatori la instalare și la solicitare, precum si servicii de mentenanță preventivă pe toata durata perioadei de garanție. La livrare echipamentul va fi insotit de urmatoarele documnete :Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de stat -
26	Microtom semiautomat	Microtom semiautomat	HM340	Marea Britanie	EPREDIA	Microtom semiautomat cu aplicatii multiple. 1. Să dețină următoare gamă de selecție a grosimii de secționare: • Reglaj fin al grosimii de sectionare prin intermediul motorului pas cu pas pana la 0.5 – 100 µm. - o Reglaj grosime taiere 0.5 - 2 µm / pas de 0.5 µm. - o Reglaj grosime taiere 2 - 10 µm / pas de 1 µm. - o Reglaj grosime taiere 10 - 20 µm /	Microtom semiautomat cu aplicatii multiple. 1. Detine următoarea gamă de selecție a grosimii de secționare: • Reglaj fin al grosimii de sectionare prin intermediul motorului pas cu pas pana la 0.5 – 100 µm. - o Reglaj grosime taiere 0.5 - 2 µm / pas de 0.5 µm. - o Reglaj grosime taiere 2 - 10 µm / pas de 1 µm.

					pas de 2 μm. o Reglaj grosime taiere 20 - 30 μm / pas de 5 μm. o Reglaj grosime taiere 30 - 40 μm / pas de 10 μm. o Reglaj grosime taiere 40 - 100 μm / pas de 10 μm. • Reglaj grosimea de fasonare prin intermediul motorului pas cu pas pana la 500 μm. o Reglaj grosime fasonare pâna la 10 μm / pas de 5 μm. o Reglaj grosime fasonare pâna la 100 μm / pas de 10 μm. o Reglaj grosime fasonare pâna la 200 μm / pas de 20 μm. o Reglaj grosime fasonare pâna la 500 μm / pas de 50 μm. 2. Plaja de alimentare orizontala de maxim 28 mm. 3. Cursa verticala specimen de maxim 72 mm. 4. Retragera specimenului la cursa de intoarcere să poată fi oprită. 5. Să dețină sistem electro-mecanic pentru setarea precisă a grosimii de secțiune și fasonare, mișcare înainte și înapoi a specimenului prin intermediul motorului pas cu pas 6. Sistem de manipulare intuitiv cu un singur buton. 7. Să dețină sistem de control variabil al vitezei de avansare – 400, 800, 1200 $\mu\text{m/s}$. 8. Să aibă funcție de memorare pentru	o Reglaj grosime taiere 10 - 20 μm / pas de 2 μm. o Reglaj grosime taiere 20 - 30 μm / pas de 5 μm. o Reglaj grosime taiere 30 - 40 μm / pas de 10 μm. o Reglaj grosime taiere 40 - 100 μm / pas de 10 μm. • Reglaj grosimea de fasonare prin intermediul motorului pas cu pas pana la 500 μm. o Reglaj grosime fasonare pâna la 10 μm / pas de 5 μm. o Reglaj grosime fasonare pâna la 100 μm / pas de 10 μm. o Reglaj grosime fasonare pâna la 200 μm / pas de 20 μm. o Reglaj grosime fasonare pâna la 500 μm / pas de 50 μm. 2. Plaja de alimentare orizontala de 28 mm. 3. Cursa verticala specimen de 72 mm. 4. Retragera specimenului la cursa de intoarcere poate fi oprită. 5. Detine sistem electro-mecanic pentru setarea precisă a grosimii de secțiune și fasonare, mișcare înainte și înapoi a specimenului prin intermediul motorului pas cu pas 6. Sistem de manipulare intuitiv cu un singur buton. 7. Detine sistem de control variabil al vitezei de avansare –
--	--	--	--	--	---	---

					revenirea rapidă și găsirea poziției anterioare. 9. Roata pivotanta integrată ce se poate bloca în orice poziție. 10. Să aibă orientare fină pe 2 X/Y +/- 8°. 11. Să dețină adaptabilitate pentru fiecare clema de specimen. 12. Să aibă potrivire rapidă a suportilor de cuțit cu ghidaj de precizie. 13. Schimbare rapidă a clemelor pentru specimen. 14. Tava detașabilă foarte mare cu suport ergonomic pentru mână. Capacitate ≥ 1.400 ml. 15. Tava să fie amplasată și sub suportul de cuțit pentru curățare ușoară. 16. Să fie livrat standard cu: husa antipraf, 1 cutie (50buc) lame profil îngust, 1 sticlură cu ulei de ungere, 1 perie cu magnet. 17. Dimensiuni maxime: (L/l/h) 620x480x300 mm. 18. Greutate: minim 30 kg. Anul de producere: 2022. Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului și certificat IVD. Termen de garanție: ≥ 36 luni Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu	400, 800, 1200 $\mu\text{m/s}$. 8. Are funcție de memorare pentru revenirea rapidă și găsirea poziției anterioare. 9. Roata pivotanta integrată ce se poate bloca în orice poziție. 10. Are orientare fină pe 2 X/Y +/- 8°. 11. Detine adaptabilitate pentru fiecare clema de specimen. 12. Are potrivire rapidă a suportilor de cuțit cu ghidaj de precizie. 13. Schimbare rapidă a clemelor pentru specimen. 14. Tava detașabilă foarte mare cu suport ergonomic pentru mână. Capacitate 2.400 ml. 15. Tava este amplasată și sub suportul de cuțit pentru curățare ușoară. 16. Este livrat standard cu: husa antipraf, 1 cutie (50buc) lame profil îngust, 1 sticlură cu ulei de ungere, 1 perie cu magnet. 17. Dimensiuni: (L/l/h) 52x41x28 mm. 18. Greutate: 28 kg. Anul de producere: 2022 Cerințe de certificare: declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila ; certificat IVD.
--	--	--	--	--	---	---

						Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	Termen de garanție: 36 luni Asigurăm instalarea, darea în exploatare și instruirea. Asigurăm training pentru utilizatori la instalare și la solicitare Asigurăm servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. La livrare echipamentul va fi însoțit de următoarele documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat.
40	Frigider pentru păstrarea sângelui	Frigider pentru păstrarea sângelui	BBR 625 S xPRO	Italia	EVERMED	An producere: 2021-2022 Destinație: Pentru stocarea componentelor sanguine; Tip: Vertical, cu încărcare orizontală, mobil, pe roțile. Volum util: 550-650l; Material interior: metal inox. Material exterior: antibacterian și rezistent la agenți chimici. Diapazon temperatură: +2 - +8°C, setabil. Abaterea maximă de la temperatura setată: 1°C în orice parte al camerei de răcire, la temperatura mediului ambiant 32°C. Circulația forțată a aerului. Dezghețarea	An producere: 2021-2022 Destinație: Pentru stocarea componentelor sanguine; Tip: Vertical, cu încărcare orizontală, mobil, pe roțile. Volum util: 625l; Material interior: metal inox. Material exterior: antibacterian și rezistent la agenți chimici. Diapazon temperatură: +2 - +15°C, setabil. Circulația forțată a aerului. Dezghețarea automată sau programabilă pentru un anumit interval. Evaporarea condensatului

					automată sau programabilă pentru un anumit interval. Evaporarea condensatului automata. Stopare automată a ventilatoarelor pe perioada deschiderii uşii. Uşa: transparentă, cu lacăt. Sertare: minim 6, din material inoxidabil, detaşabile, cu sistem telescopic. Podea şi sertare cu sistem de scurgere. Compressor de minim 0,33CP cu răcire pe aer. Refrigerent: fără CFC / HCFC Port de acces situat în partea de sus a dulapului pentru sonda de monitorizare externă. Tensiune alimentare: 210-230 V/50 Hz Monitorizare temperatură şi activitate frigider: Ecran digital cu afişare parametri de temperatură a camerei interioare. Test de alarma manual. Calibrare digitala. Baterie de rezerva. Alarmer sonore si vizuale în caz de depăşire parametri şi/sau neconformitate activitate frigider. Cerinţe de certificare: Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura şi ştampila participantului. Declaraţie de la Ofertant – confirmată prin semnatura şi ştampila, în care să certifice termenul de garanţie pentru	automata. Stopare automată a ventilatoarelor pe perioada deschiderii uşii. Uşa: transparentă, cu lacăt. Sertare: minim 6, din material inoxidabil, detaşabile, cu sistem telescopic. Podea şi sertare cu sistem de scurgere. Compressor de 0,33CP cu răcire pe aer. Refrigerent: fără CFC / HCFC Port de acces situat în partea de sus a dulapului pentru sonda de monitorizare externă. Tensiune alimentare: 220-230 V/50 Hz Monitorizare temperatură şi activitate frigider: Ecran digital cu afişare parametri de temperatură a camerei interioare. Test de alarma manual. Calibrare digitala. Baterie de rezerva. Alarmer sonore si vizuale în caz de depăşire parametri şi/sau neconformitate activitate frigider. Cerinţe de certificare: Certificat CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura şi ştampila participantului. Declaraţie anexata – confirmată prin semnatura şi ştampila, în
--	--	--	--	--	--	---

HumanLab srl
IDNO 1013600036910
MD2064, mun. Chișinău,
str. Alba Iulia, 2/16
Tel/fax. +373-69-490939
e-mail: info@humanlab.md



						echipament și accesorii nu mai mic de 60 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalarea, darea în exploatare, de către participantul câștigător-obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Documente confirmative: Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	care certificăm termenul de garanție pentru echipament și accesorii de 60 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Asigurăm instalarea, darea în exploatare. Asigurăm training pentru utilizatori la instalare și la solicitare. Asigurăm servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. La livrare echipamentul va fi însoțit de următoarele documente : Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. //Ghid rapid al utilizatorului
--	--	--	--	--	--	---	---

Cu respect,
Director
Inga Plămădeală