

CERERE DE PARTICIPARE

Către CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
(MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd. Grigore Vieru, 22/2)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 63 din 15.08.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului *Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.19)* (denumirea contractului de achiziție publică), noi **„Denolga Medical” SRL** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 15.09.2025

Cu stimă,
Ofertant/candidat
„Denolga Medical” SRL
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1754660422338
din “08” august 2025

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
(MD-2005, MOLDOVA, mun. Chișinău, mun. Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd. Grigore Vieru, 22/2)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.19) prin procedura de achiziție Licitație deschisă**, pentru o durată de 160 zile, (o sută șaizeci), respectiv până la data de 25.02.2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 15.09.2025

Cu stimă,
Ofertant/candidat
“Denolga Medical” SRL
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1754660422338 din 08.08.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.19)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 20						
<i>Sistem videoendoscopic pentru cistoscopie (caracteristici avansate)</i>	TC100EN/ TH110/ 20161401-1/ TM220/ UG230/ 495NAC/ 27023FE/ UG310/ UG604/ 11272VHK	Germania/ Japonia	Karl Storz/ EIZO CORPORATION	Descriere Sistem video pentru investigarea vizuală directă a interiorului vezicii urinare și a uretrei. Parametrul Specificația Videoprocessor Intrări cameră ≥ 1 Imaginea HDTV / HD $\geq 1920 \times 1080$ pixeli	Descriere Sistem video pentru investigarea vizuală directă a interiorului vezicii urinare și a uretrei. Parametrul Specificația <u>TC100EN/ TH110</u> Videoprocessor Intrări cameră – 2 (X-LINE AND C-LINE), Catalog KS, pag. 1 Imaginea Full HD, 1920x1080 pixeli, Catalog KS, pag. 1, IFU TELECAM C3 TC100, pag. 23	EC, ISO

				Controale / caracteristici Ajustare nuanță obligatoriu Iluminare auto Balans de alb auto Acuitate obligatoriu Videocompensare obligatoriu Înghetarea imaginii obligatoriu Iris automat obligatoriu Reducerea zgomotului imaginii obligatoriu Zoom electronic obligatoriu Ieșiri RGB 1 Y/C ≥ 1 Digital (DVI, SDI, HD-SDI) obligatoriu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei obligatoriu	Controale / caracteristici Ajustare nuanță obligatoriu, IFU IMAGE1 S HX Camera Heads, pag. 14 Iluminare auto Balans de alb auto IFU TELECAM C3 TC100, pag. 25 Acuitate obligatoriu - da Videocompensare obligatoriu - da Înghetarea imaginii obligatoriu - IFU TELECAM C3 TC100, pag. 18 Iris automat obligatoriu - da Reducerea zgomotului imaginii obligatoriu - da Zoom electronic obligatoriu – da, IFU TELECAM C3 TC100, pag. 18 Ieșiri RGB - 1 Y/C - 1 Digital (DVI) - DA IFU TELECAM C3 TC100, pag. 12, 16, 19, 23 Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei obligatoriu - DA <i>NOTA: Tehnologia sus-solicitată se referă la Narrow Band Imaging (NBI) o tehnologie patentată de Olympus. Producătorul Karl Storz oferă tehnologie similară sub denumirea de Storz Professional Image Enhancement System (SPIES)</i>	
--	--	--	--	--	---	--

				Sursa de lumină Tip lampă Xenon sau LED Timp de viață lampă ≥ 500 h Putere lampă ≥ 250 W pentru lampa Xenon, pentru lampa LED echivalentul la ≥ 250 W Putere lampă de rezervă ≥ 150 W, (doar in cazul lampii Xenon) Contor lampă da, (doar in cazul lampii Xenon) Mod standby - da Lampă de rezervă da, (doar in cazul lampii Xenon) Periferice disponibile Display medical HD ≥ 27 inch Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode DVD / SD-card / memory stick USB / HDD portabil Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nasterii, varsta, comentariu) ≥ 50 înregistrări Tastatura pentru introducerea datelor, tastare multilingva care poate tasta si semnele diacritice obligatoriu	<u>20161401-1, Catalog KS, pag. 3</u> Sursa de lumină Tip lampă LED Timp de viață lampă – 30 000 h Lampa LED echivalentul la - 250 W, da (Un bec LED de 35–40 W este echivalent cu un bec Xenon de 250 W) Putere lampă de rezervă ≥ 150 W, (doar in cazul lampii Xenon) – <i>nu necesită</i> Contor lampă da, (doar in cazul lampii Xenon) – <i>oferit LED</i> Mod standby – da Lampă de rezervă da, (doar in cazul lampii Xenon) - <i>oferit LED</i> Periferice disponibile <u>TM220, Catalog KS, pag. 4, 5</u> Display medical FULL HD - 27 inch Posibilitatea de stocare a datelor prin memory stick USB, <i>IFU TELECAM C3 TC100, pag. 11, 12</i> Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nasterii, varsta, comentariu) - 50 înregistrări, <i>IFU TELECAM C3 TC100, pag. 19, 23, 28, 32-36</i> Tastatura pentru introducerea datelor, tastare multilingva care poate tasta si semnele diacritice obligatoriu – da <u>Catalog KS, pag. 1</u>	
--	--	--	--	--	---	--

				Suport pe roțile obligatoriu Accesorii: Sursa de lumină modelul oferit 1 unit. Lampă halogen de rezervă 2 unit., (doar în cazul lampii Xenon) Tester automat 1 unit. (să se indice modelul) Display medical HD ≥ 27 inch, să se indice modelul Cablu de ghidare a luminii LED obligatoriu Extractor de pietre obligatoriu Troliu cu transformator de izolare pentru excluderea electrocutării pacienților și medicilor în timpul procedurilor 1 unit. (să se indice modelul) Polițe reglabile la înălțime 4 unit.	<u>UG230, Catalog KS, pag. 2</u> Suport pe roțile obligatoriu Accesorii: <u>20161401-1, Catalog KS, pag. 3</u> <u>(oferit 1 buc, mai sus)</u> Sursa de lumină - 1 unit. Lampă halogen de rezervă 2 unit., (doar în cazul lampii Xenon) – nu necesită, oferit lampă LED Tester automat - unit. (13242XL, inclus în 11272VHK, Catalog KS, pag. 11) Display medical Full HD 27 inch, <u>TM220, Catalog KS, pag. 4, 5 (oferit</u> <u>1 buc, mai sus)</u> <u>495NAC, Catalog KS, pag. 6</u> Cablu de ghidare a luminii LED obligatoriu – da <u>27023FE, Catalog KS, pag. 9</u> Extractor de pietre obligatoriu <u>UG310 (pentru troliu UG230 oferit</u> <u>mai sus), Catalog KS, pag. 7</u> Troliu cu transformator de izolare pentru excluderea electrocutării pacienților și medicilor în timpul procedurilor - 1 unit. <u>UG604, Catalog KS, pag. 8</u> Polițe reglabile la înălțime 4 unit.	
--	--	--	--	---	---	--

				Videocistoscop Să se indice modelul oferit modelul Tip HDTV / HD $\geq 1920 \times 1080$ pixeli Compatibilitatea cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei obligatoriu Canal de lucru Numărul de canale ≥ 1 Lungimea de lucru ≥ 370 mm Diametrul $\geq 2,3$ mm Optica Unghiul câmpului vizual ≥ 100 grade Înclinația câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului vizual 2-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos 210/120 grade Funcționalitatea mâinerului de dirijare butoane ≥ 3 înghețarea imaginii obligatoriu eliberarea imaginii obligatoriu capturare imaginii obligatoriu	<u>11272VHK, Catalog KS, pag. 10, 11, INSTRUCTION MANUAL Flexible Cystoscope HD-VIEW 11272VH/VHU, pag. 29, 40, 52</u> Videocistoscop Tip HD, 1920x1080 pixeli Compatibilitatea cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei obligatoriu - DA Canal de lucru Numărul de canale - 1 Lungimea de lucru - 370 mm Diametrul - 2,3 mm Optica Unghiul câmpului vizual - 100 grade Înclinația câmpului vizual - 0 grade Adâncimea câmpului vizual 2-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos 210/140 grade Funcționalitatea mâinerului de dirijare butoane - 3 înghețarea imaginii obligatoriu - da eliberarea imaginii obligatoriu - da	
--	--	--	--	--	---	--

				reglarea intensității lumii obligatoriu reglarea tonului de culoare (filtre optice) obligatoriu modificarea contrastului obligatoriu zoom electronic obligatoriu Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare	capturare imaginii obligatoriu - da reglarea intensității lumii obligatoriu - da reglarea tonului de culoare (filtre optice) obligatoriu - da modificarea contrastului obligatoriu - da zoom electronic obligatoriu - da Metode de sterilizare Chimic – da (Hydrogen peroxide (H2O2) sterilization Etilen oxid opțional – <i>nu se oferă</i> Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare – da	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Gherman Irina** În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Denolga Medical**” SRL Adresa: Mun. Chișinău, str. Grenoble, 149A

Anexa nr.23
la Documentația standard
nr. ocde-b3wdp1-MD-1754660422338
din “08” august 2025

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1754660422338 din 08.08.2025
	Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.19)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 20									
33100000-1	<i>Sistem videoendoscopic pentru cistoscopie (caracteristici avansate)</i>	buc	1	1 046 438,89	1 255 726,67	1 046 438,89	1 255 726,67	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;		
	TOTAL					1 046 438,89	1 255 726,67			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gherman Irina** În calitate de: **Director**
Ofertantul: „**Denolga Medical**” SRL Adresa: Mun. Chișinău, str. Grenoble, 149A