

Specificații tehnice

Numărul licitației:		LP nr. oclds-b3wdp1-MD-1697807053331						Data: „13” Noiembrie 2023	
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Anatomiei Patologice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024							
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1	2	3		4	5	6	8		
33100 000-1	9	Parafina omogenizata cu temperatura 56/58	Parafina omogenizata cu temperatura 56/58	Tissue-Tek® Paraffin Wax TEK III	Olanda	Sakura Finetek Europe B.V.	Amestecul de ceara de parafina omogenizata granulata cu punctul de topire 56-58C pentru infiltrarea optima si lucrul de rutina, .Cerinte de calitate:IVD .C	Amestecul de ceara de parafina omogenizata granulata cu punctul de topire 56-58C pentru infiltrarea optima si lucrul de rutina, .Cerinte de calitate:IVD .C	DOC IVD, se anexează dosarul pentru înregistrarea în registrul AMDM
33100 000-1	10	Parafina cu polimeri plastice omogenizata cu temperatura 56/58	Parafina cu polimeri plastice omogenizata cu temperatura 56/58	Tissue-Tek® Paraffin Wax TEK III	Olanda	Sakura Finetek Europe B.V.	Amestecul de ceara de parafina cu polimeri plastice omogenizata granulata cu punctul de topire 56- 58 C. Cerinte de calitate:IVD .	Amestecul de ceara de parafina cu polimeri plastice omogenizata granulata cu punctul de topire 56- 58 C. Cerinte de calitate:IVD .	DOC IVD, se anexează dosarul pentru înregistrarea în registrul AMDM

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Alexandru Șarco În calitate de: Director

Ofertantul: Pharmony SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești, 4