

Specificații tehnice

Anexa nr. 22

Numărul licitației:			COP nr. 21073820/ ocds-b3wdp1-MD-1676532417626				Data: 24.02.2023		Alternativa nr.: –	
Denumirea licitației:			Achizitionarea dispozitivelor medicale pentru laborator, IMSP Centrul de Sanatate Dubasari							Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință		
1		2		4	5	6	7	8		
38434570-2	1	Analizator automat de hematologie 5 Diff	H60 Series, 5-Part Hematology Analyzer	China	EDAN Instr.	Obiectul achiziției îl constituie Analizator automat de hematologie 5 Diff cu sistem de reactivi de tip închis destinat analizei componenței sanguine Specificația: Tip sistem închis Metode de măsurare Fotometrică Optică Procesare probe : >60 probe/oră Volumul de probă aspirat: 15 pi - 28 pl Parametri măsurați și raportați: 22 - 25 Control alcalității > 3 nivele Tehnologie optică de flux Cytometrie în Flux Impedanță electronică Spectrometrie de absorbție Valve electronice Reactiv de liză fără cianuri Ecran LCD touch screen color Posibilitatea de închidere programată și închidere manuală Reactivi identificați prin cod de bare, cu identificarea lotului și a datei de expirare Afișarea pe ecran a tuturor datelor- histograme (rezultate, grafice, rezultate de arhivă, date de service) Posibilitatea de conectare la internet Posibilitatea de căutare pacient după dată sau după numărul de ordine Posibilitatea de setare a valorilor de referință pentru pacienți. Posibilitatea de setare pentru valori de panică Limitele programabile pentru pacient Unitățile de măsură programabile de către operator Înregistrări de date pe sisteme externe USB 250,0 - 300,0 mii Construirea tebelelor și graficelor LeveyJennings încărcare/descărcare informații de control -Port USB pentru încărcare de date și pentru stocare de date regim off-line Procedura de curățire automată Limba de comunicare rom	Specificația: Tip sistem închis - + Metode de măsurare: - Fotometrică - + - Optică - + Procesare probe : >60 probe/oră - + Volumul de probă aspirat: 16 mkl - 20mkl Parametri măsurați și raportați: 25 Control alcalității - 3 nivele Tehnologie optică de flux Cytometrie în Flux - + Impedanță electronică - + Spectrometrie de absorbție - + Valve electronice - + Reactiv de liză fără cianuri - + Ecran LCD touch screen color - + Posibilitatea de închidere programată și închidere manuală - + Reactivi identificați prin cod de bare, cu identificarea lotului și a datei de expirare - + Afișarea pe ecran a tuturor datelor- histograme (rezultate, grafice, rezultate de arhivă, date de service) - + Posibilitatea de conectare la internet - + Posibilitatea de căutare pacient după dată sau după numărul de ordine - + Posibilitatea de setare a valorilor de referință pentru pacienți. - + Posibilitatea de setare pentru valori de panică - + Limitele programabile pentru pacient - + Unitățile de măsură programabile de către operator - + Înregistrări de date pe sisteme externe USB 250,0 - 300,0 mii - + Construirea tebelelor și graficelor LeveyJennings - + încărcare/descărcare informații de control -Port USB pentru încărcare de date și pentru stocare de date regim off-line - + Procedura de curățire automată - + Limba de comunicare rom - +	DC		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi; În calitate de: Director General

Ofertantul: _ „GBG-MLD” SRL ____ Adresa: mun.Chișinău, str.Albisoara 64/2