

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: [ocds-b3wdp1-MD-1755005904173](#)

Denumirea licitației: în scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds... 23084 din 12.08.2025) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1721649223084 din 07.10.2024 „privind încheierea acordului-cadru - Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru anii 2025-2027

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 58						
Pat pentru examinare (mecanic) adulti 140310	TH 6011	Turcia	T HEALTH MEDIKAL IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310 Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP Parametru Specificație Sectiuni ≥ 2 Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit Husă obligatoriu Saltea obligatoriu Dimensiune, cm $\geq 180 \times 60 \times 60$ Greutate pacient maxim, kg ≥ 180 Tetiera reglabilă Suport rolă hartie obligatoriu hirtie ≥ 20 buc.	Pat pentru examinare (mecanic) adulti Cod 140310 Descriere Pat pentru examinarea pacienților in IMSP Parametru Specificație Sectiuni 2 Material carcasă cadru din metal vopsit Husă obligatoriu DA Saltea obligatoriu DA Dimensiune, cm 190x60x70 Greutate pacient maxim, kg 180 Tetiera reglabilă DA Suport rolă hartie obligatoriu DA hirtie 20 buc.	DM000654779
LOT 60						
Brancarda sanitara (caracteristici de baza) 140370	T-Xpress	Turcia	T HEALTH MEDIKAL IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Pозиționare Tredelinburg ≥ 15 grade Control manual Caracteristici Bare laterale obligatoriu Roți Diametru ≥ 15 cm	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților" Parametru Specificație Pозиționare Tredelinburg 15 grade DA Control manual DA Caracteristici Bare laterale obligatoriu DA	DM000654657

				Frine ≥ 2 Sarcina maximă ≥ 200 kg Dimensiuni $\geq 200 \times 75$ cm Minere pentru transportarea brancardei obligatoriu Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete obligatoriu	Roți Diametru 15 cm DA Frine 2 DA Sarcina maximă 250 kg Dimensiuni 208 x 85 cm "Minere pentru transportarea brancardei" obligatoriu DA Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă DA "Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" obligatoriu DA	
LOT 62						
Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici de baza 140390	YA-D5-5	China	ZHANGJIA GANG MEDI MEDICAL EQUIPMEN T CO., LTD	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici de baza Cod 140390 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcare Cadru pentru etichetă pe spetează ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Bampere/rotile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz	Pat multifunctional pentru adulți (5-6 poziții) caracteristici de baza Cod 140390 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 poziții DA Tip pacient adult DA Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice DA Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg DA poziționare anti-Trendelenburg DA Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu DA Greutatea maximă admisă de încărcare Cadru pentru etichetă pe spetează 225 kg Înălțime Ajustabilă 51-80 cm Rotile Diametru 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile DA Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) DA Bampere/rotile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator DA Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională DA	DM000654310

				Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit grosimea min. 14 cm husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul produsului oferit	Alimentare 220 V, 50 Hz DA Saltea ortopedică, lavabilă da, grosimea min. 14 cm husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit MK-M01 DA Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul produsului oferit MK-IS08	
LOT 64						
Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) 140400	T 8060	Turcia	T HEALTH MEDIKAL IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) Cod 140400 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 250 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 75 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 35 \times 43$ cm Bampere/rotili pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) Cod 140400 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții DA Tip pacient adult DA Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice DA Funcționalități poziționare sedentară DA poziționare Trendelenburg DA poziționare anti-Trendelenburg DA Controlul de către asistentă Blocarea control pacient DA Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat 250 kg DA Înălțime Ajustabilă 45-85 cm Rotile Diametru 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile DA Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) DA Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 35 \times 43$ cm DA Bampere/rotili pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator DA Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională DA Alimentare 220 V, 50 Hz DA Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice	DM000655603

				grosimea min. 14 cm husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul produsului oferit	codul produsului oferit TMV 01 grosimea 14 cm DA husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit TMV 01 Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul produsului oferit C 8012	
LOT 70						
Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100- 200L 140700	YC-130L	China	ZHONGKE MEILING CRYOGENI CS COMPANY LIMITED	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigider constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Capacitatea 100 - 200 l cu o toleranță de ±10% Număr de rafturi ≥ 3 Ușa Număr 1 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±3 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coșuri tip sertar, da	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigider constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. DA Parametrul Specificația Capacitatea 130 L Număr de rafturi 3 Ușa Număr 1 Transparentă DA Mecanism blocare cu cheie DA Lumină interior obligatoriu DA Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare DA Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă DA Afisaj temperatură digital DA Alarmer acustică DA vizuală DA Răcire ventilate DA Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C DA Omogenitatea/ uniformitatea termică 1.4 °C Alimentare 220 V, 50 Hz DA Refrigerent fără CFC / HCFC, DA Zgomot 45 dB Accesorii coșuri tip sertar, da	DM000395534

LOT 71						
Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L 140710	YC-315L	China	ZHONGKE MEILING CRYOGENICS COMPANY LIMITED	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei în intervalul de 200–300 litri, cu o toleranță de ±10% Număr de rafturi ≥ 4 Ușa Număr 1 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Roți ≥ 4 Frîne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coșuri tip sertar	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. DA Parametrul Specificația Configurație mobil DA Capacitatea internă a camerei 315 L Număr de rafturi 4 Ușa Număr 1 Transparentă obligatoriu DA Mecanism blocare cu cheie DA Roți 4 Frîne 2 Lumină interior obligatoriu DA Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare DA Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă DA Afisaj temperatură digital DA Alarme acustică DA vizuală DA Răcire ventilate DA Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C DA Omogenitatea/ uniformitatea termică 1.1 °C Alimentare 220 V, 50 Hz DA Refrigerent fără CFC / HCFC DA Zgomot 45 dB Accesorii coșuri tip sertar DA	DM000395535
LOT 72						

Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L 140720	YC-395L	China	ZHONGKE MEILING CRYOGENICS COMPANY LIMITED	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L Cod 140720 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil, dotat cu roți Capacitatea în intervalul de 300–400 litri, cu o toleranță de ±10% Număr de rafturi ≥ 6 Ușa Număr ≥ 1 Descriere transparenta Mecanism blocare cu cheie Roți obligatoriu Frîne obligatoriu Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 50 dB	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 300-400L Cod 140720 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. DA Parametrul Specificația Configurație mobil, dotat cu roți DA Capacitatea 395 l Număr de rafturi 6 Ușa Număr 1 Descriere transparenta DA Mecanism blocare cu cheie DA Roți obligatoriu DA Frîne obligatoriu DA Lumină interior obligatoriu DA Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare DA Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă DA Afisaj temperatură digital DA Alarmer acustică DA vizuală DA Răcire ventilată DA Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C DA Omogenitatea/ uniformitatea termică 1.4 °C Alimentare 220 V, 50 Hz DA Refrigerent fără CFC / HCFC DA Zgomot 45 dB	DM000395537
LOT 73						
Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-	YC-525L	China	ZHONGKE MEILING CRYOGENICS COMPANY LIMITED	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L Cod 140730	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L Cod 140730	DM000395538

500L 140730			CS COMPANY LIMITED	Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigider constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei în intervalul de 400–500 litri, cu o toleranță de ±10% Număr de rafturi ≥ 6 Ușa Număr ≥ 1 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Roți ≥ 4 Frîne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 50 dB	Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigider constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei 525 L Număr de rafturi 6 Ușa Număr 1 Transparentă obligatoriu DA Mecanism blocare cu cheie DA Roți 4 Frîne 2 Lumină interior obligatoriu DA Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare DA Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă DA Afisaj temperatură digital DA Alarmer acustică DA vizuală DA Răcire ventilate DA Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C DA Omogenitatea/ uniformitatea termică 1.1 °C Alimentare 220 V, 50 Hz DA Refrigerent fără CFC / HCFC DA Zgomot 45 dB	
LOT 74						
Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 500-600L 140740	YC-525L	China	ZHONGKE MEILING CRYOGENI CS COMPANY LIMITED	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 500-600L Cod 140740 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius.	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 525L Cod 140740 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius.	DM000395538

				Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei în intervalul de 500–600 litri, cu o toleranță maximă de $\pm 10\%$ Număr de rafturi ≥ 8 Ușa Număr ≥ 1 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Roți ≥ 4 Frîne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă $+2^{\circ}\text{C} \dots +8^{\circ}\text{C}$ Omogenitatea/ uniformitatea termică $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot $< 55 \text{ dB}$	Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil DA Capacitatea internă a camerei 525L Număr de rafturi 8 Ușa Număr 1 Transparentă obligatoriu DA Mecanism blocare cu cheie DA Roți 4 Frîne 2 Lumină interior obligatoriu DA Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare DA Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă DA Afisaj temperatură digital DA Alarmer acustică DA vizuală DA Răcire ventilată DA Temperatura reglabilă $+2^{\circ}\text{C} \dots +8^{\circ}\text{C}$ DA Omogenitatea/ uniformitatea termică 1.1 °C Alimentare 220 V, 50 Hz DA Refrigerent fără CFC / HCFC DA Zgomot 45 dB	
LOT 130						
Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici de baza 260230	ECG-1112M	China	SHENZHEN CAREWELL ELECTRONICS CO., LTD	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230 Descriere Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan, cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230 Descriere Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan, cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric DA Pag. 2-1 User	DM000644388

			Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, $\pm 2\%$ Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 50 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Convertor analog-digital ≥ 16 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤ 10 μA Detector de pacemaker obligatoriu Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 110 mm Să se indice numele derivației printate obligatoriu Viteza de înscriere 5, 10, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Acuratețea $\pm 5\%$ (axa x), $\pm 5\%$ (axa y) Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6, 12 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu Display Grafic, LCD TFT color obligatoriu Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile obligatoriu Marime ecran ≥ 7 inch Rezoluția $\geq 800 \times 480$ pix Numărul de derivații afișate simultan 12	Manual Numărul de canale de procesare 12 DA Pag. 2-1 User Manual Configurația Portabil DA Pag. A-2 User Manual Derivațiile Tip înregistrare auto și manual DA Pag. A-3 User Manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 2, 40 mm/mv DA Pag. A-5 User Manual Semnal de calibrare 1 mV, $\pm 2\%$ DA Pag. A-6 User Manual Gama de frecvență De diagnostic 0.05 -165 Hz DA Pag. 1 Technical Specifications Filtru muscular 25, 35Hz DA Pag. 8-2 User Manual Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz DA Pag. 8-2 User Manual Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz DA Pag. 8-2 User Manual Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 100 M Ohm DA Pag. A-5 User Manual Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 120 dB DA Pag. A-5 User Manual Convertor analog-digital 24 bit DA Pag. A-5 User Manual Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤ 10 μA DA Pag. 1 Technical Specifications Detector de pacemaker DA Pag. 1-6 User Manual Indicator deconectare electrod acustic sau vizual DA Pag. 9-1 User Manual Imprimantă Termică încorporată DA Pag. 3-4 User Manual Mărimea hîrtiei 210 mm DA Pag. A-3 User Manual Să se indice numele derivației printate Standard, Cabrera Pag. 8-2 User Manual Viteza de înscriere 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/s DA Pag. 8-5 User Manual	
--	--	--	---	---	--

			Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG Ethernet / USB / SD card obligatoriu Format date ECG BMP / JPG / GIF / PDF / XML / DICOM obligatoriu Memorie ≥ 200 înregistrări ECG obligatoriu Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator obligatoriu Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu Identificarea aritmiei obligatoriu Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă da Timp operare autonomă ≥ 2 h Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact obligatoriu status sistem obligatoriu deconectare alimentare rețea obligatoriu baterie descărcată obligatoriu Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) ≥ 2 set. Hîrtie termică ≥ 30 buc. Gel de contact ≥ 1 litru	Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s DA Pag. A-3 User Manual Acuratețea $\pm 5\%$ (axa x), $\pm 5\%$ (axa y) DA Pag. A-5 User Manual Derivațiile înscrise minim 12 DA Cabrera Pag. 8-2 User Manual Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6, 12 DA Pag. A-5 User Manual Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG DA Display Grafic, LCD TFT color DA Pag. A-3 User Manual Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile DA Pag. 2-3 User Manual Marime ecran 7 inch DA Pag. A-3 User Manual Rezoluția 800x480 pix DA Pag. A-3 User Manual Numărul de derivații afișate simultan 12 DA Pag. 8-3 User Manual Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG Ethernet / USB / SD card DA Pag. 7-3 User Manual Format date ECG BMP / JPG / GIF / PDF / XML / DICOM DA Pag. 7-4 User Manual Memorie 6000 înregistrări ECG DA Pag. 8-16 User Manual Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator DA Pag. 5-3 User Manual Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea DA Pag. 5-2 User Manual Ajustarea automată a izoliniei DA Pag. 2-5 User Manual Identificarea aritmiei DA Pag. 6-6 User Manual Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM DA Pag. A-4 User Manual	
--	--	--	--	---	--

					Acuratețea ± 1 BPM DA Pag. A-4 User Manual Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG DA Pag. 6-5 User Manual Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; DA Pag. 8-8 User Manual Timpul interpretării 10s, 20s, 30s, 60s DA Pag. 8-4 User Manual Alimentarea 220 V, 50 Hz DA Pag. A-4 User Manual Baterie internă reîncărcabilă DA Pag. A-4 User Manual Timp operare autonomă 4h DA Pag. A-4 User Manual Protecție defibrilator ≥ 400 J DA Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact DA Pag. 4-2 User Manual status sistem obligatoriu DA Pag. 4-3 User Manual deconectare alimentare rețea DA Pag. 4-3 User Manual baterie descărcată DA Pag. 4-3 User Manual Accesorii Cablul pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) DA membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. DA Hîrtie termică 30 buc. DA Gel de contact 1 litru DA	
LOT 131						
Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate 260231	ECG-1112M	China	SHENZHEN CAREWELL ELECTRONICS CO., LTD	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate Cod 260231 Descriere Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan, cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil obligatoriu	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici avansate Cod 260231 Descriere Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan, cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric DA Pag. 2-1 User Manual Numărul de canale de procesare 12 DA Pag.	DM000644388

			Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mV Semnal de calibrare 1 mV, $\pm 2\%$ Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtre musculare obligatoriu Filtre frecvență joasă obligatoriu Filtre frecvență înaltă obligatoriu Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 50 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 110 dB Convertor analog-digital ≥ 24 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤ 10 μA Detector de pacemaker obligatoriu Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 210 mm obligatoriu Să se indice numele derivației printate obligatoriu Viteza de înscriere 5, 10, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Acuratețea $\pm 5\%$ (axa x), $\pm 5\%$ (axa y) Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6, 12 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu Display Grafic, LCD TFT color obligatoriu Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile obligatoriu Marime ecran ≥ 7 inch Rezoluția $\geq 800 \times 480$ pix Touchscreen obligatoriu Numărul de derivații afișate simultan 12 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG Ethernet / USB	2-1 User Manual Configurația Portabil DA Pag. A-2 User Manual Derivațiile Tip înregistrare auto și manual DA Pag. A-3 User Manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20, 40 mm/mv DA Pag. A-5 User Manual Semnal de calibrare 1 mV, $\pm 2\%$ DA Pag. A-6 User Manual Gama de frecvență De diagnostic 0.05 -165 Hz DA Pag. 1 Technical Specifications Filtru muscular 25, 35Hz DA Pag. 8-2 User Manual Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67 Hz DA Pag. 8-2 User Manual Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz DA Pag. 8-2 User Manual Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 100 M Ohm DA Pag. A-5 User Manual Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz ≥ 120 dB DA Pag. A-5 User Manual Convertor analog-digital 24 bit DA Pag. A-5 User Manual Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤ 10 μA DA Pag. 1 Technical Specifications Detector de pacemaker DA Pag. 1-6 User Manual Indicator deconectare electrod acustic sau vizual DA Pag. 9-1 User Manual Imprimantă Termică încorporată DA Pag. 3-4 User Manual Mărimea hîrtiei 210 mm DA Pag. A-3 User Manual Să se indice numele derivației printate Standard, Cabrera Pag. 8-2 User Manual Viteza de înscriere 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/s DA Pag. 8-5 User Manual Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la	
--	--	--	--	---	--

			/ SD card obligatoriu Format date ECG BMP / JPG / GIF / PDF / XML / DICOM obligatoriu Memorie ≥ 200 înregistrări ECG obligatoriu Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator obligatoriu Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu Identificarea aritmiei obligatoriu Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu Timp operare autonomă ≥ 2 ore Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact obligatoriu status sistem obligatoriu deconectare alimentare rețea obligatoriu baterie descărcată obligatoriu Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) ≥ 2 set. Hîrtie termică ≥ 30 buc. Gel de contact ≥ 1 litru Troleu pe roțile indicați modelul oferit obligatoriu troleu pe roțile obligatoriu ≥ 4 roți obligatoriu ≥ 2 roți cu frînă obligatoriu mîner pentru transportarea standului obligatoriu coș pentru accesorii obligatoriu	viteza de 25 mm/s DA Pag. A-3 User Manual Acuratețea $\pm 5\%$ (axa x), $\pm 5\%$ (axa y) DA Pag. A-5 User Manual Derivațiile înscrise minim 12 DA Cabrera Pag. 8-2 User Manual Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6, 12 DA Pag. A-5 User Manual Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG DA Display Grafic, LCD TFT color DA Pag. A-3 User Manual Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile DA Pag. 2-3 User Manual Marime ecran 7 inch DA Pag. A-3 User Manual Rezoluția 800x480 pix DA Pag. A-3 User Manual Touchscreen Da Pag. 2-2 User Manual Numărul de derivații afișate simultan 12 DA Pag. 8-3 User Manual Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG Ethernet / USB / SD card DA Pag. 7-3 User Manual Format date ECG BMP / JPG / GIF / PDF / XML / DICOM DA Pag. 7-4 User Manual Memorie 6000 înregistrări ECG DA Pag. 8-16 User Manual Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator DA Pag. 5-3 User Manual Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea DA Pag. 5-2 User Manual Ajustarea automată a izoliniei DA Pag. 2-5 User Manual Identificarea aritmiei DA Pag. 6-6 User Manual Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM DA Pag. A-4 User Manual Acuratețea ± 1 BPM DA Pag. A-4 User	
--	--	--	--	--	--

			braț articulată pentru electrozi ECG obligatoriu suport pentru gel de contact obligatoriu ajustarea pe înălțime optional sistem de fixare dispozitivului de suport obligatoriu	Manual Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG DA Pag. 6-5 User Manual Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; DA Pag. 8-8 User Manual Timpul interpretării 10s, 20s, 30s, 60s DA Pag. 8-4 User Manual Alimentarea 220 V, 50 Hz DA Pag. A-4 User Manual Baterie internă reîncărcabilă da DA Pag. A-4 User Manual Timp operare autonomă 4h DA Pag. A-4 User Manual Protecție defibrilator ≥ 400 J DA Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact DA Pag. 4-2 User Manual status sistem DA Pag. 4-3 User Manual deconectare alimentare rețea DA Pag. 4-3 User Manual baterie descărcată DA Pag. 4-3 User Manual Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) DA membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. DA Hîrtie termică 30 buc. DA Gel de contact 1 litru DA Troleu pe roțile ECG trolley troleu pe roțile obligatoriu 4 roți obligatoriu DA 2 roți cu frînă obligatoriu DA mîner pentru transportarea standului obligatoriu DA coș pentru accesorii obligatoriu DA braț articulată pentru electrozi ECG obligatoriu DA suport pentru gel de contact obligatoriu ajustarea pe înălțime optional DA sistem de fixare dispozitivului de suport obligatoriu DA	
--	--	--	--	--	--

LOT 167						
Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B 270110	STR-23	Turcia	TEK-BAL TIBBI CIHAZLAR SAN TIC STI	Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B Cod 270110 Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni Securitate la supraîncălzire obligatoriu Securitate la suprapresiune obligatoriu Alarmer acustică vizuală Durata sterilizării reglabilă obligatoriu Control Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu Ușa rămâne blocată până la finalizarea procesului de sterilizare obligatoriu Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu Imprimantă obligatoriu Afișaj alfanumeric Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum obligatoriu Pre și post vacuum da, selectabil 3 cicluri de prevacuum și uscare vacuumată Sistem de uscare obligatoriu Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor	Autoclav 21 -25L, cu vacuum, clasa B Cod 270110 Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B DA Pag. 76 User Manual Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox DA Pag. 2 Product Specification Exterior Vopsit electrostatic rezistent la coroziuni DA Pag. 2 Product Specification Securitate la supraîncălzire DA Pag. 20 User Manual Securitate la suprapresiune DA Pag. 21 User Manual Alarmer acustică vizuală DA Pag. 85 User Manual Durata sterilizării reglabilă DA Pag. 47 User Manual Control Microprocesor DA Pag. 21 User Manual Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă DA Pag. 21 User Manual Ușa rămâne blocată până la finalizarea procesului de sterilizare DA Pag. 49 User Manual Suprafața exterioară să nu se încălzească DA Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit DA Pag. 46 User Manual Imprimantă DA Pag. 26 User Manual Afișaj alfanumeric DA Pag. 42 User Manual Ciclu de sterilizare DA Pag. 75 User Manual	DM000390467

				Volum interior 21 - 25 L Rafturi da, min. 3 tavi Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Înregistrator date obligatoriu Tip date data timp temperatura presiune Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l Alimentare 220V, 50 Hz	Ciclu de presiune pozitivă DA Pag. 75 User Manual Ciclu de vacuum DA Pag. 75 User Manual Pre și post vacuum da, selectabil 3 cicluri de prevacuum si uscare vacuumata DA Pag. 82 User Manual Sistem de uscare DA Pag. 48 User Manual Facilități de setare timp DA Pag. 75 User Manual temperatura DA Pag. 75 User Manual eliberare automată a vaporilor DA Pag. 26 User Manual racire rapidă DA Pag. 23 User Manual Volum interior 23L Precizie timp de sterilizare 1 min DA Rafturi da, 3 tavi DA Pag. 2 Product Specification Regimuri de sterilizare 8 DA Pag. 32 User Manual Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C DA Pag. 19 User Manual Gama de temperatură diapazon minim 105 - 134 grade C DA Pag. 75 User Manual Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare DA Pag. 75 User Manual Înregistrator date DA Tip date data Timp DA Pag. 75 User Manual temperatura DA Pag. 77 User Manual presiune DA Pag. 77 User Manual Capacitatea rezervorului de apă 4 l DA Pag. 32 User Manual Alimentare 220V, 50 Hz DA Pag. 32 User Manual	
--	--	--	--	---	--	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei
In calitate de: Director
Ofertantul: SC „Neotec” SRL ,Adresa Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău