



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21224182 MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1715084426827](#) din 17.06.2024

Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie

Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
5	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	Starled5 NX/DC2 + Starled3 NX Nr. De înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000500292 din 10.05.2023	Italia / ACEM SpA	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) Cod 130250 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametrul Specificația Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) obligatoriu Numărul de sateliți 2 Temperatura culorii 4,500 ±500 reglabilă Reglarea intensității luminei obligatoriu Indexul de culoare ≥ 95 Dimensiunea câmpului, cm Focusabil obligatoriu	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate) Cod 130250 Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan cu 2 sateliți Parametrul Specificația Caracterisitici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) obligatoriu – DA Numărul de sateliți 2 – DA, pag. 5 Broșura Starled5 NX Temperatura culorii 4,500 ±500 reglabilă – DA, pag. 3, pag. 5 Broșura Starled5 NX	Declarații de conformitate ISO 13485

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Diametrul ajustabil diapazon minim 24 - 33 cm Adâncimea ≥ 80 cm Distanța de lucru 0.7-1.5 m Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 $\geq 160\,000$ lux, satelitul nr.2 $\geq 160\,000$ lux Rotația 360 grade Ajustare pe verticală, cm ≥ 80 Cresterea temperaturii în campul operator $<1^\circ$ C Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000h Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate Mînere detașabile sterilizabile Panou de control integrat în lampa principal Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video obligatoriu Înălțimea podului 3-4 m	Reglarea intensității luminei obligatoriu – DA, pag. 4 Broșura Starled5 NX Indexul de culoare ≥ 95 – DA, 98, pag. 5 Broșura Starled5 NX Dimensiunea câmpului, cm Focusabil obligatoriu – DA, pag. 4 Broșura Starled5 NX Diametrul ajustabil diapazon minim 24 - 33 cm – DA, pag. 28 User Manual Adâncimea ≥ 80 cm – DA, 117 cm, pag. 28 User Manual Distanța de lucru 0.7-1.5 m – DA, pag. 5 Broșura Starled5 NX Nivelul de iluminare la 1 m distanță satelitul nr.1 $\geq 160\,000$ lux, – DA, pag. 5 Broșura Starled5 NX satelitul nr.2 $\geq 160\,000$ lux – DA, pag. 5 Broșura Starled3 NX Rotația 360 grade – DA Ajustare pe verticală, cm ≥ 80 – DA Cresterea temperaturii în campul operator $<1^\circ$ C – DA Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz – DA, pag. 5 Broșura Starled5 NX Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h – DA, 60000 h, pag. 5 Broșura Starled5 NX, pag. 5 Broșura Starled3 NX Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate – DA	
--	--	--	--	---	---	--



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

					Mînere detaşabile sterilizabile – DA, pag. 4 Broşura Starled5 NX Panou de control integrat în lampa principal – DA , pag. 4 Broşura Starled5 NX Posibilitatea integrării sistemului de telemedicine şi a sistemelor de înregistrare video obligatoriu – DA, pag. 4 Broşura Starled5 NX, Declaraţie ACEM Înălţimea podului 3-4 m – DA	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chişinău, Piaţa D. Cantemir 1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul procedurii de achizitie: 21224182 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1715084426827 din 17.06.2024
Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	5	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	Buc.	1	230.000,00	276.000,00	230.000,00	276.000,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
		TOTAL					230.000,00	276.000,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.