

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21076117 din 23.03.2023

Obiectul de achiziție: Consumabile medicale (anul 2023)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 21</b>						
Lot 21 Cateter pentru drenaj toracal, drept, cu troacar 20 FG	0200030020	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH		Cateterul trocar este introdus în golul pleural după incizia pielii și puncția cavității pleurale. Stiletul din metal ușor este îndepărtat și cateterul rămas este conectat la tubul de legătură/conector în trepte al unui sistem de drenaj toracic. Mărimile CH 10, 12 și 16 au un conector în formă de pâlnie. Dimensiunile CH 20, 24, 28 și 32 au un conector simplu. Marimea 20 Fg contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Steril: Da	CE
<b>Total lot 21</b>						
<b>Lotul 23</b>						
Lot 23 Cateter pentru drenaj toracal, drept, cu troacar 24 FG	0200030024	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH		Cateterul trocar este introdus în golul pleural după incizia pielii și puncția cavității pleurale. Stiletul din metal ușor este îndepărtat și cateterul rămas este conectat la tubul de legătură/conector în trepte al unui sistem de drenaj toracic. Mărimile CH 10, 12 și 16 au un conector în formă de pâlnie. Dimensiunile CH 20, 24, 28 și 32 au un conector simplu. Marimea 24 Fg contrastabil cu raze X: fir de contrast cu raze X Steril: Da	CE
<b>Total lot 23</b>						
<b>Lotul 38</b>						
Lot 38 Robinet tridirecțional steril	CHW002	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s.		Robinet tridirecțional steri	CE
<b>Total lot 38</b>						
<b>Lotul 40</b>						
Lot 40 Set pentru cateterizarea venei subclave 6 FR, 20cm, monolumen	41.01.10101	China	SCW MEDICATH LTD		Vârf moale conceput pentru a reduce trauma vaselor în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o inserție excelentă la est Dispune de materiale radioopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională rezistentă la îndoire care mărește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Lumen mono Dimensiune (Ga) 14 Lungime (cm) 20	CE
<b>Total lot 40</b>						

<b>Lotul 41</b>						
Lot 41 Sonda Blackmore din cauciuc	№18 №23	RUSIA	ООО «Объединение Альфапластик»		<p>Conceput pentru a preveni aruncarea conținutului gastric în esofag și cavitatea bucală, pentru a aspira conținutul stomacului, precum și pentru a opri sângerarea stomacului și a esofagului.</p> <p>Numărul probei - 18, 23</p> <p>Lungime, mm - (18) 880 + -10 (23) 880 + -10</p> <p>Diametru exterior, mm - (18) 6,0 + -0,3 (23) 7,7 + -0,3</p> <p>Grosimea peretelui, mm - (18) 1,0 + -0,2 (23) 1,3 + -0,2</p>	<b>Declaratie de conformitate</b>
<b>Total lot 41</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23