

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție <u>21000787</u> din 28.11.2018
Denumirea procedurii de achiziție: Licitație deschisă

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	Lot 1						EN ISO 13485:2003 AC:2009
	Unit stomatologic	KLT-6210N2	China	Roson	Reprezintă echipamentul stomatologic esențial pentru igiena dentară și tratament stomatologic Scaun stomatologic Unghi de înclinare de la 100°pînă la 180° Tetieră reglabilă ≥40cm Setări minim 1 utilizatori Greutate maximă 200kg Comandă pedală pneumatica Programe de poziționare minim 3 Accesorii cotiere Sarcina maximă 200kg Înălțime reglabilă Suport spate da Suport picior da Motor electric 24V Masa dentistului Turbină M4 cu chee 2500-3000 rpm. Turbină cu buton min 3000rpm. Seringă cu 3 căi apă, aer, spray. vîrf angulat 90°, detașabil	Reprezintă echipamentul stomatologic esențial pentru igiena dentară și tratament stomatologic Scaun stomatologic Unghi de înclinare de la 100°pînă la 180° Tetieră reglabilă ≥40cm Setări minim 1 utilizatori Greutate maximă 200kg Comandă pedală pneumatica Programe de poziționare minim 3 Accesorii cotiere Sarcina maximă 200kg Înălțime reglabilă Suport spate da Suport picior da Motor electric 24V Masa dentistului Turbină M4 cu chee 2500-3000 rpm. Turbină cu buton min 3000rpm. Seringă cu 3 căi apă, aer, spray. vîrf angulat 90°, detașabil Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED ≥28MHz	

					Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED $\geq 28\text{MHz}$. Micromotor pneumatic de la 30000-40000 rpm. Piesă contraughi de la 25-40000 rpm. Negatoscop. Braț asistentă Aspirator de salivă Aspiratie slaba Aspiratie puternica Lampa fotopolimer minim 2 pozitii $\geq 1000 \text{ minW/cm}^2$ Seringă cu 3 căi apă, aer, spray vîrf angulat 90^0, detașabil Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului Dirigare scaun medic joj-sus Speteaza inainte, in spate Bloc hidraulic Umplere apa pahar. Incalzire apa. Revenire la setari. Golireapa din bol. Tava pentru instrumente suspendabila. Reglarea tavii dupa inaltime. Bol flexibil al scuipatorului fixat de fotoliu rezistent la lovituri Rezistent la actiunea razelor ultraviolete. Rezistent la actiunea substantelor de dezinfectare. Detasabil. Posibilitatea de rotire in jurul axei Clătitor. Filtru pentru impurități. Posibilitatea programării volumului de apă.	Micromotor pneumatic de la 30000-40000 rpm. Piesă contraughi de la 25-40000 rpm. Negatoscop. Braț asistentă Aspirator de salivă Aspiratie slaba Aspiratie puternica Lampa fotopolimer minim 2 pozitii $\geq 1000 \text{ minW/cm}^2$ Seringă cu 3 căi apă, aer, spray vîrf angulat 90^0, detașabil Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului Dirigare scaun medic joj-sus Speteaza inainte, in spate Bloc hidraulic Umplere apa pahar. Incalzire apa. Revenire la setari. Golireapa din bol. Tava pentru instrumente suspendabila. Reglarea tavii dupa inaltime. Bol flexibil al scuipatorului fixat de fotoliu rezistent la lovituri Rezistent la actiunea razelor ultraviolete. Rezistent la actiunea substantelor de dezinfectare. Detasabil. Posibilitatea de rotire in jurul axei Clătitor. Filtru pentru impurități. Posibilitatea programării volumului de apă. Turbină dentară Sistem buton la schimbul borului
--	--	--	--	--	---	---

					Turbină dentară Sistem buton la schimbul borului Presiune de lucru: -de la 2.5 pînă la 2.7 bar Sursa de lumină LED Răcire apă/aer Rotații ≥ 300000 rot/min Piesă contraunghi Rotații ≥ 40000 rot/min Adaptabilă la micromotor Autoclavabilă Schimbarea frezei - buton Răcire apă/aer Sursa de lumină LED Poziții 2 de la 6000 Lux la 30 000 Lux Axa de rotație ≥ 3 Unghi de iluminare reglabilă Înălțime reglabilă Tip lumină alb/rece Detartor (scaler) 5 vîrfuri cu iluminare LED. Mîner detașabil, autoclavabil. Frecvența de lucru De la 25 pînă la 31 KHz. Intensitate reglabilă Accesorii - trusă endodotică Compresor Fără ulei. Capacitate de producere - nu mai mica de 70 L/min. Rezervor nu mai mic de 30 L. Manometru - afisarea presiunii la instrumente Putere $\geq 1,5$kw Revenirea automată la poziția inițială. Control multifuncțional de la picior Mobil.Tensiune 220-240V. Frecvența 50-60 Hz	Presiune de lucru: -de la 2.5 pînă la 2.7 bar Sursa de lumină LED Răcire apă/aer Rotații ≥ 300000 rot/min Piesă contraunghi Rotații ≥ 40000 rot/min Adaptabilă la micromotor Autoclavabilă Schimbarea frezei - buton Răcire apă/aer Sursa de lumină LED Poziții 2 de la 6000 Lux la 30 000 Lux Axa de rotație ≥ 3 Unghi de iluminare reglabilă Înălțime reglabilă Tip lumină alb/rece Detartor (scaler) 5 vîrfuri cu iluminare LED. Mîner detașabil, autoclavabil. Frecvența de lucru De la 25 pînă la 31 KHz. Intensitate reglabilă Accesorii - trusă endodotică Compresor Fără ulei. Capacitate de producere - nu mai mica de 70 L/min. Rezervor nu mai mic de 30 L. Manometru - afisarea presiunii la instrumente Putere $\geq 1,5$kw Revenirea automată la poziția inițială. Control multifuncțional de la picior Mobil.Tensiune 220-240V. Frecvența 50-60 Hz
--	--	--	--	--	---	---

--	--	--	--	--	--	--

Semnat_____ Numele,Prenumele Trofimov Iuri, în calitate de director

Ofertantul, "MedTehFarm" SRL, Adresa, Chişinău, Bul.negruzzi 3/2.