

Centrifugă de laborator cu răcire (24 tuburi)	
Model:	Sigma 1-14K + Rotor 12094
Producător:	Sigma Laborzentrifugen GmbH, Germania
Specificație tehnica solicitata	Specificație propusa
Centrifugă de laborator cu răcire (24 tuburi) Descriere Centrifugele de laborator sunt concepute pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 1500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 1,5 - 2,0 ml Numărul de tuburi rotor unghiular ≥ 24 de tuburi Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥ 99 min funcționare continuă, mod ciclu scurt (buton impuls) obligatoriu Incrementarea ≤ 1 min Refrigerare obligatoriu interval de temperatură de la -10 °C la +40 °C Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤ 60 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare obligatoriu	Centrifugă de laborator cu răcire (24 tuburi) Descriere Centrifugele de laborator sunt concepute pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 1500 - Corespunde, max. 15 000 rpm, broșura pag. 3/16; Setări setarea vitezei – Corespunde; Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 1,5 - 2,0 ml- Corespunde, broșura pag. 10/16; Numărul de tuburi rotor unghiular ≥ 24 de tuburi – Corespunde rotor cu 24 tuburi, broșura pag. 10/16; Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥ 99 min – Corespunde, de la 10 sec pana la 99 min, broșura pag. 12/16; funcționare continuă, mod ciclu scurt (buton impuls) obligatoriu – Corespunde, broșura pag. 12/16; Incrementarea ≤ 1 min – Corespunde, broșura pag. 12/16; Refrigerare obligatoriu – corespunde, broșura pag. 3/16; interval de temperatură de la -10 °C la +40 °C – corespunde, broșura pag. 3/16; Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului Obligatoriu – corespunde; Indicatori vizual și acustic obligatoriu – corespunde; Debalansare obligatoriu – corespunde; Pornire/oprire obligatoriu – corespunde; Capac deschis obligatoriu – corespunde; Display Digital obligatoriu – corespunde, display LCD; Nivelul de zgomot ≤ 60 dB obligatoriu – corespunde, nivel de zgomot - 49 dB; Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare obligatoriu - corespunde.