

Lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
206	Incubator pentru nou-născuți 300600	<p>Incubator pentru nou-născuți</p> <p>Cod 300600</p> <p>Descriere Incubator pentru nou-născuți destinat pentru crearea unei ambianță cu condiții confortabile de umiditate și temperatură în timpul tratamentului și îngrijirii pentru copiii nou-născuți (inclusiv prematuri), în stare gravă</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Tip pacient prematur, nou-născut obligatoriu</p> <p>Tip incubator mobil pe roți cu frână obligatoriu</p> <p>Dulap pentru scutece și consumabile medicale, integrat min 3 buc.</p> <p>Ajustarea electrică a înălțimii incubatorului pe vertical obligatoriu</p> <p>Canopie rezistentă la raze UV pentru utilizarea lămpilor de fototerapie obligatoriu</p> <p>Pereții canopiei să fie dubli pentru circulația aerului (cu efect anti-aburire) obligatoriu</p> <p>"Posibilitate de deschidere a canopiei prin ridicare integrală cu fixarea canopiei" obligatoriu</p> <p>Mînere de transportare pe ambele părți obligatoriu</p>	<p>Producator / Tara de origine: OKUMAN Medikal Sistemler A.S. / Turcia,</p> <p>Model: OKM 801 + accesorii si optiuni conform cerintelor solicitate</p> <p>Incubator pentru nou-născuți</p> <p>Descriere Incubator pentru nou-născuți destinat pentru crearea unei ambianță cu condiții confortabile de umiditate și temperatură în timpul tratamentului și îngrijirii pentru copiii nou-născuți (inclusiv prematuri), în stare gravă</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Tip pacient prematur, nou-născut obligatoriu - Corespunde</p> <p>Tip incubator mobil pe roți cu frână obligatoriu - Corespunde</p> <p>Dulap pentru scutece și consumabile medicale, integrat min 3 buc.</p> <p>Ajustarea electrică a înălțimii incubatorului pe vertical obligatoriu - Corespunde</p> <p>Canopie rezistentă la raze UV pentru utilizarea lămpilor de fototerapie obligatoriu - Corespunde</p> <p>Pereții canopiei să fie dubli pentru circulația aerului (cu efect anti-aburire) obligatoriu - Corespunde</p> <p>"Posibilitate de deschidere a canopiei prin ridicare integrală cu fixarea canopiei" obligatoriu - Corespunde</p> <p>Mînere de transportare pe ambele părți obligatoriu - Corespunde</p>

	<p>Uși laterale (stînga, dreapta) de acces în interiorul canopiei min. 2 buc.</p> <p>Uși de acces pentru mîini, min.4 buc., cîte 2 pe ambele părți a canopiei da, față, spate</p> <p>Uși de acces pentru mîini cu garnitură din cauciuc detașabilă obligatoriu</p> <p>Port de acces pentru tuburi respiratorii și cabluri da, min. 8 buc.</p> <p>Manipularea poziției saltelei trendelenburg și antitrendelenburg obligatoriu</p> <p>Unghiul de ajustare trendelenburg și antitredelenburg $\geq \pm$ 12°</p> <p>Tavă pentru amplasarea casetei roentgen obligatoriu</p> <p>"Pătucul pentru nou-născutului să fie glisant pentru efectuarea investigațiilor x-ray" obligatoriu</p> <p>"Saltea pentru nou-născut confecționată din materiale moi, rezistente la agenții chimici" obligatoriu</p> <p>Ecran color LCD ≥ 7 inch</p> <p>„Nivelul de zgomot în incinta incubatorului ≤ 50 dB”.</p> <p>Monitorizarea temperatura aer obligatoriu</p> <p>concentrația SpO2 obligatoriu</p> <p>temperatura copil obligatoriu</p> <p>concentrație oxigen obligatoriu</p> <p>umiditate obligatoriu</p> <p>putere încălzitor obligatoriu</p>	<p>Uși laterale (stînga, dreapta) de acces în interiorul canopiei min. 2 buc.</p> <p>Uși de acces pentru mîini, min.4 buc., cîte 2 pe ambele părți a canopiei da, față, spate</p> <p>Uși de acces pentru mîini cu garnitură din cauciuc detașabilă obligatoriu - Corespunde</p> <p>Port de acces pentru tuburi respiratorii și cabluri da, min. 8 buc.</p> <p>Manipularea poziției saltelei trendelenburg și antitrendelenburg obligatoriu - Corespunde</p> <p>Unghiul de ajustare trendelenburg și antitredelenburg $\geq \pm$ 13°</p> <p>Tavă pentru amplasarea casetei roentgen obligatoriu - Corespunde</p> <p>"Pătucul pentru nou-născutului să fie glisant pentru efectuarea investigațiilor x-ray" obligatoriu - Corespunde</p> <p>"Saltea pentru nou-născut confecționată din materiale moi, rezistente la agenții chimici" obligatoriu - Corespunde</p> <p>Ecran color LCD ≥ 8 inch</p> <p>„Nivelul de zgomot în incinta incubatorului ≤ 49 dB”.</p> <p>Monitorizarea temperatura aer obligatoriu - Corespunde</p> <p>concentrația SpO2 obligatoriu - Corespunde</p> <p>temperatura copil obligatoriu - Corespunde</p> <p>concentrație oxigen obligatoriu - Corespunde</p> <p>umiditate obligatoriu - Corespunde</p>
--	---	--

		<p>Modul de umidificare Umidificator controlat prin microprocesor obligatoriu</p> <p>modul Umidificator și rezervor de apă integrat într-un singur obligatoriu</p> <p>Modul de umidificare detașabil (la nivel de utilizator) pentru curățare obligatoriu</p> <p>Posibilitatea de ajustare a nivelului de umiditate diapazon min. 30 - 90%</p> <p>Acuratețea umidității $\leq \pm 5\% \text{ RH}$</p> <p>Intervalul de măsurare a umidității diapazon min. 15 - 99%</p> <p>"Modul de control a temperaturii" Regim de control „Aer” obligatoriu</p> <p>"Intervalul de temperatură în regim „Aer” " diapazon min. 25 -37 °C</p> <p>Funcția de temperatură $> 37^{\circ}\text{C}$</p> <p>Regim de control „Temperatură Copil” obligatoriu</p> <p>"Intervalul de temperatură în regim „Temperatură Copil”" diapazon min. 34 -37 °C</p> <p>"Senzori de temperatură copil conectați concomitent" Min. 2 buc.</p> <p>°C Acuratețea de măsurare a temperaturii copil $\leq 0,2$</p> <p>Modul de oxigenare Modul O2 controlat prin microprocesor obligatoriu</p>	<p>putere încălzitor obligatoriu - Corespunde</p> <p>Modul de umidificare Umidificator controlat prin microprocesor obligatoriu - Corespunde</p> <p>modul Umidificator și rezervor de apă integrat într-un singur obligatoriu - Corespunde</p> <p>Modul de umidificare detașabil (la nivel de utilizator) pentru curățare obligatoriu - Corespunde</p> <p>Posibilitatea de ajustare a nivelului de umiditate diapazon min. 30 - 95%</p> <p>Acuratețea umidității $\leq \pm 5\% \text{ RH}$</p> <p>Intervalul de măsurare a umidității diapazon min. 0 - 100%</p> <p>"Modul de control a temperaturii" Regim de control „Aer” obligatoriu - Corespunde</p> <p>"Intervalul de temperatură în regim „Aer” " diapazon min. 25 -37 °C</p> <p>Funcția de temperatură $> 37^{\circ}\text{C}$</p> <p>Regim de control „Temperatură Copil” obligatoriu - Corespunde</p> <p>"Intervalul de temperatură în regim „Temperatură Copil”" diapazon min. 34 -37 °C</p> <p>"Senzori de temperatură copil conectați concomitent" Min. 2 buc.</p> <p>°C Acuratețea de măsurare a temperaturii copil $\leq 0,2$</p>
--	--	--	---

		<p>Ajustarea concentrație de oxigen automatizată prin servocontrol diapazon min. 21%-60%</p> <p>Măsurare concentrație de oxigen diapazon min. 21%-99%</p> <p>Acuratețea de măsurare $\leq 3\%$</p> <p>"Senzori de oxigen pentru control și monitorizare" obligatoriu</p> <p>Modulul de SpO2 Măsurare SpO2 diapazon min. 70-100%</p> <p>Acuratețea SpO2 $\leq 3\%$</p> <p>"Modul de supraveghere greutate" Cântar pentru nou-născut integrat da</p> <p>Diapazonul de măsurare $\geq 100 - 5000\text{gr.}$</p> <p>Grafice ore Vizualizarea graficilor umiditatea perioada 24 ore</p> <p>Vizualizarea graficilor temperatură perioada 24 ore</p> <p>Vizualizarea graficilor oxigen perioada 24 ore</p> <p>Vizualizarea graficilor greutatea perioada 24 ore</p> <p>Alarmer Buton de anulare alarmei obligatoriu</p> <p>Alarmer sonore și vizuale obligatoriu</p> <p>Temperatura aerului ridicată obligatoriu</p> <p>Temperatura aerului scăzută obligatoriu</p> <p>Temperatura pielii ridicată obligatoriu</p> <p>Temperatura pielii scăzută obligatoriu</p>	<p>Modul de oxigenare Modul O2 controlat prin microprocesor obligatoriu - Corespunde</p> <p>servocontrol Ajustarea concentrație de oxigen automatizată prin diapazon min. 21%-60%</p> <p>Măsurare concentrație de oxigen diapazon min. 21%-99%</p> <p>Acuratețea de măsurare $\leq 3\%$</p> <p>"Senzori de oxigen pentru control și monitorizare" obligatoriu - Corespunde</p> <p>Modulul de SpO2 Măsurare SpO2 diapazon min. 70-100%</p> <p>Acuratețea SpO2 $\leq 3\%$</p> <p>"Modul de supraveghere greutate" Cântar pentru nou-născut integrat da</p> <p>Diapazonul de măsurare $\geq 100 - 5000\text{gr.}$</p> <p>Grafice ore Vizualizarea graficilor umiditatea perioada 24 ore</p> <p>Vizualizarea graficilor temperatură perioada 24 ore</p> <p>Vizualizarea graficilor oxigen perioada 24 ore</p> <p>Vizualizarea graficilor greutatea perioada 24 ore</p> <p>Alarmer Buton de anulare alarmei obligatoriu - Corespunde</p> <p>Alarmer sonore și vizuale obligatoriu - Corespunde</p> <p>Temperatura aerului ridicată obligatoriu - Corespunde</p>
--	--	--	---

		<p>Lipsă apă în rezervor cu pictogramă pe ecran obligatoriu</p> <p>Plasare incorectă umidificator obligatoriu</p> <p>Defecțiune sistem obligatoriu</p> <p>Flux aer obligatoriu</p> <p>Concentrație oxigen obligatoriu</p> <p>Sursa de tensiune: 220V, 50Hz obligatoriu</p> <p>"Consumabile și accesorii adiționale"</p> <p>Filtru pentru aer 10 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Saltea pentru nou-născuți 2 buc., să se indice codul produsului</p> <p>"Senzor de temperatură reutilizabil, nou-născut" 4 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Senzor SpO2 reutilizabil, nou-născut 2 buc., să se indice codul produsului</p> <p>"Stativ cu tavă pentru amplasarea diferitor dispozitive medicale în caz de necesitate" 1 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Stativ pentru fixarea pompelor de induzie 1 buc., să se indice codul produsului</p>	<p>Temperatura aerului scăzută obligatoriu - Corespunde</p> <p>Temperatura pielii ridicată obligatoriu - Corespunde</p> <p>Temperatura pielii scăzută obligatoriu - Corespunde</p> <p>Lipsă apă în rezervor cu pictogramă pe ecran obligatoriu - Corespunde</p> <p>Plasare incorectă umidificator obligatoriu - Corespunde</p> <p>Defecțiune sistem obligatoriu - Corespunde</p> <p>Flux aer obligatoriu - Corespunde</p> <p>Concentrație oxigen obligatoriu - Corespunde</p> <p>Sursa de tensiune: 220V, 50Hz obligatoriu - Corespunde</p> <p>"Consumabile și accesorii adiționale"</p> <p>Filtru pentru aer 10 buc., să se indice codul produsului - Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configurație ofertată de către producător</p> <p>Saltea pentru nou-născuți 2 buc., s*ă se indice codul produsului</p> <p>"Senzor de temperatură reutilizabil, nou-născut" 4 buc., să se indice codul produsului - Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configurație ofertată de către producător</p> <p>Senzor SpO2 reutilizabil, nou-născut 2 buc., să se indice codul produsului - Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configurație ofertată de către producător</p>
--	--	---	---

			<p>"Stativ cu tavă pentru amplasarea diferitor dispozitive medicale în caz de necesitate" 1 buc., să se indice codul produsului - Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus în configurație oferită de către producător</p> <p>Stativ pentru fixarea pompelor de induzie 1 buc., să se indice codul produsului - Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus în configurație oferită de către producător</p>
--	--	--	--