

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1731495933330](#) / 21072509

Obiectul achiziției: Deservirea și întreținerea dispozitivelor medicale – 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 8. Sterilizator cu plasmă RENO-S130D, Renosem	Sterilizator cu plasmă RENO- S130D	Coreea	Renosem	<p>8. Sterilizator cu plasmă "RENO- S130D, Renosem"</p> <ul style="list-style-type: none"> – Reînoirea sistemului software la cea mai actuală versiune – Verificarea modului de aspirare peroxid – Testarea pompei de vacuum și a celei de aer – Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice prin împământare – Curățarea și lubrifierea părților mecanice – Verificarea și curățarea tuturor filtrelor – Curățarea garniturilor de ermeticitate a camerei – Testarea și curățarea tuturor părților componente a ușilor de deschidere/închidere (senzor, puncte de conexiune și fixare) – Verificarea și curățarea tuturor valvelor pneumatice – Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui – Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program <p>Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local.</p>	<p>8. Sterilizator cu plasmă "RENO- S130D, Renosem"</p> <ul style="list-style-type: none"> – Reînoirea sistemului software la cea mai actuală versiune – Verificarea modului de aspirare peroxid – Testarea pompei de vacuum și a compresorului de aer – Verificarea blocului de conexiune la rețeaua electrică, integritatea cablurilor electrice și verificarea securității electrice prin împământare – Curățarea și lubrifierea părților mecanice – Verificarea și curățarea tuturor filtrelor – Curățarea garniturilor de ermeticitate a camerei – Testarea și curățarea tuturor părților componente a ușilor de deschidere/închidere (senzor, puncte de conexiune și fixare) – Verificarea și curățarea tuturor valvelor pneumatice – Testarea funcționalității dispozitivului și calibrarea lui – Înlăturarea tuturor defectelor depistate, tehnice cât și cele de program. <p>Trimestrial și intervenții în urma solicitărilor de către inginerul local.</p>	Training Certificate

Ofertantul: **EDELMED** Adresa: str Burebista 17A of 119, mun. Chișinău

Numele, Prenumele: Anastasia Latîșev

În calitate de: Director

Semnat: