



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21255249 MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1720711430863](#) din 26.08.2024

Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară 12)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 12					
Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B	Phoenix Blu LED Print 24L Nr. de înregistrare în Registrul de Stat al DM DM000614459	Italia Guarisco Medical S.r.l.	Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox	Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. – DA Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B – DA Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox – DA	Certificat CE, Declaratie de conformitate ISO 13485

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



		Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni Securitate la supraîncălzire obligatoriu Securitate la suprapresiune obligatoriu Alarmer acustică vizuală Control Microprocesor Sistem de blocare a uşii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este uşa deschisă obligatoriu Uşa ramâne blocată pana la finisarea procesului de sterilizare obligatoriu Setarea de catre utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu Afişaj alfanumeric Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum obligatoriu Pre şi post vacuum da, selectabil 3 cicluri de prevacuum si uscare vacuumata Sistem de uscare obligatoriu Facilităţi de setare timp eliberare automată a vaporilor Volum interior 21 - 25 L Rafturi da, min. 3 tavi Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Înregistrator date da	Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni – DA Securitate la supraîncălzire obligatoriu – DA Securitate la suprapresiune obligatoriu – DA Alarmer acustică vizuală – DA Control Microprocesor – DA Sistem de blocare a uşii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este uşa deschisă obligatoriu – DA Uşa ramâne blocată pana la finisarea procesului de sterilizare obligatoriu – DA Setarea de catre utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu – DA Afişaj alfanumeric – DA Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă – DA Ciclu de vacuum obligatoriu – DA 3 cicluri de prevacuum si uscare vacuumata – DA Sistem de uscare obligatoriu – DA Facilităţi de setare timp – DA eliberare automată a vaporilor – DA Volum interior 21 - 25 L – DA Rafturi da, min. 3 tavi – DA, pag. 15 Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri – DA, 12 regimuri Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C – DA, pag. 16 Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare – DA	
--	--	--	---	--



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Tip date păstrate/printate data timp temperatura presiune Capacitatea rezervorului de apă min. 3.5 l Alimentare 220V, 50 Hz	Înregistrator date – DA Tip date păstrate/printate data – DA timp – DA temperatura – DA presiune – DA Capacitatea rezervorului de apă min. 3.5 l – DA , pag. 16 Alimentare 220V, 50 Hz – DA	
--	--	--	--	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificatii de pret

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul procedurii de achizitie: 21255249 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1720711430863 din 26.08.2024
Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară 12)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
33100000-1	12	Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B	Buc.	1	60.000,00	72.000,00	60.000,00	72.000,00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	Conform SIA RSAP
TOTAL							60.000,00	72.000,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.