

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1722847345137 din 5 august 2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților Asociației Medicale Teritoriale Rîșcani (repetat)

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ servicii						
Lot4 Corp de iluminat pentru examinare	L511120A	Germania	Provita Medical GMBH &CO.KG	Tehnologie LED, minim 50 000 lx la 0.3m Câmp iluminat 180mm ±10 mm. Redare prezisă a culorii. Culori deschise 3300 K- 5500 K. Puterea de iluminare reglabilă	S1. Superior, lampa pentru examinare cu tehnologia de iluminare cu putere mare tip OSRAM-LED si intensitate luminoasa de aproximativ 80.000 lx la distanta de 1.0 m. S2. Da, diametrul campului luminos D10 este de 17 cm la distanta de 1 m si de 20 cm la distanta de 1.2 m. S3. Da, indicele de redare a culorii tip 94 S4. Da, temperatura culorii este de aproximativ 4500 K S5. Da, intensitatea luminoasa poate fi reglata prin intermediul unui dimmer cu 4 trepte.	ISO, CE AMDM: DM0004 99773

Semnat: _____

Numele, Prenumele:Mihnea Ioan Grecu
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „X-Lab Solutions” SRL
Adresa: mun. Chisinau, str. Negreșteni 9, ap.(of.)11