

**Prețul reviziilor și intervențiilor pentru sistemul de neuronavigare ,
model BrainLab Curve**

Nr. d/o	Data, Luna și anul	Lucrările efectuate	Prețul fără TVA Lei MD	Preț cu TVA Lei MD
1	2	3	4	5
1	Pe parcursul a 30 zile după semnarea si inregistrarea contractului*	Revizie 1	37 600.00	45 120.00
2	Intervențiile de depanare la solicitare**	3	0	0
	Total		37 600.00	45 120.00

*Pretul reviziei nu include piese sau consumabile depistate ca necesar de inlocuit

**Activitățile la solicitare nu sunt taxate în oferta prezentă.

Descrierea Lucrărilor:

	a. Activități la solicitare: <u>sunt incluse</u> ▪ Se intervine în maxim 1 oră prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; ▪ Se intervine în maxim 24 ore lucrătoare, fizic, la locație, la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; ▪ Diagnosticare și reparație defect la solicitarea beneficiarului; ▪ Montare, demontare, punere în funcțiune părți componente și piese de schimb ale echipamentelor, ca urmare a unei constatări; ▪ Reglaje și testări după fiecare intervenție (cu sau fără înlocuire de componente), la necesitate, conform documentației tehnice; b. Activități de mentenanță : ▪ Revizie nr.1 ○ Profilaxia sistemului(lubrifiere,suflare cu jet de aer,etc) ○ Verificarea cablurilor
--	--

	○ Verificarea camerelor si sensorilor ○ Verificarea ups ului; recomandare producator:inlocuire baterii la fiecare 3 ani(Curve system)** ○ Verificare baterie CMOS; recomandare producator: inlocuire la fiecare 3 ani (Curve system) ○ Verificarea functionala : suport monitor si suport camera ○ Verificare fisierelor de erori ○ Verificarea functionala a sistemului de operare ○ Verificare filtrelor (UPS si sursa de alimentare) ○ Analiza fişierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării şi implementarea măsurilor pentru evitarea lor şi/sau înlăturarea cauzelor de eroare. c. Activităţi suplimentare (cuprinse în contractul de service) ▪ <i>Furnizarea şi implementarea, în mod gratuit, a tuturor corecţiilor constând în upgrade-uri de soft, piese de schimb, pachete de siguranţă emise de către producător pentru a asigura întreţinerea şi funcţionarea în condiţii optime şi de siguranţă a dispozitivelor medicale precum şi pentru îmbunătăţirea performanţelor acestora (se vor ataşa documente doveditoare).</i> ▪ Fiecare raport de service va fi semnat de către Autoritatea Contractantă care va păstra un exemplar; ▪ Se vor consemna în raportul de service piesele de schimb necesare rezolvării eventualelor defecţiuni ale sistemului (fie şi constatate în timpul reviziei); ▪ Se va respecta legislaţia în vigoare, în special cea referitoare la protecţia muncii, protecţia mediului iar în cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radioprotecţie (acolo unde este cazul). ▪ Se va păstra confidenţialitatea datelor legate de activitatea Beneficiarului şi ale echipamentelor care fac obiectul prezentei oferte;
--	--

L.Ş

L.Ş.

Botnaru Andrei Director
SC “Neotec” SRL