

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1783519156779/ 21647743 din 23.07.2026						
Obiectul achiziției: Servicii de deservire și reparație a dispozitivelor medicale a.2026 LP						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 9						
9.X-ray mobil, XFM Italray, anul 2020 – 2 dispozitive	XFM	Italia	ITALRAY	Mentenanța completă a dispozitivului conform recomandărilor producătorului, calibrare, testare și reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute. Număr de intervenții nelimitat în cazul apariție unor defecțiuni neplanificate. Semestrial	Da, Mentenanța completă a dispozitivului conform recomandărilor producătorului, calibrare, testare și reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute. Număr de intervenții nelimitat în cazul apariție unor defecțiuni neplanificate. Semestrial	CE, ISO Training certificat
Lotul nr. 16						
16.Autoclav Goldberg 422D, Anul 2024 - 3 dispozitive	Goldberg 422D	Turcia	ERYIGIT Medical Devices	Mentenanța completă a dispozitivului conform recomandărilor producătorului, calibrare, testare și reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute. Număr de intervenții nelimitat în cazul apariție unor defecțiuni neplanificate. Un dispozitiv este defect. Este necesar diagnosticarea defecțiunei și repararea acesteia. Semestrial	Da, Mentenanța completă a dispozitivului conform recomandărilor producătorului, calibrare, testare și reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute. Număr de intervenții nelimitat în cazul apariție unor defecțiuni neplanificate. Un dispozitiv este defect. Este necesar diagnosticarea defecțiunei și repararea acesteia. Semestrial	CE, ISO Certificat Training Sterilizare

Lotul nr. 24						
24.Videocolonoscop SonoScape Medical, Model EC-500T	EC-500T	China	SONOSCAPE MEDICAL CORP	Reparație partea de inserție a colonoscopului la 50 cm este aplatisat prin hiperflexie. Colonoscop ermetic, funcțional 1 repatație	Da, Reparație partea de inserție a colonoscopului la 50 cm este aplatisat prin hiperflexie. Colonoscop ermetic, funcțional 1 repatație	CE, ISO Contract colaborare nr. EXP-02DM din 23.03.2026, Sonoscape Medical Romania SRL
TOTAL						

Semnat:

Numele, Prenumele: Lungu Ion

În calitate de : Administrator

Ofertantul: Health Medical Solutions SRL

Adresa: str. Grenoble 128, of. 011