

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21044374							din 23.10.2021	
Denumirea licitației Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 14, pentru anul 2021 Conform necesitatilor CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE							Lot: conform listei solicitate	Alternativ Pagina 1 din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standard e de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lotul 4						
3310000-1		Congelator pentru plasmă sanguină pentru cabinetul de transfuzie a sângelui, vertical, volum minim 800L	LF 1400 (DAI 0275)	Denmark	ARCTIKO A/S	Congelator pentru plasmă sanguină pentru cabinetul de transfuzie a sângelui, vertical, volum minim 800L Descriere Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru pasmei sanguine Parametrul Specificația Configurație vertical Capacitatea internă a camerei Minim 800 litri Număr de sertare, cu delimitări pentru pungi cu plasmă sanguină Minim 4 buc. Ușa Externă 1 Mecanism blocare cu cheie Roți da Construcție interioară inox medical sau material anti-bacterial prevazut pentru prelucrare cu solutii antiseptice Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Temperatura reglabilă - - 18°C ... 25°C stabilitate - ± 3 °C rezoluție - 1 °C Afișaj temperatură digital ecran grafic / LED Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB da, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarme acustică vizuală ușa deschisă lipsa curentului electric Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii limita minimă a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor da, min. 48 ore Răcire ventilată forțată Alimentare 220 V, 50 Hz Nivelul de zgomot ≤ 60 db	Parametrul Specificația Configurație vertical Capacitatea internă a camerei 1361 litri Număr de sertare,cu delimitări pentru pungi cu plasmă sanguină 4 buc. Ușa Externă 2 Mecanism blocare cu cheie Roți da Construcție interioară material anti-bacterial prevazut pentru prelucrare cu solutii antiseptice Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Temperatura reglabilă - -10°C / -30°C rezoluție - 1 °C Afișaj temperatură digital ecran grafic / LED Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB da, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarme acustică vizuală ușa deschisă lipsa curentului electric Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii limita minimă a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor da, min. 72 ore Răcire ventilată forțată Alimentare 220 V, 50 Hz Nivelul de zgomot ≤ 60 db	CE
		Total lot 4						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23