

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1559820040980				Data: „25” iunie 2019		Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:		Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial IMSP Institutul de Cardiologie				Lot: 1		Pagina: _1_ din _1_
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	1	Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial	MED-SP011	China	AMP Medical Technology	1 buc.: câmp absorbant aprox. 34x50cm cu - minim 500 ml capacitate absorbție. 1 buc.: câmp de masa instrumentar 150x190cm, 75x190cm absorbant. Triplu stratificat. 1 buc.: Câmp angiografie minim 240x370cm, integru, impermeabil 100%. 4 orificii (2 femurale și 2 radiale) cu bord adeziv impregnat pe toata suprafața, ce nu permite contactul direct cu pelea. Margini laterale transparente, min. 70 cm. 2 buc.: husă ecran circulară 140cm din polietilenă, transparentă 1 buc.: husă tub radiologic, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic 2 buc.: Șervețele pentru mâini din celuloză 2 buc.: Halatchirurgical XL 2 pereche: Bol renal –1 buc.: Pinceta-1 buc.: Tăviță 2500 ml din polipropilen, cu "aripioare" pentru evitarea alunecării materialelor depozitate în bol, color, 1 buc.: Seringă angio 12 ml cunrotator - 1 buc.: Manifold 3 căi OFF, cu robineti acoperite cu cauciuc pentru o mai buna ermetizare și manevrare rapidă și ușoară - deschidere-închidere, rezistentă la 35 bar integrată cu: - sistemul de contrast din poliuretan minim 1800 mm, - sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1800 mm, - tub din poliuretan, minim 1800 mm, 1,5x2,7mm. 1 buc.: Bisturiu E11 1 buc.: Ghid angiografic minim 180 cm, J3,0,035" Comprese absorbant 10x10 cm 12 straturi 1 buc.: Seringă 20 ml cu luer lock 1 buc.:Seringă 10 ml cu luer lock 1 buc.:seringa de 5 ml cu luer lock 1 buc.:dispencer.	1 buc.: câmp absorbant aprox. 34x50cm cu - minim 500 ml capacitate absorbție. 1 buc.: câmp de masa instrumentar 150x190cm, 75x190cm absorbant. stratificat dublu. 1 buc.: Câmp angiografie minim 240x370cm, integru, impermeabil 100%. 4 orificii (2 femurale și 2 radiale) cu bord adeziv impregnat pe toata suprafața, ce nu permite contactul direct cu pelea. Margini laterale transparente, min. 70 cm. 2 buc.: husă ecran circulară 140cm din polietilenă, transparentă 1 buc.: husă tub radiologic, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic 2 buc.: Șervețele pentru mâini din celuloză 2 buc.: Halatchirurgical XL 2 pereche: Bol renal –1 buc.: Pinceta-1 buc.: Tăviță 2500 ml din polipropilen, cu "aripioare" pentru evitarea alunecării materialelor depozitate în bol, color, 1 buc.: Seringă angio 12 ml cunrotator - 1 buc.: Manifold 3 căi OFF, cu robineti acoperite cu cauciuc pentru o mai buna ermetizare și manevrare rapidă și ușoară - deschidere-închidere, rezistentă la 35 bar integrată cu: - sistemul de contrast din poliuretan minim 1800 mm, - sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1800 mm, - tub din poliuretan, minim 1800 mm, 1,5x2,7mm. 1 buc.: Bisturiu E11 1 buc.: Ghid angiografic minim 180 cm, J3,0,035" Comprese absorbant 10x10 cm 12 straturi 1 buc.: Seringă 20 ml cu luer lock 1 buc.:Seringă 10 ml cu luer lock 1 buc.:seringa de 5 ml cu luer lock 1 buc.:dispencer.	CE, ISO

Semnat: _____ Numele,
Prenumele
În calitate de: administrator
Jighili Tatiana
Ofertantul: _____ SRL Triumph-Motiv _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301



1