



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
**CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, G.Vieru 22/2,  
Tel. +373 22 22 24 45, e-mail: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md)  
<https://capcs.md>



Nr. Rg02-3080 din 13.09.2024

**SC Imunotehnomed SRL**

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical al Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1722005707333 privind *Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă (lista suplimentară)*, comunică următoarele.

Pentru **Lot 9: Dispozitiv pentru hemodializă**, nu s-au regăsit documente tehnice care demonstrează parametrii solicitați, și anume:

- *Detector de bule de aer da, ultrasonic.*
- *Monitorizarea tensiunii arteriale (BPM / ABPM):*
  1. *Gama de măsurare a tensiunii Sistolică cel puțin 45 – 260 mmHg;*
  2. *MAP cel puțin 26 – 220 mmHg;*
  3. *Diastolică cel puțin 20 – 200 mmHg.*
- *Pompă cu seringă incorporată în dispozitivul de bază:*
  1. *Incrementarea  $\leq 0.1$  ml/h;*
  2. *Acuratețea  $\pm 10\%$ .*
- *Sistemul dializat:*
  1. *Gama de temperatură cel puțin 34 – 39 °C;*
  2. *Măsurarea presiunii transmembranare da.*
- *Presiunea liniei de acces (arterial):*
  1. *Gama de operare -250 până la +300 mmHg;*
  2. *Acuratețea  $\pm 10\%$  /  $\pm 10$  mmHg.*
- *Presiunea liniei de returnare (venos):*
  1. *Gama de operare cel puțin diapazonul 20 până la +350 mmHg;*
  2. *Acuratețea  $\pm 10\%$  /  $\pm 10$  mmHg.*
- *Program de curățare / clătire / dezinfecție:*
  1. *Desinfecție chimică;*
  2. *Clătire / dezinfecție fierbinte;*
  3. *Dezinfecție și/sau clătire cu acid (decalcificare).*
- *Alarmer vizuale și/sau sonore:*
  1. *Nivel mic;*
  2. *Nivel moderat;*
  3. *Nivel critic.*
- *Condiții de alimentare cu apă purificată:*
  1. *Temperatură minim de la 17 la 30°C;*
  2. *Presiune minim de la 1.5 la 6 Bar.*
- *Sistem de alimentare cu energie electrică:*
  1. *Cablu de alimentare (Schuko -> C13) 220V, 50 Hz;*
  2. *Baterie / acumulator încorporat.*

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea manualului tehnic pentru produsele oferite, precum și a altor documente confirmative (manualul, broșura, data sheet, ilustrații, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcate fiecărui parametru tehnic în parte).

Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar **nu mai târziu de data 19.09.2024**.

Totodată vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Contăm pe operativitatea Dvs.

**Cu respect,**

**Președintele grupului de lucru**

**Gheorghe GORCEAG**