

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție Nr. ocds-b3wdp1-MD-1649660794462 , din 11.04.2022 conform https://e-licitatie.md/achizitii						
Obiectul achiziției: <u>Servicii de metrologie, verificare periodică și controlul calității radiologice</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Servicii de verificare periodică						
Monitor pacient					Beneficiarul se obligă să prezinte la verificarea metrologică/periodică mijloacele de măsurare/dispozitivele medicale, în stare integră și să pună la dispoziția verficatorului documentația tehnică a mijloacelor de măsurare/dispozitivelor medicale (după necesitate).	Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016.
Ventilator pulmonar						
Dispozitiv de resuscitare prin defibrilare externă						
Pompă de infuzie și pompă cu seringă						
Pulsoximetru						
Dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale neinvazive						
Sterilizator cu aer uscat și sterilizator cu						

aburi (autoclave)					Beneficiarul se obligă sa prezinte la verificarea metrologică/periodică mijloacele de măsurare/dispozitivele medicale, în stare integră și să pună la dispoziția verficatorului documentația tehnică a mijloacelor de măsurare/dispozitivelor medicale (după necesitate).	Toate lucrările vor fi îndeplinite conform: HG nr.966 din 14.11.2017; Legea metrologiei nr.19 din 04.03.2016.
Dispozitiv de fizioterapie						
Centrifugă de laborator						
Electrocardiograf						
Aparat de măsurare a etalonului din aerul expirat (etilometru)						
Analizator medical						
Lot 2						
Servicii de verificare metrologică						
Balanță de laborator cu brațe egale, cat. 4						
Aparat de cântărit cu funcționare neautomată						
Greutăți, clasa M1, până la 500 gr.						
Higrometru psihometric						
Termometru electronic						
Termometru pentru frigider						
Cronometru						

Semnat:_____

Nume, Prenume: **APOSTOL Xenia**

În calitate de: **Director interimar**

Ofertantul: **Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Eugen Coca, nr. 28**