

**SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)**

**IMSP SR Hîncești**

| Numărul achiziției comerciale: 21019692, ocds-b3wdp1-MD-1581663105999                                                                |            |                                                                                                   |                      |                 |                | Data: 06.03.2020                                                          | Alternativa nr.                                                                                                                                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Denumirea obiectului achiziției: Achiziționarea reactivelor pentru analize medicale de laborator și consumabile pe parcursul an.     |            |                                                                                                   |                      |                 |                | Lot:                                                                      | pag. 1 din 3                                                                                                                                                                           |                        |
| № d/o                                                                                                                                | Cod CPV    | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor                                                          | Modelul articolului  | Țara de origine | Producătorul   | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                 | Standarde de referință |
| -                                                                                                                                    | 1          | 2                                                                                                 | 3                    | 4               | 5              | 6                                                                         | 7                                                                                                                                                                                      | 8                      |
| Lot 1. Reagenți, calibratori și material de control pentru aparatul Analizatorului Pro M Selectra, Elliteh clinical Sistems, Olanda. |            |                                                                                                   |                      |                 |                |                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                        |
| 1.1                                                                                                                                  | 33696500-0 | ASAT (GOT) Flacoane cu volumul de la 50 până la 125ml, în set                                     | AST-UV-DAC. Lq       | Moldova         | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anunțul de participare | ASAT (GOT), fl. cu vol. de la 50 până la 125ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.                                | ISO, CE.               |
| 1.2                                                                                                                                  | 33696500-0 | ALAT (GPT) Flacoane cu volumul de la 50 până la 125ml, în set                                     | ALT-UV-DAC. Lq       | Moldova         | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anunțul de participare | ALAT (GOT), fl. cu vol. de la 50 până la 125ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.                                | ISO, CE.               |
| 1.3                                                                                                                                  | 33696500-0 | Albumina cu standard (Albumin) Flacoane cu volumul de la 50 până la 125ml, în set                 | Albu-DAC. Lq         | Moldova         | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anunțul de participare | Albumina cu standard (Albumin), fl. cu vol. de la 50 până la 125ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.            | ISO, CE.               |
| 1.4                                                                                                                                  | 33696500-0 | Fosfataza alcalină (Alkaline-Posphatase) Flacoane cu volumul de la 50 până la 125ml, în set       | ALP-DEA-DAC.         | Moldova         | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anunțul de participare | Fosfataza alcalină (Alkaline-Posphatase), fl. cu vol. de la 50 până la 125ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.  | ISO, CE.               |
| 1.5                                                                                                                                  | 33696500-0 | Alfa-Amilaza (alf-Amylase) Flacoane cu volumul de la 25 până la 50 ml., în set                    | Amylo D-DAC. Lq      | Moldova         | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anunțul de participare | Alfa-Amilaza (alf-Amylase), fl. cu vol. de la 25 până la 50ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.                 | ISO, CE.               |
| 1.6                                                                                                                                  | 33696500-0 | Gamma-GT (Gamma-GT) Flacoane cu volumul De la 25 ml până la 62.5 ml., în set                      | GGT-DAC. Lq          | Moldova         | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anunțul de participare | Gamma-GT (Gamma-GT), fl. cu vol. de la 25 până la 62.5ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.                      | ISO, CE.               |
| 1.7                                                                                                                                  | 33696500-0 | Lipaza (Lipase) Flacoane cu volumul De la 5 ml până la 10 ml., în set                             | Lipase-DAC. Lq       | Moldova         | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anunțul de participare | Lipaza (Lipase), fl. cu vol. de la 5 până la 15ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.                             | ISO, CE.               |
| 1.8                                                                                                                                  | 33696500-0 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) Flacoane cu volumul De la 100 ml până la 125 ml., în set      | Bili-T DAC. Lq       | Moldova         | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anunțul de participare | Bilirubina totală (Total Bilirubin), fl. cu vol. de la 100 până la 125ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.      | ISO, CE.               |
| 1.9                                                                                                                                  | 33696500-0 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) Flacoane cu volumul De la 100 ml până la 125 ml., în set    | Bili-D DAC. Lq       | Moldova         | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anunțul de participare | Bilirubina directă (Direct Bilirubin), fl. cu vol. de la 100 până la 125ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.    | ISO, CE.               |
| 1.10                                                                                                                                 | 33696500-0 | Creatinina+standart (Creatinine Jaffe) Flacoane cu volumul De la 100ml până la 125ml, în set      | Crea Kinetic-DAC. Lq | Moldova         | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anunțul de participare | Creatinina+standard (Creatinine Jaffe), fl. cu vol. de la 100 până la 125ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.   | ISO, CE.               |
| 1.11                                                                                                                                 | 33696500-0 | Cholesterol total+standart (Cholesterol) Flacoane cu volumul De la 100 ml până la 250 ml., în set | Chol-DAC. Lq         | Moldova         | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anunțul de participare | Cholesterol total+standard (Cholesterol), fl. cu vol. de la 100 până la 250ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M. | ISO, CE.               |
| 1.12                                                                                                                                 | 33696500-0 | Calciu +st, (Calcium Arsenazo) Flacoane cu volumul De la 100 ml până la 125 ml., în set           | Calcium Ars-DAC. Lq  | Moldova         | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anunțul de participare | Calciu +st, (Calcium Arsenazo), fl. cu vol. de la 100 până la 125ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.           | ISO, CE.               |
| 1.13                                                                                                                                 | 33696500-0 | LDH+standart (LDH) Flacoane cu volumul De la 25 ml până la 62,5 ml., în set                       | LDH - DAC. Lq        | Moldova         | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anunțul de participare | LDH+standart (LDH), fl. cu vol. de la 25 până la 62.5ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.                       | ISO, CE.               |
| 1.14                                                                                                                                 | 33696500-0 | Fier (Iron) +standart Flacoane cu volumul De la 25 ml până la 125 ml., în set                     | Iron Ferr-DAC. Lq    | Moldova         | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anunțul de participare | Fier (Iron) + standard, fl. cu vol. de la 25 până la 125ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.                    | ISO, CE.               |
| 1.15                                                                                                                                 | 33696500-0 | Glucoza + standart (Glucose) HK Flacoane cu volumul de la 100 ml până la 250 ml., în set          | Gluco HK-DAC         | Moldova         | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anunțul de participare | Glucoza + standard (Glucose) HK, fl. cu vol. de la 100 până la 250ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.          | ISO, CE.               |

|      |            |                                                                                                     |                             |         |                |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |          |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.16 | 33696500-0 | Magneziu -(Magnesium) +standart Flacoane cu volumul de la 50 ml până la 125 ml., în set             | Magne-DAC Lq                | Moldova | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anuñul de participare | <b>Magneziu (Magnesium)+standard</b> , fl. cu vol. de la 50 pñă la 125ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.                                  | ISO, CE. |
| 1.17 | 33696500-0 | Proteina Totală+std. (Total Protein) Flacoane cu volumul de la 50 ml pñă la 125 ml., în set         | Prote-DAC. Lq               | Moldova | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anuñul de participare | <b>Proteina Totală + std. (Total Protein)</b> , fl. cu vol. de la 50 pñă la 125ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.                         | ISO, CE. |
| 1.18 | 33696500-0 | Trigliceride+st. (Triglycerides) Flacoane cu volumul De la 25 ml pñă la 50 ml., în set              | TG-DAC. Lq                  | Moldova | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anuñul de participare | <b>Trigliceride + st. (Triglycerides)</b> , fl. cu vol. de la 25 pñă la 50ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.                              | ISO, CE. |
| 1.19 | 33696500-0 | Uree color+std (Urea) Flacoane cu volumul de la 50ml pñă la 125 ml., în set                         | Ure-DAC. Lq                 | Moldova | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anuñul de participare | <b>Uree color+std (Urea)</b> , fl. cu vol. de la 50 pñă la 125ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.                                          | ISO, CE. |
| 1.20 | 33696500-0 | Uree UV +std (Urea) Flacoane cu volumul de la 50ml pñă la 125 ml., în set                           | Ure UV - DAC. Lq            | Moldova | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anuñul de participare | <b>Uree UV +std (Urea)</b> , fl. cu vol. de la 50 pñă la 125ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.                                            | ISO, CE. |
| 1.21 | 33696500-0 | Acidul Uric +standart (Uric Acid) Flacoane cu volumul de la 25 ml pñă la 50 ml., în set             | Uric Acid-DAC. Lq           | Moldova | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anuñul de participare | <b>Acidul Uric + standard (Uric Acid)</b> , fl. cu vol. de la 25 pñă la 50ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.                              | ISO, CE. |
| 1.22 | 33696500-0 | LDL-Colesterol (LDLCholesterol) +standart Flacoane cu volumul De la 25 ml pñă la 80 ml., în set     | Chol LDL-Direct. Lq         | Moldova | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anuñul de participare | <b>LDL-Colesterol (LDL Cholesterol)+standard</b> , fl. cu vol. de la 25 pñă la 80ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.                       | ISO, CE. |
| 1.23 | 33696500-0 | HDL-Colesterol (HDL Cholesterol) +standart Flacoane cu volumul De la 25 ml pñă la 80 ml., în set    | Chol HDL-Direct. Lq         | Moldova | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anuñul de participare | <b>HDL-Colesterol (HDL Cholesterol) +standard</b> , fl. cu vol. de la 25 pñă la 80ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.                      | ISO, CE. |
| 1.24 | 33696500-0 | Creatinchinaza totală (Creatinkinas-totale) Flacoane cu volumul de la 30 pñă la 62.5 ml., în set    | CK-DAC                      | Moldova | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anuñul de participare | <b>Creatinchinaza totală (Creatinkinas-totale)</b> , fl. cu vol. de la 30 pñă la 62.5ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.                   | ISO, CE. |
| 1.25 | 33696500-0 | Creatinchinaza MB Flacoane cu volumul de la 30 pñă la 62.5 ml., în set                              | CK-MB-DAC                   | Moldova | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anuñul de participare | <b>Creatinchinaza MB</b> , fl. cu vol. de la 30 pñă la 62.5ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.                                             | ISO, CE. |
| 1.26 | 33696500-0 | Glucoza + standart (Glucose) PAP Flacoane cu volumul de la 100 ml pñă la 250 ml., în set            | Gluco-DAC. Lq               | Moldova | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anuñul de participare | <b>Glucoza + standard (Glucose) PAP</b> , fl. cu vol. de la 100 pñă la 250ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.                              | ISO, CE. |
| 1.27 | 33696500-0 | Cloride + standart Flacoane cu volumul de la 50ml pñă la 125 ml., în set                            | Chlor - DAC. Lq             | Moldova | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anuñul de participare | <b>Cloride + standard</b> , fl. cu vol. de la 50 pñă la 125ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.                                             | ISO, CE. |
| 1.28 | 33696500-0 | Control biochimic, ser Normal Flacoane cu volumul de la 1.0ml pñă la 5 ml., în set                  | Sera hN-DAC.                | Moldova | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anuñul de participare | <b>Control biochimic, ser Normal în baza serului uman</b> , fl. cu vol. de la 1 pñă la 5ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.                | ISO, CE. |
| 1.29 | 33696500-0 | Control biochimic, ser Patologic Flacoane cu volumul de la 1.0ml pñă la 5 ml., în set               | Sera hP-DAC.                | Moldova | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anuñul de participare | <b>Control biochimic, ser Patologic în baza serului uman</b> , fl. cu vol. de la 1 pñă la 5ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.             | ISO, CE. |
| 1.30 | 33696500-0 | Calibrator universal pentru teste biochimice Flacoane cu volumul de la 1.0 ml pñă la 3 ml., în set  | Multi H St - DAC            | Moldova | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anuñul de participare | <b>Calibrator universal pentru teste biochimice în baza serului uman</b> , fl. cu vol. de la 1 pñă la 3ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M. | ISO, CE. |
| 1.31 | 33696500-0 | Hemoglobina glucozilată Hb AI Flacoane cu volumul de la 1ml pina la 32ml, în set                    | HbA1C-Turbi-DAC             | Moldova | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anuñul de participare | <b>Hemoglobina glucozilată Hb AI</b> , fl. cu vol. de la 1 pñă la 32ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.                                    | ISO, CE. |
| 1.32 | 33696500-0 | Control Hemoglobina glicozilata HbA1c FI. cu volum de la 0,5 pñă la 2,0 ml , în set                 | HbA1C Control               | Moldova | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anuñul de participare | <b>Control Hemoglobina glicozilata HbA1c</b> , fl. cu vol. de la 0.5 pñă la 2ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.                           | ISO, CE. |
| 1.33 | 33696500-0 | Calibratori 4 nivele hemoglobinei glicozilate (HbA1c) FI. cu volum de la 0,5 pñă la 2,0 ml , în set | HbA1C Calibrator (4 levels) | Moldova | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anuñul de participare | <b>Calibratori 4 nivele hemoglobinei glicozilate (HbA1c)</b> , fl. cu vol. de la 0.5 pñă la 2ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.           | ISO, CE. |
| 1.34 | 33696500-0 | Set pentru determinarea alcool etanol Set (10ml x10) , în set                                       | Alcohol-DAC                 | Moldova | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anuñul de participare | <b>Set pentru determinarea alcoolului (Etanol), set (10fl x 15ml) cu standard și control N+P incluse în set</b> . Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.  | ISO, CE. |
| 1.35 | 33696500-0 | Phosphor Flacoane cu volumul de la 100 ml pñă la 125ml , în set                                     | Phosph-DAC. Lq              | Moldova | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate in anuñul de participare | <b>Phosphor</b> , fl. cu vol. de la 100 pñă la 125ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.                                                      | ISO, CE. |

|      |            |                                                                                                    |                 |         |                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.36 | 33696500-0 | Calibratori 5 nivele proteinelor IP (Ig A, Ig G, Ig M) Fl. Cu olum de la 0,5 până la 2,0ml, în set | Protein-St-DAC  | Moldova | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate în anunțul de participare | <b>Calibratori 5-6 nivele proteinelor IP pentru 12 parametri (Ig A, Ig G, Ig M)</b> , fl. cu vol. de la 0.5 până la 2ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M. | ISO, CE. |
| 1.37 | 33696500-0 | IgG Flacoane cu volumul de la 1ml până la 60ml, în set                                             | IgG Turbi - DAC | Moldova | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate în anunțul de participare | <b>IgG</b> , fl. cu vol. de la 1 până la 60ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.                                                                           | ISO, CE. |
| 1.38 | 33696500-0 | Ig M Flacoane cu volumul de la 1ml până la 60ml, în set                                            | IgM Turbi - DAC | Moldova | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate în anunțul de participare | <b>IgM</b> , fl. cu vol. de la 1 până la 60ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.                                                                           | ISO, CE. |
| 1.39 | 33696500-0 | Ig A Flacoane cu volumul de la 1ml până la 60ml, în set                                            | IgA Turbi - DAC | Moldova | Dac-SpectroMed | Conform Specificării tehnice depline solicitate în anunțul de participare | <b>IgA</b> , fl. cu vol. de la 1 până la 60ml, în set. Conform specificației tehnice depline solicitate, pentru analizatorul biochimic Selectra Pro-M.                                                                           | ISO, CE. |

Semnat:\_\_\_\_\_

Numele, prenumele: **Virsi Roman**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

**Data: 06.03.2020**

**Valabilitatea ofertei - 30 zile.**