

Destinatar:  
Tel./Fax:  
Nr. și data procedurii:

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE  
Sergiu Balta Telefonul de contact + 373 022 222 364E-mail sergiu.balta@capcs.md  
ocds-b3wdp1-MD-1726840471162 din 27.10.2024

### Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV    | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului       | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant  | Standarde de referință |
|---------|------------|--|---------------------------|-----------------|--------------|--|---|------------------------|
| 0       | 1          | 2  | 3                         | 4               | 5            | 6  | 7   | 8                      |
| 16      | 33100000-1 | Cuptor de calcinare                      | SNOL<br>8.2/1100<br>LSM01 | Lituania        | SNOL         | <p>Specificații tehnice:<br/>Volum: 8...9 litri.<br/>Destinație Pentru laborator pentru tratamentul termic al materialelor<br/>Repartizare încălzire în 4 direcții.<br/>Controler de temperatură: PID cu microprocesor<br/>Parametri memorabili: Temperatura și timp de menținere<br/>Interval ajustabil de temperatură: +10...1100°C<br/>Oprire automată la expirarea timpului.<br/>Afișaj: Indică temperatura de lucru setată și cea reală din incintă, precum și timpul rămas.<br/>Alarmare optică pentru starea de funcționare sau erorile apărute<br/>Mecanism de pornire/oprire la închiderea/deschiderea ușii<br/>Ușă cu închidere ermetică<br/>Consum redus de energie<br/>Nivel înalt de precizie<br/>Ușă cu deschidere într-o parte<br/>Putere: 1800...2000W<br/>Sursă de alimentare curent: 220±10% V, 50 Hz;</p> | <p>Specificații tehnice:<br/>Volum: 8,2 litri.<br/>Destinație Pentru laborator pentru tratamentul termic al materialelor<br/>Repartizare încălzire în 4 direcții.<br/>Controler de temperatură: PID cu microprocesor<br/>Parametri memorabili: Temperatura și timp de menținere<br/>Interval ajustabil de temperatură: RT +10...1100°C<br/>Oprire automată la expirarea timpului.<br/>Afișaj: Indică temperatura de lucru setată și cea reală din incintă, precum și timpul rămas.<br/>Alarmare optică pentru starea de funcționare sau erorile apărute<br/>Mecanism de pornire/oprire la închiderea/deschiderea ușii<br/>Ușă cu închidere ermetică<br/>Consum redus de energie<br/>Nivel înalt de precizie<br/>Ușă cu deschidere într-o parte<br/>Putere: 1800W<br/>Sursă de alimentare curent: 220±10% V, 50/60 Hz;</p> | ISO, CE Marca          |

### Anexa nr. 23 - Specificații de preț

| Nr. d/o  | Cod CPV    | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Unit de măsură (U/M) | Cantitatea, U/M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA    | Suma cu TVA      | Termenul de livrare/prestare  |
|--|------------|--|----------------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------|---|
| 0  | 1          | 2  | 3                    | 4               | 5                      | 6                    | 7                | 8                | 9   |
| 16   | 33100000-1 | Cuptor de calcinare                      | Bucată               | 1               | 54.140,0000            | 64.968,0000          | 54.140,00        | 64.968,00        | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS |
| <b>Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)</b> |            |  |                      |                 |                        |                      | <b>54.140,00</b> | <b>64.968,00</b> |   |

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 160 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,  
Cu respect,  
directorul SRL "ECOCIMIE"  
Nicolae Iurcu