

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1621928913766				Data: „26” iunie 2021		Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:			Achiziția dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 5)				Lot: _____		Pagina: __din __	
Cod CPV	####	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1				3	4,00	5	6	7	8	
33100 000-1	5	Microscop Oftalmologic	Microscop Oftalmologic	LuxOR REVALIA LX3 LED QVUE	SUA	Alcon	Caracteristici tehnice: 1. Optica apocromatică Da 2. Factor Magnificare = 0.4 x – 2.4 x 3. Capacitatea de a controla focalizarea microscopului de la corpul central de control, de la pedală, de la sistemul informațional, de la mânăre da 4. - Interval de focalizare, nu mai puțin, mm. 70 -DA - Distanța de lucru a obiectivului frontal, nu mai mică, mm 200 - da - Gama de rotație a tubului chirurgului, nu mai puțin, grade 180 da - Multiplicitatea ocularelor chirurgului, nu mai puțin 10 da - Reglare dioptrii oculare, valoare minimă, dioptrii, nu mai mult -8 da - Reglarea dioptrii a ocularelor, valoare maximă, dioptrii, nu mai puțin 5 da - Mărire cu microscop motorizat da - Mărirea maximă a microscopului nu este mai mică de 21 ori Da 5. Mărire, sistem motorizat ZOOM 1:6 cu optica apocromatică Factor de magnificare □=0,4 - 2,4; Vedere profundă. Adâncimea sistemului de management al focalizării Da Da 6. Mărire totala cu oculare 12,5x – în diapazon Nu mai puțin de 4,3x - 25,5x 7. Focusare lină, electromotoare, în limitele, mm Nu mai puțin de 70 8. Cuplare XY, gama mișcare, mm Nu mai puțin de 61x61 9. Sistemul de gestionare prin profunzimea imaginii Mutarea focalizării din partea frontală în cea posterioară a secțiunii – prin apăsarea butonului Da 10. Sursă de lumină LED, - iluminare cu fibră optică SCI: - Sursă de iluminare coaxială led cu câmp complet, Filtru de blocare albastru 25% Filtru gri-da - Iluminare stereo-coaxială (SCI), fibră optică, sursa LED- da - Alarma sunet în caz de probleme -da - Capacitatea de a regla iluminarea de la comanda centrală a dispozitivului, de la pedală, de la sistemul informațional, de la mânerule microscopului - Sistem de control al adâncimii focalizării motorizate da - Disponibilitate Schimbarea adâncimii de focalizare folosind butoanele de pe mânăre da	Anexa	CE, ISO	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____