

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE  
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTĂȚE

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,  
tel./fax 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

Nr. Rg. 02-4368 din "15" 12 2021

**OE participanți la procedura de achiziție  
IMSP beneficiari**

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmarea a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1622187105697 privind *Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021*, Vă comunică decizia din 07.12.2021 cu privire la evaluarea ofertelor, emisă în conformitate cu prevederile pct. 6.1 din FDA (fișa de date a achiziției), după cum urmează:

	Denumire Lot	Cantitatea (buc)	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul-cătorul	prețul pe unitate fără tva	suma fără tva	suma cu tva	operatorul economic
1	Masina de anestezie (caracteristici de baza)	2	WATO EX-35 + uMEC10	China	Mindray	335000,00	670000,00	804,000.00	Dutchmed M SRL
2	Masina de anestezie (caracteristici medii)	1	WATO EX-65 + ePM12	China	Mindray	470000,00	470000,00	564,000.00	Dutchmed M SRL
3	Masina de anestezie (caracteristici avansate)	3	WATO EX-65 + BeneVision N15	China	Mindray	520000,00	1560000,00	1,872,000.00	Dutchmed M SRL
4	Unitate respiratorie cu presiune pozitiva continua	1	NB350	China	Mindray	190000,00	190000,00	228,000.00	Dutchmed M SRL

5	Ventilator pulmonar neonatal, pediatric (caracteristici avansate)	1	eVolution 3e	SUA	eVent	270285,00	270285,00	324.342,00	Data Control SRL
6	Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de baza)	1	V3	China	COMEN	193500	193500	232200	Medpunkt SRL
7	Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici avansate)	2	MV300	Rusia	Treaton Electronic	305834,00	611668,00	734.001,60	Romedcom SRL
8	Ventilator transport Adult (caracteristici de baza)	3	ShangriLa510S	China	AEONMED	86544	259632	311558,4	Deriauto SRL
9	Balon resuscitare AMBU neonatal	4	GT012-300A	China	Ningbo Greemed	600	2400	2880	Natusana SRL
11	Balon resuscitare AMBU adulti	8	GT012-300A	China	Ningbo Greemed	600	4800	5760	Natusana SRL
13	Laringoscop adult cu fibra optica, LED	3	03.41020.721+03.42013.621 +03.42013.631+03.42013.64 1+03.42013.651+03.90003.001	Germania	Kirchner&Wihelm	6.80,00	20640,00	24.768,00	GBG MLD SRL
14	Laringoscop adult pentru intubatii dificile	3	03.41140.521+03.42053.621 +03.42053.631+03.42053.64 1+27133	Germania	Kirchner&Wihelm	14260,00	42780,00	51.336,00	GBG MLD SRL
15	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici de baza)	3	Penta 30NSO	Italia	RIMSA/	85.75,00	256725,00	308.070,00	Medica Sens SRL
16	Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)	5	Penta30ESO	Italia	RIMSA/	85.75,00	427.875,00	513.450,00	Medica Sens SRL
17	Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)	1	Penta 30E + 30E	Italia	RIMSA/	148.195,00	148.195,00	177.834,00	Medica Sens SRL
18	Aspirator uterin	1	28191 + 29859 + 29860 + 29861 + 28239 "SUPER VEGA ON TROLLEY" SUCTION ASPIRATOR + KARMAN CURETTES N.5 (box of 20) + KARMAN	Italia	Gima	10933,00	10933,00	13119,59	Biosistem MLD SRL



			CURETTES N.6 (box of 20) + KARMAN CURETTES N.7 (box of 20) + SPARE FILTER for Clinic, SuperVega trolley - connector 11 mm						
19	Aspirator toracal	5	F-40.00	Italia	Fazzini	3990,00	19950,00	23940,00	GBG MLD SRL
20	Aspirator urgente	3	SuperVega Battery/28190	Italia	Gima S.p.A	9150,00	27450,00	32940,00	GBG MLD SRL
21	Aspirator chirurgical portabil	1	ASKIR 36BR 2LT	Italia	CA-MI	12 250,00	12 250,00	14 700,00	Romedcom SRL
22	Aspirator chirurgical (performanta medie)	8	New Hospivac350	Italia	Ca-mi/	11900	95200	114240	ICS Eyecon Medical SRL
23	Aspirator chirurgical (performanta avansata)	22	SA01HT	Turcia	Elmaslar	12560,00	276320,00	331584,00	Dutchmed M SRL
24	Defibrilator extern, semiautomat	1	SVP-B0007 conf-rech Semi-Automatic AED with ECG Monitoring Manual Override (Synchronized Cardioversion)	Italia	AMI	43740,00	43740,00	52488,00	Biosistem MLD SRL
25	Defibrilator extern, automat	3	BeneHeart C1A	China	Mindray	32000,00	96000,00	115,200.00	Dutchmed M SRL
26	Defibrilator extern, manual (caracteristici de baza)	1	BeneHeart D3	China	Mindray	67000,00	67000,00	80,400.00	Dutchmed M SRL
27	Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externa (caracteristici avansate)	5	BeneHeart D4	China	Mindray	105500,00	527500,00	633,000.00	Dutchmed M SRL
28	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de baza)	15	SYS-70	China	Medcaptain Medical Technology Co Ltd	8584	128760	154512	Aelo Grup SRL
29	Pompa de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate)	2	SYS-70	China	Medcaptain Medical	9250	18500	22200	Aelo Grup SRL

					Technology Co Ltd				
30	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă (caracteristici de baza)	6	EN-S7 Smart Syringe Pump	China	Shenzhen Enmind Technology Co, Ltd	9900	59400	71280	Tehoptimed SA
31	Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă (caracteristici avansate)	95	Unifusion SP50Pro	China	Medrena	8251,2	783864	940636,8	Berhord Farmed SRL
33	Burghiu traumatologic ortopedic (caracteristici avansate)	5	NIM-100	China	Wuhu Ruijin Medical Instrument & Device Co., Ltd	94590.0000	472950.0000	567540.0000	LABROMED LABORATOR SRL
34	Masa pentru operatii cu 5 sectii (caracteristici de baza)	7	OM-6N	Turcia	Uzumcu	165000,00	1155000,00	1155000,00	ICS Eyecon Medical SRL
35	Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici de baza)	1	STR 2000F	Turcia	ERYGIT Endustiyel	181084,00	181084,00	217300,80	Romedcom SRL
36	Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici avansate)	1	ETTUDA	Polonia	Alvo,	290.000,00	290.000,00	348.000,00	Penta Trading SRL
37	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Pediatric)	1	iM8	China	Edan Instruments, Inc.	16417,00	16417,00	19700,40	Romedcom SRL
38	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)	4	iM8	China	Edan Instruments, Inc.	16417,00	65668,00	78801,60	Romedcom SRL
39	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult, Pediatric)	10	iM8	China	Edan Instruments, Inc.	16417,000	164170,00	197004,00	Romedcom SRL
40	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii neonatal)	1	ePM15	China	Mindray	83750,00	83750,00	100500,00	Dutchmed M SRL
41	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Pediatric)	2	ePM15	China	Mindray	87600,00	175200,00	210240,00	Dutchmed M SRL
42	Monitor pentru monitorizarea functiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult, Pediatric)	3	ePM15	China	Mindray	97400,00	292200,00	350640,00	Dutchmed M SRL



43	Pulsoximetru Nou-nascut, stationar	2	BT-700	Coreea	Bistos	7585,00	15170,00	18,204,00	Data Control SRL
45	Pulsoximetru portabil, Nou-nascut	2	SP20	China	Cereative	3672	7344	8812,8	Berhord Farmed SRL
46	Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric	13	SP20	China	Cereative	4104	53352	64022,4	Berhord Farmed SRL
47	Pulsoximetru de buzunar	121	F02T	China	Jiangsu Kongsung Bio-medical Science and Technology Co.,Ltd	275	33 275,00	39 930,00	Romedom SRL
48	Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate)	10	Excell 400 MCDSe	Italia	Alsa	90000,00	900000,00	1080000,00	Data Control SRL

**Lotul 1 Masina de anestezie (caracteristici de baza), oferta operatorului economic Ancotec-System, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:**

1. S-a solicitat Ventilator automat / tip pacient Adult, Pediatric, Neonatal s-a oferit fara sustinerea de pacient neonatal
2. S-a solicitat Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale cu Modulele hemodinamice incluse s-a oferit fara.

**Lotul 2 Masina de anestezie (caracteristici medii) oferta operatorului economic Ancotec-System, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:**

1. S-a solicitat Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale cu Modulele hemodinamice incluse s-a oferit fără;

**Oferta operatorului economic Berhord Farmed SRL, al doilea loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:**

1. S-a solicitat Ventilator automat / frecvența respirației/minut 5 - 100 s-a oferit 4 - 80;
2. S-a solicitat Ventilator automat / PEEP, cmH2O ≥ 0-30 s-a oferit 0-20
3. S-a solicitat Baterie internă autonomie de lucru ≥2h s-a oferit 90 min.

**Lotul 3 Masina de anestezie (caracteristici avansate) oferta operatorului economic Berhord Farmed SRL pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:**

Nu corespunde cerințelor tehnice

1. S-a solicitat Ventilator automat / frecvența respirației/minut 5 - 100 s-a oferit 4 - 80;
2. S-a solicitat Ventilator automat / raportul I:E minim 4:1 la 1:8 s-a oferit 3:1 la 1:9,9;
3. S-a solicitat Ventilator automat / PEEP, cmH2O ≥ 0-30 s-a oferit 0-20
4. S-a solicitat Baterie internă autonomie de lucru ≥2h s-a oferit 90 min.

**Oferta operatorului economic Medpunkt SRL, al doilea loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:**



1. S-a solicitat Ventilator automat / tip pacient Adult, Pediatric, Neonatal s-a oferit fara sustinerea de pacient neonatal
  2. S-a solicitat Sertar pentru depozitare  $\geq 3$  buc s-a oferit 2 setare
- Lotul 4 Unitate respiratorie cu presiune pozitiva continua** oferta operatorului economic **Deniauto SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
- S-a solicitat Umidificator pentru uz pediatric, neonatal nu s-a fara. In formularul F4.1 nu este indicat ca va fi inclus umidificatorul, nu este indicat modelul. La dosar de asemenea lipsesc careva borsuri, manuale sau alte materiale confirmative care ar dovedi oferirea umidificatorului conform cerintelor tehnice.
- Lotul 5 Ventilator pulmonar neonatal, pediatric (caracteristici avansate)** oferta operatorului economic **Berthord Farmed SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
1. S-a solicitat Gama de control/setări / Nivelul de presiune 0-100 cm H2O s-a oferit 0-80 cm H2O
  2. S-a solicitat Gama de control/setări / Frecvența respiratorie, rpm 1-150 s-a oferit 1-80
- Lotul 6 Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici de baza)** oferta operatorului economic **Berthord Farmed SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
1. S-a solicitat Gama de control/setări / Flux inspir - 6-180 L/min s-a oferit 0-150 L/min
  2. S-a solicitat Rata respiratorie 0-100 rpm s-a oferit 0-80 rpm
- Lotul 7 Ventilator pulmonar Adult, pediatric (caracteristici avansate)** oferta operatorului economic **Berthord Farmed SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
1. S-a solicitat Volum total 20-2,500 ml s-a oferit 20-2,000 ml
  2. S-a solicitat Presiune inspir 0-100 cm H2O s-a oferit 0-80 cm H2O
  3. S-a solicitat PEEP/CPAP 0-50 cm H2O s-a oferit 0-45 cm H2O
- Oferta operatorului economic **Data Control SRL**, al doilea loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:
- S-a solicitat Display / Mărimea  $\geq 15$  inch s-a oferit  $\geq 12.1$  inch
- Lotul 10 Balon resuscitare AMBU copii** ofertele operatorilor economici **Natusana SRL, Vivamed International SRL, Dutchmed M SRL** se resping în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
- Lotul 12 Laringoscop adult standard** ofertele operatorilor economici **Sogno SRL, GBG MLD SRL**,
- Data Control SRL, Vivamed International SRL se resping în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.
- Lotul 13 Laringoscop adult cu fibra optica, LED** oferta operatorului economic **Sogno SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art.17 alin (5) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate clarificările solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite.
- Lotul 14 Laringoscop adult pentru intubatii dificile** oferta operatorului economic **Sogno SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate clarificările solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite.
- Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL**, al doilea loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Lamele laringoscop / Lamele tip Flaplight - mărimea 2 s-a oferit fără.



**Lotul 15 Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici de baza)** oferta operatorului economic **Vivamed International SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu au fost prezentate clarificările solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite.

Oferta operatorului economic **Triumpf-Motiv SRL**, al doilea loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 19 alin (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Oferta operatorului economic **Medpunkt SRL**, pe locul trei după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

S-a solicitat certificatul CE si ISO 13485 s-a oferit un certificat de la un alt producator „Mermaid”. Conform formularului F4.1 s-a oferit produsul de la producatorul „Medeco”.

Oferta operatorului economic **ICS Eyecon Medical SRL**, pe locul patru după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

S-a solicitat Dimensiunea câmpului, cm / Diametrul 20 - 28 cm s-a oferit 24-33 cm.

**Lotul 16 Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate)** Oferta operatorului economic **Triumpf-Motiv SRL**, primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 19 alin (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Oferta operatorului economic **Medpunkt SRL**, pe locul doi după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

S-a solicitat certificatul CE si ISO 13485 s-a oferit un certificat de la un alt producator „Mermaid”. Conform formularului F4.1 s-a oferit produsul de la producatorul „Medeco”.

Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL**, pe locul trei după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

S-a solicitat Lampa chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan s-a oferit cu fixare de perete.

Oferta operatorului economic **ICS Eyecon Medical SRL**, pe locul patru după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

S-a solicitat Dimensiunea câmpului, cm / Diametrul 20 - 28 cm s-a oferit 24-33 cm.

**Lotul 17 Lampa chirurgicala cu 2 sateliti (caracteristici avansate)** Oferta operatorului economic **Medpunkt SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

S-a solicitat certificatul CE si ISO 13485 s-a oferit un certificat de la un alt producator „Mermaid”. Conform formularului F4.1 s-a oferit produsul de la producatorul „Medeco”.

Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL**, pe locul doi loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Dimensiunea câmpului, cm / Diametrul 20-28 cm s-a oferit 13.5-27 cm

2. S-a solicitat Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video s-a oferit fără.

Oferta operatorului economic **Data Control SRL**, pe locul trei după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

Dimensiunea câmpului, cm / Distanța de lucru 0.7-1.5 m s-a oferit 0.7-1.4 m.



**Lotul 18 Aspirator uterin** Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

S-a solicitat Accesorii necesare pentru desfășurarea intervențiilor de întrerupere a sarcinei, avort spontan incomplet, îndepărtarea placentei s-a oferit fara. In formularul F4.1 nu sunt prezente codurile pentru accesoriile solicitate. Este prezent codul pentru filtru (05.0016). De asemenea, in brosurile confirmative prezentate nu sunt prezente accesoriile solicitate drept dovata ca aceste sunt oferite.

**Lotul 19 Aspirator toracal** Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

S-a solicitat Sistemul vacuum / Debitul de aer /  $\geq 25$  l/min s-a oferit 23 l/min.

**Lotul 20 Aspirator urgente** Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Rata de flux la vacuum maxim, l/min.  $\geq 25$  s-a oferit 24 l/min.

2. S-a solicitat Timp de lucru la vacuum maxim  $\geq 60$  min s-a oferit 40 min.

Oferta operatorului economic **Romedcom SRL**, pe locul doi după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

S-a solicitat Baterie internă reutilizabilă s-a oferit fără baterie intenă

Oferta operatorului economic **Tetis International SRL**, pe locul trei după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

S-a solicitat Timp operare  $> 1$  h s-a oferit 30 minute

**Lotul 21 Aspirator chirurgical portabil** Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Baterie internă reutilizabilă s-a oferit fara

2. S-a solicitat Timp operare  $> 1$  h s-a oferit fara autonomie de 1 h

Oferta operatorului economic **Tetis International SRL**, pe locul doi după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

S-a solicitat Timp operare  $> 1$  h s-a oferit 30 minute

**Lotul 22 Aspirator chirurgical (performanta medie)** Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

S-a solicitat Vacuum / Limita maximă  $\geq 650$  mmHg s-a oferit 600 mmHg

**Lotul 23 Aspirator chirurgical (performanta avansata)** ) Oferta operatorului economic **ICS Eyecon Medical SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

S-a solicitat Nivelul de zgomot, dBA  $\leq 50$  dBA s-a oferit 51.5 dBA.

**Lotul 25 Defibrilator extern, automat** Oferta operatorului economic **Biosistem MLD SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Baterie, Fără posibilitatea de reîncărcare. Timpul de funcționare și așteptare  $\geq 5$  ani, după care bateria poate fi înlocuită s-a oferit 4 ani.

2. S-a solicitat Timp de operare  $\geq 300$  de descărcări la energia maximă s-a oferit 150 descarcari la energia maxima.

**Lotul 26 Defibrilator extern, manual (caracteristici de baza)** Oferta operatorului economic **Triumpf-Motiv SRL**, primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 19 alin (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.



**Lotul 30 Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă (caracteristici de bază)** Oferta operatorului economic **Sogno SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

S-a solicitat Proprietățile pompei / Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP24 s-a oferit IPX2. Conform cerințelor se solicita gradul de protecție IP2, Protecție împotriva elementelor solide cu diametrul  $\geq 12$  mm s-a oferit IPX cu gradul de protecție contra atingerii sau pătrunderii corpurilor străine solide. S-a Solicitat IP\_4 - Protecție contra stropirii cu apa din toate direcțiile s-a oferit IP\_2 cu protecție contra picăturilor de apă sub unghi de max. 15 grade fata de verticala

Oferta operatorului economic **Aelo Grup SRL**, pe locul doi după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

S-a solicitat Proprietățile pompei / Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP24 s-a oferit IP33. Conform cerințelor se solicita gradul de protecție IP\_4 - Protecție contra stropirii cu apa din toate direcțiile s-a oferit IP\_3 cu protecție contra picăturilor până la unghi de 60 de grade fata de verticală.

**Lotul 32 Incalzitör pentru componente sanguine si solutii infuzabile** ofertele operatorilor economici **Berthord Farmed SRL**, **Romedcom SRL**, se resping în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

**Lotul 33 Burghiu traumatologic ortopedic (caracteristici avansate)** Oferta operatorului economic **Data Control SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume: S-a solicitat Piesa de mână / Putere,  $W \geq 100$  s-a oferit  $\geq 90W$ .

**Lotul 34 Masa pentru operatii cu 5 sectii (caracteristici de baza)** Oferta operatorului economic **Medpunkt SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Mărimile mesei / Lungimea  $\geq 200$  cm s-a oferit 198 cm
2. S-a solicitat Înclinarea: Secția din spate de la +80 la -40 grade (minim) s-a oferit +80 -25grade
3. S-a solicitat Secția de la talpa/picior de la +20 la - 90 grade (minim) s-a oferit +15 -90 grade
4. S-a solicitat Secția cap de la +35 la - 45 grade (minim) s-a oferit +20 -60 grade

Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL**, locul doi după preț, se respinge în conformitate cu art. 19 alin (3) lit i) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

**Lotul 35 Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici de baza)** Oferta operatorului economic **Medpunkt SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Mărimile mesei / Lungimea  $\geq 200$  cm s-a oferit 198 cm
2. S-a solicitat Înclinarea: Secția din spate de la +80 la -40 grade (minim) s-a oferit +80 -25grade
3. S-a solicitat Secția de la talpa/picior de la +20 la - 90 grade (minim) s-a oferit +15 -90 grade
4. S-a solicitat Secția cap de la +35 la - 45 grade (minim) s-a oferit +20 -60 grade

**Lotul 36 Masa pentru operatii cu 6 sectii (caracteristici avansate)** Oferta operatorului economic **Tetis International SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Poziționarea mesei / Trendelemburg  $\geq 35$  grade s-a oferit 30 grade
2. S-a solicitat Inversarea trendelemburgului  $\geq 35$  grade s-a oferit 30 grade
3. S-a solicitat Înclinarea: Laterală  $\geq 30$  grade s-a oferit 20 grade



**Lotul 37 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Pediatric)** Oferta operatorului economic **Vipromed Service SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

S-a solicitat Modul ECG / Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV s-a oferit 2.5-20mm/mV fara 40 mm/mV

**Lotul 38 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici de baza cu accesorii Adult)** Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

Lipsește informația în F4.1, nu este indicat modelul produsului oferit.

Oferta operatorului economic **Vipromed Service SRL**, locul doi după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Modul ECG / Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV s-a oferit 2.5-20mm/mV fara 40 mm/mV

2. S-a solicitat Monitorizarea respirației Pediatric 0 - 150 rpm s-a oferit 0 - 120 rpm

**Lotul 40 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii neonatal)** Oferta operatorului economic **Vipromed Service SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Modul ECG / Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV s-a oferit 2.5-20mm/mV fara 40 mm/mV

2. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ... +320 mmHg s-a oferit -10 ... +300 mmHg

Oferta operatorului economic **Romedcom SRL**, locul doi după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Modul ECG / Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV s-a oferit 2.5-20mm/mV fara 40 mm/mV

2. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ... +320 mmHg s-a oferit -50 ... +300 mmHg

Oferta operatorului economic **Data Control SRL**, locul trei după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Modul ECG / Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV s-a oferit 2.5-20mm/mV fara 40 mm/mV

2. S-a solicitat Modul SpO2 / Monitorizarea rata pulsului - 20 - 300 bpm s-a oferit 25 - 250 bpm

Oferta operatorului economic **Berthord Farmed SRL**, locul patru după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Modul SpO2 / Monitorizarea rata pulsului - 20 - 300 bpm s-a oferit 30 - 250 bpm

2. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ... +320 mmHg s-a oferit -50 ... +300 mmHg

**Lotul 41 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Pediatric)** Oferta operatorului economic **Vipromed Service SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Modul ECG / Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV s-a oferit 2.5-20mm/mV fara 40 mm/mV

2. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ... +320 mmHg s-a oferit -10 ... +300 mmHg

Oferta operatorului economic **Romedcom SRL**, locul doi după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:



1. S-a solicitat Modul ECG / Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV s-a oferit 2.5-20mm/mV fara 40 mm/mV
2. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ... +320 mmHg s-a oferit -50 ... +300 mmHg

Oferta operatorului economic **Data Control SRL**, locul trei după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Modul ECG / Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV s-a oferit 2.5-20mm/mV fara 40 mm/mV
2. S-a solicitat Modul SpO2 / Monitorizarea rata pulsului - 20 - 300 bpm s-a oferit 25 - 250 bpm

Oferta operatorului economic **Berhord Farmed SRL**, locul patru după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Modul SpO2 / Monitorizarea rata pulsului - 20 - 300 bpm s-a oferit 30 - 250 bpm
2. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ... +320 mmHg s-a oferit -50 ... +300 mmHg

**Lotul 42 Monitor pentru monitorizarea funcțiilor vitale (caracteristici avansate, accesorii Adult, Pediatric)** Oferta operatorului economic **Vipromed**

**Service SRL**, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Modul ECG / Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV s-a oferit 2.5-20mm/mV fara 40 mm/mV
2. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50... +320 mmHg s-a oferit -10 ... +300 mmHg

Oferta operatorului economic **Romedcom SRL**, locul doi după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Modul ECG / Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV s-a oferit 2.5-20mm/mV fara 40 mm/mV
2. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ... +320 mmHg s-a oferit -50 ... +300 mmHg

Oferta operatorului economic **Data Control SRL**, locul trei după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Modul ECG / Sensivitatea 2.5 - 40 mm/mV s-a oferit 2.5-20mm/mV fara 40 mm/mV
2. S-a solicitat Modul SpO2 / Monitorizarea rata pulsului - 20 - 300 bpm s-a oferit 25 - 250 bpm

Oferta operatorului economic **Berhord Farmed SRL**, locul patru după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Modul SpO2 / Monitorizarea rata pulsului - 20 - 300 bpm s-a oferit 30 - 250 bpm
2. S-a solicitat Modul IBP / Diapazonul -50 ... +320 mmHg s-a oferit -50 ... +300 mmHg

**Lotul 43 Pulsximetru Nou-nascut, staionar** Oferta operatorului economic **Berhord Farmed SRL**, primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

S-a solicitat Tip dispozitiv, staionar s-a oferit de tip portabil

**Lotul 44 Pulsximetru, Adult, Pediatric, staionar** ofertele operatorilor economici **Berhord Farmed SRL, Data Control SRL**, se resping în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

**Lotul 47 Pulsximetru de buzunar - Alex Standard SRL** -refuz de prelungire a ofertei  
Oferta operatorului economic **Vivamed International SRL**, pe locul doi după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

S-a solicitat Afșaj / Indicele de perfuzie (PI) s-a oferit fără



Oferta operatorului economic **M-Inter-Farma SRL**, pe locul trei după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

S-a solicitat Interval de măsurare s-a oferit fara / Puls - 30-250 bpm s-a oferit 30-240 bpm

Oferta operatorului economic **Berhard Farmed SRL**, pe locul patru după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

S-a solicitat Interval de măsurare s-a oferit fara / Puls - 30-250 bpm s-a oferit 30-240 bpm

**Lotul 48 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate)** Oferta operatorului economic **Sogno SRL**, primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Monopolar / Tăiere  $\geq 350$  Ohm s-a oferit  $\geq 300$  Ohm

2. S-a solicitat Bipolar / Tăiere  $\geq 300$  Ohm s-a oferit 1000Ohm

3. S-a solicitat Bipolar / Tăiere  $\geq 300$  Ohm s-a oferit 1000Ohm

3. S-a solicitat Bipolar / Coagulare  $\geq 120$  W s-a oferit 100 W

Oferta operatorului economic **Dutchmed M SRL**, locul doi după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Monopolar/ Tăiere  $\geq 140$  W s-a oferit 100W

2. S-a solicitat Bipolar / Tăiere  $\geq 140$  W s-a oferit  $\geq 120$  W

3. S-a solicitat Bipolar /Tăiere  $\geq 300$  Ohm s-a oferit  $\geq 200$  Ohm

**Lotul 49 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu** Oferta operatorului economic **Sogno SRL**, primul loc după preț, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice și anume:

1. S-a solicitat Bipolar / Tăiere  $\geq 80$  W s-a oferit 70W

2. S-a solicitat Bipolar / Tăiere  $\geq 200$  Ohm s-a oferit 100 Ohm

3. S-a solicitat Bipolar / Coagulare  $\geq 80$  W s-a oferit 70 W

Ofertele operatorilor economici **Romedcom SRL, Dutchmed M SRL, Data Control SRL, Tetis International SRL, Tetis International SRL**, se resping în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

În temeiul art. 71 alin. (1) lit d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire; depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi, loturile se anulează după cum urmează:

**Lotul 10 Balon resuscitare AMBU copii;**

**Lotul 12 Laringoscop adult standard;**

**Lotul 32 Incalzitior pentru componente sanguine si solutii infuzabile;**

**Lotul 44 Pulsoximetru, Adult, Pediatric, stationar;**

**Lotul 49 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu;**

Pentru loturile neacoperite se va iniția o procedură de achiziție nouă, doar în urma revederii specificațiilor tehnice și a sumelor estimative de către beneficiari – Instituțiile Medico Sanitare Publice.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015” privind achizițiile publice” – “contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare”.



Astfel, contractul de achiziție urmează:

- a fi semnat pentru ofertele câștigătoare **începând cu data de 28.12.2021;**


- numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către CAPCS este de 10 zile după expirarea termenului de așteptare;

- termenul de valabilitate a contractului conform alin. (4) art. 74 a Legii nr. 131/03.07.2015 este **data de 30.06.2022** în conformitate cu termenii de livrare și achitare din anuțul de participare și contractul model după cum urmează:

- 1) Conform pct. 11 din anuțul de participare - termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate pentru procedura menționată supra sunt: până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea);
  - 2) Potrivit pct. 3.3. din modelul contractului - achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua de către Centru, în lei moldovenești, prin intermediul Ministerului Finanțelor – Trezoreria de Stat, în termen de 30 zile după prezentarea facturii fiscale și actului de predare primire de către CAPCS.
- Astfel, contractele vor fi aprobate de către CAPCS doar după manifestarea de voință a tuturor părților pe contract.

Cu respect,

Director adjunct



Ala GOJAN



FCPC DataControl SRL contact@datacontrol.md  
 GBG-MLD SRL office@gbg.md  
 Health Medical Solutions S.R.L. srl.hms.moldova@gmail.com  
 IM „Dutchmed-M” SRL dutchmedm@gmail.com  
 AELO GRUP  
 MedPunkt SRL medpunktmed@gmail.com  
 INTERMED SRL intermed\_07@mail.ru  
 Medexcom-Teh SRL achizitii@medexcom.md  
 "M-INTER-FARMA" SA info@minterfarma.md  
 Alex Standard SRL  
 Ancotec-Sistem achizitii@ancotec.md  
 Labromed Laborator SRL Labromed.laborator@gmail.com  
 Berhord Farmed SRL Pharmed3@berhord.com  
 SRL Biosistem mld biosistem.mld@gmail.com  
 SC "DENIAUTO" SRL maxmivictor@gmail.com  
 LifeMed Group SRL lifemedgr@gmail.com  
 Medica Sens SRL office@medicasens.md  
 IM Natusana SRL Natusana-moldova@mail.ru  
 Neotec SRL ivs@neotec.md; agb@neotec.md  
 Penta Trading SRL pentatradingsrl@gmail.com  
 Romedcom SRL romedcom@gmail.com  
 FPC SOGNO S.R.L. sognomd@gmail.com, pungaaala@gmail.com  
 SA Tehoptimed info@tehoptimed.md  
 Tetis International Co utilaj@tetis.md  
 «TRIUMF-MOTIV» SRL triumf.motiv@mail.ru  
 SRL „Vipromed Service” vipromed@gmail.com  
 IM Vivamed International SRL info@vivamed-int.com  
 X-STORE COMPANY SRL iurii.antoseac@xstore.md  
 ICS Eyecom Medical SRL office@eyecommedical.md

IMSP beneficiari (Conform listei de distributie)

SCM de Copii V. Ignatenco  
 SCM Snta Treime  
 Sp Ministerul Afacerilor Interne al RM  
 SR Causeni „Ana și Alexandru”  
 SR Falesti  
 Spitalul Clinic Municipal Nr.1  
 SR Taracalia S  
 R Straseni  
 SR Singerei  
 SR Riscani  
 SR Orhei  
 SR Stefan Voda  
 SR Hincesti  
 SR Floresti  
 SR Drochia  
 SR Calarasi  
 SR Cahul



SR Briceni  
SR Anenii Noi  
Spitalul de Psihiatrie Balti  
Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii  
Spitalul Clinic de Psihiatrie  
Spitalul Clinic Balti  
Spitalul Carpini  
Institutul Oncologic  
Dispensarul Republican de Narcologie  
CS Straseni  
CS Soroca Noua  
CS Soroca  
CS Soldanesti  
CS Otaci  
CS Orhei nr. 1  
CS Nisporeni  
CS Mindresti  
CS Leova  
CS Hirbovat  
CS Cimisia  
CS Chirsova  
CS Baimaclia  
CS Copaceni,  
SR Singerei  
"Clinica Universitara de Asistenta Medicala Primara a USMF Nicolae Testemitanu"  
AMT Botanica  
"Cabinet Individual al Medicului de Familie „Blega Lilia”



