

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1691068247202 din 7 aug 2023, 16:30 - 10 aug 2023, 16:30

Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de determinare a calității parametrilor de corespundere și a dozelor de radiație primite de pacient în cabinetele radio-diagnostice (Testări fizico-radiologice de performanță a generatoarelor cu Raze X) a Clinicilor Stomatologice Universitare USMF „N.Testemițanu” pentru anul 2023

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
5040000 0-9	1	1.1 Clinica Stomatologică Universitară Nr.1 (str. Toma Ciorba nr.42): Instalație CBCT 3D cu cefalostat Planmeca Pro Max 3D Mid Pro Face Instalație RG dentară Planmeca PROX 1.2 Clinica Stomatologică Universitară Nr.2 (str. Mihai Viteazu nr.1): Instalație Ortodontomograf Panmeca Pro One Instalație RG dentară intraoral MAX70HF/DC	-	-	-	Tensiunea tubului(kV) - Acuratețea tensiunii tubului. Diapazonul tensiunii tubului Timpul de expunere(t) - Acuratețea timpului de expunere, Precizia timpului de expunere Puterea de ieșire (Y) tubului de Raze-X, inclusiv: - Valoarea puterii de ieșire la 1 m; - Constanța puterii de ieșire In mGy/mAs pentru o serie de valori raA și/sau niAs; - Reproducerea puterii de ieșire pentru setări fixe; Grosimea de semiatenuare (HVL)/Filtrarea totală - HVL sau Filtrarea totală (în diapazonul kV stabilit); Dozimetrie - Calculul și evaluarea/estimarea valorilor tipice a dozelor de expunere a pacienților - Kerma aeriană la suprafața de intrare	Tensiunea tubului(kV) - Acuratețea tensiunii tubului. Diapazonul tensiunii tubului Timpul de expunere(t) - Acuratețea timpului de expunere, Precizia timpului de expunere Puterea de ieșire (Y) tubului de Raze-X, inclusiv: - Valoarea puterii de ieșire la 1 m; - Constanța puterii de ieșire In mGy/mAs pentru o serie de valori raA și/sau niAs; - Reproducerea puterii de ieșire pentru setări fixe; Grosimea de semiatenuare (HVL)/Filtrarea totală - HVL sau Filtrarea totală (în diapazonul kV stabilit); Dozimetrie - Calculul și evaluarea/estimarea valorilor tipice a dozelor de expunere a pacienților - Kerma aeriană la suprafața de intrare	Autorizație radiologică (eliberată de Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice)

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**