

### Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **IDENTIFICATOR** : **ocds-b3wdp1-MD-1617019716759**

Denumirea procedurii de achiziție: Valoare mica -Concentratoare de oxigen de 10 L

Autoritatea contractantă : **Primaria comunei Cosnita**,r-nul Dubasari

| Cod CPV    | Nr. Lot | Denumirea bunurilor/serviciilor  | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul                          | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Standarde de referință             |
|------------|---------|----------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 33140000-3 | 1       | Concentratoare de oxigen de 10 L | KSOC-10             | China           | Jiangsu Konsung Bio-Medical and Tech/ | Cod 110400 Descriere generală Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip Portabil Concentrația O2 în fluxul produs $\geq 92\%$ la fluxul cuprins între 1 și 9 L/min și $\geq 90\%$ la fluxul de 10 L/min Reglarea concentrației de O2 da Reglarea fluxului de O2 1 - 10 L/min Indicatorul fluxului grafic/numeric Nivelul zgomotului produs $\leq 50$ dB Prezența filtrelor de particole aeriene praf, bacteriene, HEPA Ieșiri pentru tubul de O2 minim 1 Devierea admisibilă la valoarea concentrației de O2 $\pm 3\%$ Borcan de umidificare a O2 1 buc. Mască facială minim 2 buc. Canulă nazală minim 2 set. Filtru de particole aerian, rezervă minim 1 buc. Alimentare 220 V 50 Hz Termenul de garanție al dispozitivului minim 24 luni Produs în corespundere cu următoarele standarde:Directiva 93/42/EEC pentru dispozitive medicale, ISO 9001, ISO 13485 | Cod 110400 Descriere generală Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip Portabil Concentrația O2 în fluxul produs 93% la fluxul cuprins între 1 și 9 L/min și $\geq 90\%$ la fluxul de 10 L/min Reglarea concentrației de O2 da Reglarea fluxului de O2 1 - 10 L/min Indicatorul fluxului grafic/numeric Nivelul zgomotului produs $\leq 52$ dB Prezența filtrelor de particole aeriene praf, bacteriene, HEPA Ieșiri pentru tubul de O2 minim 1 Devierea admisibilă la valoarea concentrației de O2 $\pm 3\%$ Borcan de umidificare a O2 1 buc. Mască facială minim 2 buc. Canulă nazală minim 2 set. Filtru de particole aerian, rezervă minim 1 buc. Alimentare 220 V 50 Hz Termenul de garanție al dispozitivului minim 24 luni Produs în corespundere cu următoarele standarde:Directiva 93/42/EEC pentru dispozitive medicale, ISO 9001, ISO 13485 | CE,ISO, Declarație de conformitate |

Semnat: Numele, Prenumele:

**Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova

