

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21273318 din 20.09.2024**Obiectul de achiziție: Piese de schimb și consumabile pentru dispozitive medicale**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 23						
Reductor la butelie de O2 de 10 litri din rețeaua ambulanței	RO.300.12240	Italia	SUN O SUB	Reductor la butelie de O2 de 10 litri pentru micșorarea presiunii la 6 bar cu ieșire în rețeaua de O2 montată pe perete cu conector rapid la conductor de 8 mm. Termen de garanție min 6 luni.	Reductor la butelie de O2 de 10 litri pentru micșorarea presiunii la 6 bar cu ieșire în rețeaua de O2 montată pe perete cu conector rapid la conductor de 8 mm. Termen de garanție 6 luni.	CE
Total lot 23						
Lotul 26						
Acumulator reîncărcabil	110702-O	Germania	Akkuplanet GmbH	Acumulator reîncărcabil pentru EDAN H100B	Baterie NiMH originală pentru pulsoximetrul Edan H100B H100N (BX350) 4,8 Volți 1,5 Ah - dimensiuni aproximative în mm 56x19x49 - greutate aproximativă 0,104 kg	ISO
Total lot 26						
Lotul 27						
Colbă penru reductor cu debitmetru SANOSUB	9418	Italia	SUN O SUB	Colbă la reductor cu debitmetru pentru umedificator de O2 SANOSUB	Colbă la reductor cu debitmetru pentru umedificator de O2 SANOSUB	CE
Total lot 27						
Lotul 28						
Padele de unică folosință de tip adult pentru defibrilare	F7952	Italia	FIAB	Padele de unică folosință de tip adult pentru defibrilator Mindray D3. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE. Padele de unică folosință de tip pediatric pentru defibrilator Mindray D3. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE. Termen de valabilitate minim 24 luni..	Padele de unică folosință de tip adult pentru defibrilator Mindray D3. Termen de valabilitate 24 luni REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000452450	CE
Total lot 28						
Lotul 29						
Padele de unică folosință de tip pediatric pentru defibrilare	F7952P	Italia	FIAB	Padele de unică folosință de tip pediatric pentru defibrilator Mindray D3. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE. Termen de valabilitate minim 24 luni.	Padele de unică folosință de tip pediatric pentru defibrilator Mindray D3. Termen de valabilitate 24 luni REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000452454	CE
Total lot 29						
Lotul 30						
Padele de unică folosință de tip adult pentru defibrilare	F7958	Italia	FIAB	Padele de unică folosință de tip adult pentru defibrilator LiFEGAIN CU-HD1. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE. Termen de valabilitate minim 24 luni.	Padele de unică folosință de tip adult pentru defibrilator CU Medical System LIFEGAIN CU-HD1. Termen de valabilitate 24 luni REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000452483	CE
Total lot 30						

Lotul 31						
Padele de unică folosință de tip pediatric pentru defibrilare	F7958P	Italia	FIAB	Padele de unică folosință de tip pediatric pentru defibrilator LiFEGAIN CU-HD1. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE. Termen de valabilitate minim 24 luni.	Padele de unică folosință de tip pediatric pentru defibrilator CU Medical System LIFEGAIN CU-HD1. Termen de valabilitate 24 luni REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000452485	CE
Total lot 31						
Lotul 32						
Cablu ECG de conexiune cu pacientul	U205-11BE or U205-11DE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG de conexiune cu pacientul. Cablu cu 10 electrozi, marcate după standartul european, cușurub de fixare la conexiunea cu dispozitivul ECG, compatibil cu COMEN H3. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE.	Cablu ECG de conexiune cu pacientul. Cablu cu 10 electrozi, marcate după standartul european, cu șurub de fixare la conexiunea cu dispozitivul ECG, compatibil cu COMEN H3. Banana 4.0mm,IEC or Din 3.0mm,IEC.	CE
Total lot 32						
Lotul 35						
Umidificator de O2 cu flavometru	RO.400.12049 + DIN conector + CO.400.12059	Italia	SUN O SUB	Umidificator de O2 cu flavometru care se conectează în priza de perete. Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE	Gaz Oxigen medical Presiune de lucru 3,5 bar Debit 0-15 lit/min flux continuu Intervalele 1-1,5-2-3-4-6-9-12-15 Precizie +-10% o +- 0,5 lt.min. Interval de temperatură -20°C +50°C Materiale Corp CW617N-UNI EN 12165 (Alamă placată cu crom) DIN conector Corp Macron sterilizabil Attacco Alama Cromat Conexiuni Admisie 9/16 UNF femela Ieșire Hosetail 6 mm. Reglabil Dimensiunea si greutatea Dimensiune 175 mm x 116 mm Greutate 180 gr. 20 l/min. (max) Presiune de utilizare 5 bar (max) Capacitate 250 cmc	CE
Total lot 35						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15, tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23**