

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21286986 din 09.10.2024

Obiectul de achiziție: Senzori și kit de mentenanță pentru ventilatoare pulmonare

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Senzor O2 compatibil cu ventilatorul pulmonar Newport e360	E-75/9	Germania	IT Dr. Gamber GmbH/Nuova GmbH	Senzor de oxigen, cod de referință R125P03-002 sau analogic lui, compatibil cu ventilatorul pulmonar Newport e360	Connector: 3.5 phone jack Measuring range 0-100% O2 Output signal: 10-13.5 mV Response time: 13 seconds	CE
Total lot 1						
Lotul 2						
Senzor O2, cu conexiunea MOX-3, compatibil cu ventilatorul pulmonar Mindray SV300	E-77/0S	Germania	IT Dr. Gamber GmbH/Nuova GmbH	Senzor de oxigen, cu conexiunea MOX-3, compatibil cu ventilatorul pulmonar Mindray SV300	Conector: mufă modulară RJ11 Deviatorul de debit trebuie comandat separat Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 9-13 mV Timp de răspuns: < 15 secunde	CE
Total lot 2						
Lotul 4						
Senzor O2, compatibil cu ventilatoarele pulmonare Event solution	E-17/A2	Germania	IT Dr. Gamber GmbH/Nuova GmbH	Senzor de oxigen, cod de referință OOM 102 sau analogic lui, compatibil cu ventilatoarele pulmonare Event solution	Connector: 3-pin Molex Measuring range: 0-100% O2 Output signal: 8-12.5 mV Response time: < 15 seconds	CE
Total lot 4						
Lotul 5						
Senzor O2 compatibil cu ventilatorul pulmonar Maquet Servo-i și Servo u	U938-06A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor de oxigen, cod de referință 6640044 sau analogic lui, compatibil cu ventilatorul pulmonar Maquet Servo-i și Servo u (9 mV to 13mV in 210 mBar O2)	66 40 044 Maquet Senzor O2, compatibil cu ventilator pulmonar Maquet Servo-i	CE
Total lot 5						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23