

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul procedurii de achiziție:**21015980 din 09 decembrie 2019**

Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice - 2020								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33600000-6	72	72.Filtru p/u protecția echipamentului respirator și concentratori de oxigen (24ore), nu se conectează la pacienți	MN137P	Morton	Turcia	Filtru p/u protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen (24ore, contraindicat conectării la pacienți), eficiența antivirală și antibacteriană peste 99,999%; conexiuni 22F/15M - 22M/15F; rezistența la flux 30 l/min nu mai puțin 1,2cm H ₂ O; volum compresibil 90-113ml; greutate nu mai mult de 43g. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalat individual, curat clinic.	Filtru p/u protecția echipamentului respirator și concentratoarelor de oxigen (24ore, contraindicat conectării la pacienți), eficiența antivirală și antibacteriană peste 99,999%; conexiuni 22F/15M - 22M/15F; rezistența la flux 30 l/min nu mai puțin 1,2cm H ₂ O; volum compresibil 90-113ml; greutate nu mai mult de 43g. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalat individual, curat clinic. Codul Produsului: MN137P Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Budurin Igor În calitate de: director

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL

Adresa: mun.Chisinau, str. Gheorghe Madan, 87/7