

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1690454461536 din 28.08.2023

Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale și a altor produse de uz medical conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 23)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
3310000-1	53	Glucometru	Glucometru	ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM (G113-214)+ ON CALL® LANCETS (C121-3041) +ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS (G133-111)	SUA	ACON LABORATORIES INC.	Glucometru (caracteristici de bază) Descriere Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale. Parametru Specificația Metoda Electrochimică Tip probă Capilar Volumul minimal al probei ≤ 0.7 µL Gama de măsurare 1.1-30.0 mmol/L Gama hematocritului 25-60 % Timpul de măsurare ≤ 10 sec. Ecran LCD Calibrarea Fără calibrare sau calibrare automată Oprire automată Memoria numărul de teste ≥ 300 Data/ora și rezultatul probei Baterie internă Autonomie de la baterie ≥ 700 teste Indicator baterie descărcată Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei Accesorii, consumabile Toate accesoriile și consumabile să fie compatibile Baterie 1 buc. Geantă de transport pentru glucometru si accesorii (ace, dispozitiv de întepare, teste) Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere Ace sterile de unică utilizare ≥ 1000 buc. Teste cu termenul de valabilitatea min. 18 luni ≥ 1000 buc.	Glucometru (caracteristici de bază) Descriere Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale. Parametru - Specificația Metoda - Electrochimică Tip probă - Capilar Volumul minimal al probei ≤ 0.5 µL Gama de măsurare 1.1-33.3 mmol/L Gama hematocritului 25-60 % Timpul de măsurare = 10 sec. Ecran LCD Calibrarea automată Oprire automată Memoria numărul de teste = 300 Data/ora și rezultatul probei da Baterie internă da Autonomie de la baterie = 1000 teste Indicator baterie descărcată Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei Accesorii, consumabile Toate accesoriile și consumabile sunt compatibile Baterie - 1 buc. "Geantă de transport pentru glucometru si accesorii (ace, dispozitiv de întepare, teste)" Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere Ace sterile de unică utilizare = 1000 buc. Teste cu termenul de valabilitatea min. 18 luni = 1000 buc. Broșura cu parametrii tehnici de la producător se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO 13485:2016; Autorizație; Nr. de Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale-Nr. <u>DM000399134+Nr. DM000415323+Nr. DM000399183</u>

3310000-1	71	Coagulometru semi-automat	Coagulometru semi-automat	Coatron X Pro	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENT S PRODUCTION TRADING GMBH	Coagulometru semi-automat Cod 151110 Descriere Coagulometru semiautomat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienți pentru determinarea factorilor de coagulare a singelui. Parametrul Specificația Configurația Capacitatea sistemului ≥ 2 probe simultan Tip probă plasmă Teste APTT FIB PT TT Data management Display LCD sau LED Imprimantă Interfață PC Interfață LIS Cititor bar cod optional	Coagulometru semi-automat Cod 151110 Descriere Coagulometru semiautomat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienți pentru determinarea factorilor de coagulare a singelui. Parametrul Specificația Configurația Capacitatea sistemului = 2 probe simultan Tip probă plasmă Teste APTT FIB PT TT DD AT PC Factors II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII Data management Display LCD Imprimantă Interfață PC Interfață LIS Cititor bar cod optional Broșura cu parametrii tehnici de la producător se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO 13485:2016; Autorizație; Nr. de Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- Nr. <u>DM000428812</u>
-----------	----	---------------------------	---------------------------	---------------	----------	---	---	---	---

3310000-1	43	Analizator semi- automat, de urină Cod 150100	Analizator semi- automat, de urină Cod 150100	Mission U120 Smart (U117-101) +10U(U031-101)	SUA	ACON LABORATORI ES INC.	Analizator semi-automat, de urină Cod 150100 Descriere Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezența anumitor substanțe și estimează concentrațiile lor într-o probă de urină. Parametrul Specificația Productivitate în regim normal ≥ 60 teste/ora Teste chimice Bilirubin Sînge (hematii) Glucoză Corpi cetonici Esterază leucocitară Nitrați pH Proteine Greutatea specifică Urobilinogen Data management Interfață LIS bidirecțională Memorie internă Monitor LCD sau LED Imprimantă Alimentarea 220 V, 50 Hz Consumabile Să fie incluse benzi pentru teste cu toți parametrii solicitați mai sus și toate consumabilele, reagenți, calibratori necesari pentru efectuarea analizei ≥ 1000 benzi Termenul de valabilitate din ziua livrării ≥ 6 luni	Analizator semi-automat, de urină Cod 150100 Descriere Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezența anumitor substanțe și estimează concentrațiile lor într-o probă de urină. Parametrul Specificația Productivitate în regim normal ≥ 60 teste/ora, 120 teste în regim continuu Teste chimice : Bilirubin Sînge (hematii) Glucoză Corpi cetonici Esterază leucocitară Nitrați pH Proteine Greutatea specifică Urobilinogen Data management Interfață LIS bidirecțională Memorie internă Monitor LCD Imprimantă Alimentarea 220 V, 50-60 Hz Consumabile Vor fi incluse benzi pentru teste cu toți parametrii solicitați mai sus și toate consumabilele, reagenți, calibratori necesari pentru efectuarea analizei = 1000 benzi Termenul de valabilitate din ziua livrării ≥ 6 luni Broșura cu parametrii tehnici de la producător se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO 13485:2016; Autorizație; Nr. de Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale-<u>Nr.</u> <u>DM000400240+Nr.</u> <u>DM000358200</u>
-----------	----	---	---	--	-----	-------------------------------	--	--	--

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9