

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	21608112	Data: „08” mai 2026	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Reactive și consumabile de laborator 2026 - II	Lot: _____ Nr. 1 _____	Pagina: 1 din 2

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:							
Lotul nr. 1 - Reactive pentru analizatorul de coagulare Yumizen G 800, sistem închis							
33690000-3	Yumizen G PT Lichid 4	Yumizen G PT Lichid 4	Franta	Horiba	105-006658-00 PT (Prothrombin time), 10 x 2 ml (estimativ 200 teste in set) Cerințe generale pentru lotul dat: 1. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 2. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 3. Calibratorii, materialele de control și reagenții trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător). 4. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 5. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor	Yumizen G PT liq 4, 12x4ml - Set de reactivi originali, compatibili cu analizatorul automat Yumizen G800 (pus la dispozitie impreuna cu reactivii), destinat pentru determinarea activității protrombinei din plasmă umană și calcularea INR. (estimativ 480 teste în set) Cerințe generale pentru lotul dat: 1. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului. 2. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 3. Calibratorii, materialele de control și reagenții trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător). 4. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 5. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor	
33690000-3	Yumizen G cuvettes	Yumizen G cuvettes	Franta	Horiba		Cuve de unică folosință p/u reacții de coagulare și măsurare_1000 buc/set - Cuve de unică folosință, specifice după volum și formă pentru analizatorul automat Yumizen G800 (pus la dispozitie impreuna cu reactivii), destinate pentru reacții de coagulare și măsurare.	
33690000-3	YumizenG Fib 2	YumizenG Fib 2	Franta	Horiba		Yumizen G FIB 2, 12x2ml - Set de reactivi originali, scompatibili cu analizatorul automat Yumizen G800 (pus la dispozitie impreuna cu reactivii), destinat pentru determinarea cantitativă a fibrinogenului din plasmă umană. (estimativ 480 teste in set)	

33690000-3	Yumizen G imidozol	Yumizen G imidozol	Franta	Horiba		Yumizen G Imidozol, 12 x 15ml -Set de reactivi originali, scompatibili cu analizatorul automat Yumizen G800 (pus la dispozitie impreuna cu reactivii), destinat pentru determinarea cantitativă a fibrinogenului din plasmă umană. (estimativ 960 teste in set)
33690000-3	Yumizen G CTRL I, II	Yumizen G CTRL I, II	Franta	Horiba		Yumizen G CTRL I/II, 5x1mm (2x) - Control 2 nivele, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de hemostază efectuate pe analizatorul automat Yumizen G800 (pus la dispozitie impreuna cu reactivii)
33690000-3	Yumizen G SORP	Yumizen G SORP	Franta	Horiba		Yumizen G SORP, 12 x 15ml. Ambalajul standart de la producătorul analizorului. Setul de soluție de spălare original, specific, compatibil cu analizatorul automat Yumizen G800 (pus la dispozitie impreuna cu reactivii), destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului de coagulare automat Yumizen G800
33690000-3	Yumizen G cleaner	Yumizen G cleaner	Franta	Horiba		Yumizen G cleaner 4,5L Ambalajul standart de la producătorul analizorului. Setul de soluție de spălare original, specific, compatibil cu analizatorul automat Yumizen G800 (pus la dispozitie impreuna cu reactivii), destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului de coagulare automat Yumizen G800
33690000-3	Yumizen G clean SYS	Yumizen G clean SYS	Franta	Horiba		Yumizen G clean SYS, 100ml. Ambalajul standart de la producător analizorului. Setul de soluție de spălare original, specific, compatibil cu analizatorul automat Yumizen G800 (pus la dispozitie impreuna cu reactivii), destinat pentru spalarea concentrata a analizatorului de coagulare automat Yumizen G800

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Liudmila Ipatieva În calitate de: Reprezentant vânzări

Ofertantul: I.C.S. „DIAMEDIX IMPEX” S.R.L. Adresa: Mun. Chișinău, Comuna Stăuceni, Str. Chișinău nr. 9 MD – 4839