



出货检验报告 Outgoing Inspection Report

检验单号:

客户名称 Customer		6KIR				颜色 Color		B2蓝色		级别 Level		医疗级		
产品名称 Product Name		医用丁腈检查手套 <input type="checkbox"/> 有粉 <input checked="" type="checkbox"/> 无粉 <input type="checkbox"/> Powdered <input checked="" type="checkbox"/> Powder-Free				订单号 Order No.		YL-226992		批号 LOT No.		226992		
抽样量 Sampling No.		(1) 盒/箱boxes/case, (30) 箱case, 共计total (30) 盒boxes				配比 Matching		S:350 M:1900 L:1250		总箱数 Total Cartons		3500		
项目 Item		标准 Standard				结果 Result								
外观 Appearance		严重缺陷 Critical		AQL 1.0		S:0/80 M:0/125 L:0/125								
		重要缺陷 Major		AQL 2.5		S:0/80 M:0/125 L:0/125								
		轻微缺陷 Minor		AQL 4.0		S:0/80 M:2/125 L:1/125								
针孔测试 Pinhole Test		AQL 1.5				S:0/80 M:1/125 L:0/125								
支数 Count		AQL 6.5				S:0/8 M:0/8 L:0/8								
物性 Physical Property		1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#	11#	12#	13#
型号 Size		S	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L
重量 Weight,g		3.32	3.67	3.74	3.69	3.71	7.75	3.7	3.65	4.13	4.08	4.06	4.1	4.12
长度 Length,mm		240	244	245	246	244	241	245	243	247	240	242	244	245
掌宽 PW,mm		85	95	96	95	97	95	96	95	107	106	105	107	105
腕部厚度 CT,mm		0.054	0.051	0.052	0.055	0.049	0.057	0.053	0.055	0.056	0.051	0.053	0.055	0.053
掌心厚度 PT,mm		0.062	0.059	0.061	0.069	0.062	0.065	0.062	0.066	0.06	0.062	0.069	0.064	0.068
指尖厚度 FT,mm		0.095	0.106	0.099	0.107	0.104	0.101	0.095	0.112	0.101	0.108	0.106	0.094	0.102
伸长率 E@B,%		571.5	528.5	534.1	516.4	530.5	545.1	535.2	551.8	546.7	537.5	524.6	552.3	556.2
最大力 F@B,N		6.32	6.16	6.97	6.39	6.03	6.48	6.15	6.46	6.23	6.71	6.64	6.55	6.42
内盒 Inner box		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> Qualified <input type="checkbox"/> No Qualified				外箱 Outer case		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> Qualified <input type="checkbox"/> No Qualified						
灌水设备编号 Pinhole testing equipment No.				INTCO-CLSB-14-018 INTCO-CLSB-14-019				测厚规编号 Thickness gauges No.				INTCO-CLSB-02-001		
电子天平编号 Electronic balance No.		INTCO-CLSB-06-001		拉力机编号 Electronic tensile testing machine No.			INTCO-CLSB-07-002		钢直尺编号 Steel ruler No.			INTCO-CLSB-20-001		
结论 Result		检验员 Inspector			日期 Date			复验 Recheck			日期 Date			
合格		陈娜娜			2022.3.19			张静			2022.3.19			



注Note:PW-Palm Width、 FT-Finger Thickness、 PT-Palm Thickness、 CT-Cuff Thickness、 TS-Tensile Strength、 E@B-Ultimate Elongation、 F@B-Force