

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție Conform SIA RSAP din Conform SIA RSAP

Denumirea procedurii de achiziție: **Piese de schimb și accesorii pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa II, pentru anul 2019**

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ - cătoru l	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Lot 1. Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon	Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon	Drager	Olanda	Compatibil cu masina de Anestezie Drager Fabius Plus. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Compatibil cu masina de Anestezie Drager Fabius Plus. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Certificat de conformitate european.
Lot 4. Sensor de oxigen	Sensor de oxigen	Drager	Olanda	Compatibil cu Mașina de Anestezie Drager, Fabius Plus, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Compatibil cu Mașina de Anestezie Drager, Fabius Plus, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Certificat de conformitate european.
Lot 75. Sample detector	Sample detector	United States	Medica	Compatibil cu Analizator EASY/LYTE K/Na. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Compatibil cu Analizator EASY/LYTE K/Na. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Certificat de conformitate european.
Lot 97. Kit mentenanță 1 an	. Kit mentenanță 1 an	Germania	MMM Group	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Certificat de conformitate european.
Lot 110. Tijă piston piston 550, DN8	Tijă piston 550, DN8	Germania	MMM Group	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. REF.:(010059536).	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. REF.:(010059536).	Certificat de conformitate european.

Lot 112. Senzor temperature la rezervorul preîncălzitorului	Senzor temperature la rezervorul preîncălzitorului	Germania	MMM Group	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. REF.:(010112522).	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. REF.:(010112522).	Certificat de conformitate european.
Lot 113. Senzor nivel apă pentru generator cu aburi	Senzor nivel apă pentru generator cu aburi	Germania	MMM Group	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref.:(010085038).	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref.:(010085038).	Certificat de conformitate european.
Lot 114. Element încălzitor în complex cu O-ring din alarmă	Element încălzitor în complex cu O-ring din alarmă	Germania	MMM Group	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. REF.:(000574402). Tip: CEL940	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. REF.:(000574402). Tip: CEL940	Certificat de conformitate european.
Lot 115. Siguranță termică pentru generator cu aburi	Siguranță termică pentru generator cu aburi	Germania	MMM Group	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Certificat de conformitate european.
Lot 117. Transmitator de presiune 4 bar	Transmitator de presiune 4 bar	Germania	MMM Group	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. (Ref:404366/024)	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. (Ref:404366/024)	Certificat de conformitate european.
Lot 118. Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C	Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C	Germania	MMM Group	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref.(010013181)	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Termen de garanție 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref.(010013181)	Certificat de conformitate european.
Lot 120. Rolă cu cablu pentru siguranță la ușa față/spate	Rolă cu cablu pentru siguranță la ușa față/spate	Germania	MMM Group	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Cod produs: (S18)	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Cod produs: (S18)	Certificat de conformitate european.
Lot 121. Gel garnitură ușă (kit mentenanță)	.Gel garnitură ușă (kit mentenanță)	Germania	MMM Group	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Certificat de conformitate european.

Lot 123. Conector pentru aer 4x2,5 mm	Conector pentru aer 4x2,5 mm	Germania	MMM Group	Conector pentru alimentarea cu aer a valvei "Gemu" la sterilizatorul Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Conector pentru alimentarea cu aer a valvei "Gemu" la sterilizatorul Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Certificat de conformitate european.
Lot 35. Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3M) (Art Nr. 78.02.000)	Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3M) (Art Nr. 78.02.000)	Rusia	Tiumeni	Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3M). Material - cupru. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3M). Material - cupru. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	Certificat de conformitate european
Lot 36. Supapă de siguranță compatibilă cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3M) (Art Nr. AOB 75.110.00)	Supapă de siguranță compatibilă cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3M) (Art Nr. AOB 75.110.00)	Rusia	Tiumeni	Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3M). Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3M). Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	Certificat de conformitate european
Lot 37. Garnitură compatibilă cu generatorul de abur pentru Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3M) (Art Nr. ИТ 129.02.004)	Garnitură compatibilă cu generatorul de abur pentru Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3M) (Art Nr. ИТ 129.02.004)	Rusia	Tiumeni	Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3M). Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3M). Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	Certificat de conformitate european

<p>Lot 38. Garnitură compatibilă cu capacul camerei de sterilizare pentru Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М) (Art Nr. ИТ 129.01.009)</p>	<p>Garnitură compatibilă cu capacul camerei de sterilizare pentru Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М) (Art Nr. ИТ 129.01.009)</p>	<p>Rusia</p>	<p>Tiumeni</p>	<p>Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М). Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producator.</p>	<p>Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М). Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producator.</p>	<p>Certificat de conformitate european</p>
<p>Lot 139. Set camera laparoscopica si videoprocessor intercompatibile</p>	<p>. Set camera laparoscopica si videoprocessor intercompatibile</p>	<p>Germania</p>	<p><u>RZ</u> <u>Medizintechnik</u></p>	<p>1. CAMERA LAPAROSCOPICĂ. Cap camera Full HD; // ZOOM optic 2x fara distorsionarea calitatii imaginii; // ZOOM digital 2,5X; // Sensor cu tehnologie 3CCD sau mai mult; //Rezolutia minim 1 920 x 1 080 pixeli, sau mai mult; // Distanța focus - diapazon de la 14 mm pana la 28 mm; //Dimensiuni capul camerei 50 mm x 50 mm x 130 mm (+/- 10 mm); //Lungimea cablului camerei - nu mai mic de 4 metri; // Greutatea capului camerei - nu mai mare de 350 g. 2. VIDEOPROCESSOR. Conexiuni video: DVI 1 080p (x2), HDS DI (x2), S-Video; // Obturator automat cu viteza in diapazon minim 1/50 - 1/10 000 sec; // Posibilitate de ajustare a lampii de la sursa de lumina in regim ON sau STANDBY; // Posibilitate presetari si setari individuale - minim 8; // Mod scanare progresiva - minim 50/60 cadre pe secunda; // Dimensiuni 300 mm x 80 mm x 300 mm (+/- 10 mm). // Cerințe de certificare: *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. // Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. // Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. // În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. // Termen de valabilitate minim 24 luni de la instalarea bunului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.</p>	<p>1. CAMERA LAPAROSCOPICĂ. Cap camera Full HD; // ZOOM optic 2x fara distorsionarea calitatii imaginii; // ZOOM digital 2,5X; // Sensor cu tehnologie 3CCD sau mai mult; //Rezolutia minim 1 920 x 1 080 pixeli, sau mai mult; // Distanța focus - diapazon de la 14 mm pana la 28 mm; //Dimensiuni capul camerei 50 mm x 50 mm x 130 mm (+/- 10 mm); //Lungimea cablului camerei - nu mai mic de 4 metri; // Greutatea capului camerei - nu mai mare de 350 g. 2. VIDEOPROCESSOR. Conexiuni video: DVI 1 080p (x2), HDS DI (x2), S-Video; // Obturator automat cu viteza in diapazon minim 1/50 - 1/10 000 sec; // Posibilitate de ajustare a lampii de la sursa de lumina in regim ON sau STANDBY; // Posibilitate presetari si setari individuale - minim 8; // Mod scanare progresiva - minim 50/60 cadre pe secunda; // Dimensiuni 300 mm x 80 mm x 300 mm (+/- 10 mm). // Cerințe de certificare: *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. // Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. // Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. // În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. // Termen de valabilitate minim 24 luni de la instalarea bunului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării.</p>	<p>Certificat de conformitate european</p>

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dorin Breahna În calitate de: Director

Ofertantul: "AZICA-GRUP" S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Independenței 10/4, ap 97