

Specificații tehnice (anexa 22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: LP 21649432 / oeds-b3wdp1-MD-1783667417652, din 26/09/2026 din 27/07/2026	Data: 27/07/2026	Alternative: nu sunt
Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor pentru hemodializă, inclusiv consumabile pentru Omni Bbraun pentru anul 2026	Lot: 2; 3; 4	Pagina: 1 din __

Codul CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelului articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	2	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg	DORA B-18PF	China	Bain Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd	Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice Nr Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95	Dializator suprafața 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 28 ml/oră mm Hg Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 28 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice Nr Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 266 2 creatinina ≥ 256 3 fosfați ≥ 250 4 vitamina B-12 ≥ 162	DM000489177
33100000-1	3	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți	Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți	BAIN-A.V.F-026AG	China	Bain Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd	Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice Nr Cerința Parametrii solicitați 1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conține clame integrate. Da 3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm	Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare - Da, corespunde Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă - Da, corespunde Cerințele specifice Nr Cerința Parametrii solicitați 1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) - Da, corespunde 2 Vor conține clame integrate. - Da, corespunde 3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° - Da, corespunde 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm	DM000488700
33100000-1	4	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți	Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți	BAIN-A.V.F-026VG	China	Bain Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice Nr Cerința Parametrii solicitați 1 Vor conține clame integrate. Da 2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm	Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 16G Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare - Da, corespunde Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă - Da, corespunde Cerințele specifice Nr Cerința Parametrii solicitați 1 Vor conține clame integrate. - Da, corespunde 2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° - Da, corespunde 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm	DM000488726

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotchnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova