

**Anexa nr.1 la Specificatii tehnice lotul nr.9**  
**LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1659684146195 din**  
**15.09.2022**

Coresponderea tuturor parametrilor **Lot nr.9 Lampa chirurgicala cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220** cerintelor solicitate:

| N/o parametru | Specificarea tehnică deplină solicitată decătore autoritatea contractantă                                                 | Specificarea tehnică deplină propusă de către MedPunkt SRL                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.            | Lampa chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici avansate) Cod 130220                                                      | Da, Lampa chirurgicală cu 1 satelit (caracteristici avansate) <b>model MICARE PowerLED E700</b> , producator Nanchang Micare Medical Equipment Co.,Ltd – China. Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED. |
| 2.            | Descriere Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan | Da, Lampă chirurgicală fără umbre destinată pentru iluminare în investigații chirurgicale majore cu fixare pe tavan. Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED.                                            |
| 3.            | Parametrul Specificația Caracteristici tehnice Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da     | Parametrul Specificația Da, Caracteristici tehnice: Sistem de iluminare bazat pe tehnologia LED (Light Emitting Diodes) da. Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED.                                     |
| 4.            | Numărul de sateliți 1                                                                                                     | Da, numărul de sateliți 1. Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED.                                                                                                                                      |
| 5.            | Temperatura culorii 4,500 ±500 K reglabilă                                                                                | Da, Temperatura culorii <b>3000-5500K reglabilă</b> . Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED.                                                                                                           |
| 6.            | Reglarea intensității luminii da                                                                                          | Da, Reglarea intensității luminii. Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED.                                                                                                                              |
| 7.            | Indexul de culoare ≥ 95                                                                                                   | Da, Indexul de culoare <b>96 Ra; 98 R9(Red)</b> . Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED.                                                                                                               |
| 8.            | Dimensiunea câmpului, cm Focusabil da Diametrul min. 24 -34 cm                                                            | Da, Dimensiunea câmpului, cm Focusabil da. Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED.<br>Da, <b>Diametrul câmpului 15 -35 cm</b> . Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED.                                  |
| 9.            | Adâncimea ≥ 80 cm                                                                                                         | Da, <b>Adâncimea 140cm</b> . Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED.                                                                                                                                    |
| 10.           | Distanța de lucru 0.7-1.5 m                                                                                               | Da, Distanța de lucru 0.7-1.5 m. Vezi specificația atasată Specification PowerLED E700 - Single Dome Ceiling mounted Surgical Light.                                                                   |
| 11.           | Nivelul de iluminare la 1 m distanță ≥ 160 000 lux                                                                        | Da, Nivelul de iluminare la 1 m distanță max <b>180 000 lux</b> ; reglabila de la 93000 pana la 180,000 lux. Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED.                                                    |
| 12.           | Rotația 270 grade                                                                                                         | Da, Rotația 540 grade. Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED.                                                                                                                                          |
| 13.           | Ajustare pe verticală, cm ≥ 80                                                                                            | Da, Ajustare pe verticală, ≥ 800 mm. Vezi specificația atasată Specification PowerLED E700 - Single Dome Ceiling mounted Surgical Light.                                                               |
| 14.           | Cresterea temperaturii în campul operator <1° C                                                                           | Da, Cresterea temperaturii în campul operator <1° C. Vezi specificația atasată Specification PowerLED E700 - Single Dome Ceiling mounted Surgical Light.                                               |
| 15.           | Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz                                                                                  | Da, Alimentarea Rețeaua electrică 220V, 50Hz. Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED.                                                                                                                   |
| 16.           | Durata medie de viață a LED-urilor min. 50000 h                                                                           | Da, <b>Durata medie de viață a LED-urilor min. 80 000 h</b> . Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED.                                                                                                   |
| 17.           | Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate                                                                           | Da, Mișcarea capului luminos ≥ 4 grade de libertate. Vezi specificația atasată Specification PowerLED E700 - Single Dome Ceiling mounted Surgical Light.                                               |
| 18.           | Mînere detașabile sterilizabile                                                                                           | Da, Mînere detașabile sterilizabile. Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED.                                                                                                                            |
| 19.           | Panou de control integrat în lampa principală                                                                             | Da, Panou de control integrat în lampa principală. Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED. Vezi fotografia atasată Standard Touch Panel of Surgical Light POWERLED.                                     |
| 20.           | Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video da                              | Da, Posibilitatea integrării sistemului de telemedicină și a sistemelor de înregistrare video. Vezi catalogul atasat MICARE POWERLED.                                                                  |
| 21.           | Înălțimea podului 3-4 m                                                                                                   | Da, Înălțimea podului 3-4 m. Vezi specificația atasată Specification PowerLED E700 - Single Dome Ceiling mounted Surgical Light.                                                                       |

Vezi de asemenea fotografiile atasate cu aceste lampi chirurgicale instalate în spitale.

Semnat: \_\_\_\_\_  
**Numele, prenumele: Antonova Anna**  
**În calitate de: Administrator**  
**Ofertant: MedPunkt SRL mun.Chisinau,**  
**str.N.Testemiteanu 11, of.59**