

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Utilaj pentru investigații și diagnostică
prin procedura de achiziție Licitatie deschisă

Denumirea autorității contractante: Centrul Consultativ Diagnostic al Ministerului Apărării

IDNO: 1006601003441

Adresa: mun. Chișinău, str. Pietrarilor 1

Numărul de telefon/fax: 022 25-23-34, 022 25-22-49 / 022 25-23-58

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: ccd@ms.md,

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii conform *SIA "RSAP"*

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate Contractantă.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea fără TVA, lei
1	33168100-6	Sistem videoendoscopic	set	1	Sistem videoendoscopic – 1 buc Troleu, monitor, videoprosesor, sursă de lumină, videogastroscoop, videocolonoscop, pompa de CO2 insuflator, dispozitiv pentru reprocesarea automata a sistemelor de endoscopie cu un singur loc, sistem de păstrare a endoscoapelor vertical. Garanția bunurilor minim 24 de luni. Videoprosesor – 1 buc Intrări cameră: ≥1. Caracteristici: Ajustare nuanță: da Iluminare: auto Balans de alb: auto Ajustarea culorilor: da Ajustarea contrast: minim 3 nivele Zoom Electronic: da Suportă tehnologie cromoscopie digitală sau analogică in 3 nivele: da Protocol de amplificare adăugătoare pentru fiecare regim de cromoscopie digitală sau analogică: da Inclusă posibilitatea de înregistrare video direct pe USB sau HDD Extern / alt sistem de înregistrare video de înaltă rezoluție cu transmitere la PC, in acest caz să fie inclus PC cu parametri recomandați de producător: da Înscrierea pacienților în baza interna: da Programarea protocolului pentru fiecare utilizator: da Afișarea datelor video endoscopului atașate la procesor: da Control: Tastatura Alfa numerică: da Ecran tactil cu meniu minim în limba română/limba rusa: da Dimensiunile pentru ecran tactil: ≥ 7 inch	2426000,00

					Ieșiri Video semnal live/real: Digital minim DVI sau SD-I ≥ 1 Rezoluția de ieșire: $\geq 1080p/i$ Ieșire date și control: RJ45: ≥ 1 Compatibil cu videoendoscoape: Videogastroskop: da Videocolonoscop: da Pompa de aer și apă: Control: direct de pe procesor nivel control: minim 4 nivele. Sursa de lumină Tip: integrată în procesor sau separată sau alt sistem de iluminare care poate fi confirmat prin date tehnice. Tip lampă: Xenon/Led Timp de viață lampă: ≥ 500 h Putere lampă: ≥ 300 W Contor lampă în nivele/ intensitate: da Mod standby: da Lampa de rezervă integrată în video procesor, doar în cazul lampii Xenon: LED Periferice disponibile: Display medical: ≥ 24 inch Rezoluția minimă: $\geq 1080p/i$ Sistem de furnizare a aerului/apei: minim 4 nivele volumul vasului pentru apă minim 200 ml Sistem de aspirație endoscopic Tip: Separat de procesor Volumul rezervorului: ≥ 2 litri Vid: da Dirijarea nivelului de aspirare: în trepte Puterea de aspirație a aspiratorului: minim 60 l/min Control: Prin buton Prin pedala Troleu Polițe reglabile la înălțime: minim 4 unit Transformator electric integrat: da Numarul de prize integrate în troleu: minim 5 Suport pentru 2 video endoscoape: da, reglabil pe înălțime Sertar pliant pentru tastieră: da Mâner pentru controlul în timpul deplasării: da Roti: pentru poziționarea și deplăsarea troleului minim 4 buc Frâne: minim 2 Accesorii: Piesă bucală: minm 2 unit. Tester manual: 1 unit. Vas de rezervă: pentru aspirator $\geq 2l$, minim 1 unit Filtre pentru aspirator: 5 unit. Monitor medical: 1 unit. Alimentare electrica 220/230V , 50/60 Hz. Videogastroskop – 2 buc Compatibil cu video procesorul de mai sus: da. Compatibil cu tehnologia de cromoscopie digitala sau analogica în minim 3 nivele: da. Tip: rezoluție înaltă HD Tubul de inserție: Lungime de lucru ≥ 1000 mm. Diametrul exterior ≤ 10 mm.	
--	--	--	--	--	--	--

				Marcaj de lungime: da. Canal de lucru: Numărul de canale ≥ 1. Diametrul: nu mai mic de 2,8 mm Canal adăugător pentru jetul de apă: da. Optica: Unghiul câmpului vizual ≥ 140 grade Înclinația câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului vizual in regim normal 2-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție: Sus/jos $\geq 210/100$ grade. Stînga/dreapta $\geq 100/100$ grade. Spălarea obiectivului: da. Metode de sterilizare: chimic, etilen oxid opțional. Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare: da Compatibil cu masina automată de dezinfectare: da Programarea butoanelor: da. Accesorii: Pensa p-u biopsie de mutiplă folosință compatibil cu canalul de lucru a videogastroscofului - minim 2 unitati Videocolonoscop – 1 buc Compatibil cu video procesorul de mai sus - da Compatibil cu tehnologia de cromoscopie digitală sau analogică în minim 3 nivele - da Tip - Rezoluție înaltă HD Tubul de inserție Lungime de lucru ≥ 1700mm Diametrul exterior $\leq 13,5$ mm Marcaj de lungime - da Canal de lucru Numărul de canale ≥ 1 Diametrul nu mai mic de 3,8 mm Canal adăugător pentru jetul de apă - da Optica Unghiul câmpului vizual ≥ 140 grade Înclinația câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului vizual în regim normal 3-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos $\geq 160/160$ grade Stînga/dreapta $\geq 180/180$ grade Spălarea obiectivului - da Metode de sterilizare: chimic, etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare: da Compatibil cu mașini automate de dezinfectare/sterilizare: da Programarea butoanelor - da Compatibil cu instrumentele folosite cu diametrul coagulatorului - da Insuflator CO2 – 1 buc Cu sistema de încălzire - da Debitul CO2 in 3 nivele minim Nivel de Jos Nivel Mediu Nivelul Maxim Spațiul pentru butelia de apă - da Furtun pentru conectare la butelia de CO2 - da Butelie cu CO2 cu toate componentele de comunicare la pompa CO2 - da Volumul butelie ≥ 10 L	
--	--	--	--	---	--

				Accesorii pentru conectarea la video endoscoape de unica folosita minim 1 set Dispozitiv pentru reprocesarea automata a sistemelor de endoscopie cu un singur loc– 1 buc. Concepută pentru a dezinfecta sau steriliza folosind un sistem automat de umezire si curățare a canalelor endoscopului: da Configurație: - Integrat pe suport pe roti dotat cu frâne: da - Spațiul dedicat detergenților: da - minim 1 loc pentru video endoscop: da Control - Prezenta butoanelor: da Display prezent - da: - Tip color: da - Diagonala $\geq 3,5$ inch: da - Numărul de cicluri ≥ 1: da Timp de procesare, pentru un ciclu complet Maxim 40 minute: da Prezența ciclului de auto dezinfectare, care poate fi programat automat: da Monitoring si control: - Sistem de barcodare sau prin taguri RF endoscop cu înscrierea modelului și seriei numerice a endoscopului: da - Sistem de siguranță prin barcodare sau prin taguri RF a fiecărui utilizator pentru controlul personalului care va utiliza sistemul de sterilizare: da - Prezentare pe ecran a informației referitor la endoscop, program, etapă a ciclului, timpul rămas până la finalizarea ciclului, temperatura: da - Prezența alarmelor vizuale si auditive: da - Senzor de control pentru nivelul de apa: da - Imprimantă termică integrată pentru prezentarea timpului ciclului complet sterilizat cu indicarea modelului si seriei numerice a endoscopului: da - Numărul de programe: minim 2 programe predefinite de producător; minim 2 programe care pot fi programate de utilizator la necesitate; - Fazele minime ale ciclului: test de scurgere sau ermetic prespălare spălare cu detergent clătire dezinfecție la temperatura joasa (minim 35 °) - Test ermetic sau de scurgere pe toată durata ciclului cu monitorizare continuă a presiunii, iar în caz de scurgere oprirea automat indiferent de etapa ciclului: da - Blocarea ușii în timpul ciclului pentru siguranța procesului si a prevenirii deschiderii neautorizate: da - Sistem automat de dozare cu pompa separată pentru preparatele folosite în spălarea și dezinfectarea endoscoapelor: da - Sistem automat de transmitere a informației in caz că soluția folosită pentru dezinfecție s-a finalizat: da - Sistem intern de filtre in minim 2 nivele, primul nivel filtru de apă maxim de 0,45 μm al doilea nivel filtru de apă maxim de 0,1 μm: da - Filtru intern pentru aer minim 1 de minim de 0,2 μm; da Tipuri agenți folosiți în dezinfectare:	
--	--	--	--	--	--

				- Recomandați de producători (prezentarea certificatelor microbiologice de la producătorul utilajului pentru agenți propuși); Compatibilitatea cu diferite endoscoape: - Obligatoriu prezența conectorilor pentru video endoscoape - minim 1 set; - Obligatoriu cu conectorii pentru videogastroscoful, conform cerințelor înaintate în lotul precedent; Volum maxim de apă încărcat pentru etapă a unui ciclu ≤ 10 litri; Accesorii prezente la livrare: - Termo printer 1 buc; - Hârtie pentru imprimantă termică ≥ 10 buc; - Cititor de barcoduri 1 buc; - Barcoduri care pot fi programate pe dispozitivul de reprocesare minim 1 set (minim 10 endoscoape și minim 5 utilizatori) (poate fi prin barcoduri sau prin TAG-uri RF); - Sistem de prefiltrare a apei separată de dispozitivul de reprocesare recomandat de producător; - Set de conectori cu coș necesare pentru conectarea Video gastroscofului oferat minim 1 set - Set de conectori cu cos necesare pentru conectarea endoscoapelor prezente în dotare, producător OLYMPUS 1 set; - Set de soluție pentru dezinfectare pentru minim 200 cicluri de dezinfectare (set din 3 componente); Construcția Oțel inoxidabil tip medical minim standard AISI 316L sau alt material calitativ compatibil conform standardului ISO 15883-5. Alimentare electrică 220/230V , 50/60 Hz. Dispozitiv pentru uscarea verticală și menținerea endoscofului în stare sterilă – 1 buc Conceput pentru uscarea după procesul de sterilizare sau dezinfectare cu posibilitate de menținere a stării sterile. Specificația: Configurație: Static pe podea: da Locuri pentru video endoscop ≥ 6 locuri Conectori: minim 3 pentru producătorul Olympus (gastroscoful din dotare), minim 3 pentru videoendoscoful oferat. Cu încărcare verticală: da Dotat cu sertar tip glisant vertical pentru extracția comodă a video endoscofului sau alta metoda (fără sertar glisant) care permite extragerea video endoscofului necesar, fără a fi nevoie extragerea a altor endoscoape din față sau prin părțile laterale: da Timpul de păstrare minim în stare sterilă și gata de utilizare ≥ 20 zile Numărul de uși minim 1 Rama din oțel inoxidabil: da Partea internă a ramei din sticlă rezistentă: da Prezența lacăt: da Filtru de aer intern standard HEPA H13, HEPA H14 sau mai performant: da Display tip LED/ OLED/ LCD: da Control prin intermediul butoanelor cu protecție la lichide sau ecran tactil: da Compresor de aer integrat: da Tensiune de alimentare: 220–240V / 50–60 Hz.	
--	--	--	--	--	--

2	33168100-6	Lampa chirurgicala	set	1	Lampă chirurgicală cu doi sateliți Garanție minim 24 de luni. Sistem de iluminat cu 2 corpuri satelitare (dome-uri) montate pe brațuri articulate, pentru utilizare în blocul operator. Montare - tavan: da Braț mobil articulat cu mișcări multidirecționale (rotație 340°-360°): da Tip sursă de lumină: LED de înaltă performanță, fără emisii de infraroșu (IR) sau ultraviolet (UV): da Durată de viață LED-uri: ≥ 60.000 ore: da Temperatura de culoare ajustabilă: între 3.500 K – 5.000 K: da Indice de redare a culorii (CRI): ≥ 95 Ra: da Intensitate luminoasă reglabilă: până la ≥ 160.000 lux (per satelit): da Iluminare minimă: ≥ 40.000 lux: da Diametru câmp luminat: reglabil, între 200 mm – 400 mm: da Uniformitatea iluminării: $\geq 60\%$: da Panou de control digital pe fiecare satelit sau centralizat, cu reglare: intensitate luminoasă, temperatură de culoare, diametru câmp: da Sistem fără umbre: prin suprapunere fascicule LED multiple: da Sterilizabilitate - mâner central autoclavabil: da Mișcări braț: flexibile și ușor de poziționat, cu frânare mecanică sau pneumatică: da Rotire dome: 360° în jurul propriei axe: da Înălțime reglabilă: adaptabilă la diferite săli de operație: da Compatibil conform standardului: CE, ISO 13485. Tensiune de alimentare: 220–240V / 50–60 Hz.	400000,00
Total cu TVA 3391200,00						2826000,00

La transmiterea/recepționarea echipamentului:

- a) Vânzătorul va dezambala complet și va examina sistemul videoendoscopic. Orice echipament care nu va corespunde cerințelor va fi înlocuit înainte de a continua instalarea. Pe durata inspecției de livrare, Cumpărătorul sau reprezentantul acestuia are dreptul de a inspecta el însuși echipamentul.
- b) După încheierea inspecției de livrare, Vânzătorul va instala Sistemul videoendoscopic. Până la finalizarea instalării, asamblării, interconectării, calibrării și punerii în funcțiune a echipamentului, activarea programelor, softurilor care susțin funcțiile aparatului, Vânzătorul va testa echipamentul pentru funcționare adecvată cu înregistrarea în scris a tuturor rezultatelor. Această procedură va constitui testul de aprobare a Cumpărătorului prin semnarea unui proces-verbal.

Vânzătorul se obligă:

- Vânzătorul permite folosirea metodelor de dezinfectare a aparatului cu dezinfectanții aprobați de către Ministerul Sănătății al RM.
- Vânzătorul în perioada de garanție va asigura din contul său:
 1. ședințe de instruire pentru utilizare, a personalul destinat în acest scop.
 2. înlocuirea echipamentului defect.
- După finalizarea trainingului, Vânzătorul va certifica că personalul antrenat a absolvit programul de training cu semnarea unui proces-verbal de către ambele părți.

În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și dacă este cazul, numărul maxim al acestora: Nu se aplică.

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta: Pentru fiecare lot în parte.

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

Termenii și condițiile de vânzare solicitati: Livrarea se va efectua: până la 90 de zile de la înregistrarea contractului.

Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Documentele ce constituie oferta

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Propunerea tehnică	Specificații tehnice (anexa nr. 22, conform documentației standard) – original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligativiu
2	Propunerea financiară	Specificații de preț (anexa nr. 23, conform documentației standard) – original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligativiu
		Garanție pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA: 1. scrisoare de garanție (anexa nr.9, conform documentației standard) - original eliberat de bancă, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului sau 2. transfer la contul autorității contractante copia ordinului de plată cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligativiu
3	Eligibilitatea ofertantului	DUAE - Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligativiu
4	Cererea de participare	Original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului (anexa nr.7, conform documentației standard)	Obligativiu
5	Declarație privind valabilitatea ofertei	Original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului (anexa nr. 8, conform documentației standard)	Obligativiu

Conform art.20 alin.8, L 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile lucrătoare, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, după cum urmează:

Documente de calificare

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.	Obligativiu
2.	Certificat de atribuire a conturilor bancare	Copie eliberată de banca deținătoare de cont cu codurile IBAN, confirmată prin semnătura electronică a ofertantului.	Obligativiu
3.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Confirmat prin semnătura electronică a ofertantului.	Obligativiu
4.	Pașaportul tehnic în una din limbi română/engleză/rusă	Care va corespunde cu produsul indicat în formularul Specificații tehnice - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
5.	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată	Certificat /Declarație de conformitate, CE sau ISO conform specificațiilor tehnice, de la producător.	Obligativiu

	prin referire la specificații sau standarde relevante	(Certificatul CE conform directivei 93/42 EEC sau a Regulamentului 745 sau MDR. Certificatul ISO 13485 și/sau 9001:3. EN285 4. IEC 61010) - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice.	
6.	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor	Dovada înregistrării dispozitivului medical în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale , în conformitate cu art.7 și 8 din LP102/2017 . - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice	Obligativ la livrare pentru operatorul economic desemnat câștigător
7.	Confirmare privind atribuirea numărului de înregistrare în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (EEE)	Conform reglementărilor: Legea nr.209 din 29.07.2016 și HG nr.212 din 07.03.2018 - confirmată cu aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
8.	Declarație de garanție	Pentru perioada menționată în descrierea tehnică a bunurilor - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
9.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Autorității contractante și Agenției Achiziții Publice (Declarația conform modelului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.145 din 24 noiembrie 2020)	Pentru operatorul economic desemnat câștigător

Notă: Conform art.26 alin.8, L 131/2015, privind achizițiile publice, în cazul în care două sau mai multe oferte sânt echivalente va fi aplicat un criteriu de atribuire suplimentar - **capacitatea economică și financiară** (art.18, lit.c, L 131/2015).

*** Documentele justificative pot fi încărcate și la momentul prezentării ofertelor**

17. Garanția pentru ofertă, în cuantum de 1% din valoarea ofertei fără TVA, scrisoare de garanție, conform anexei nr.9 din documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii sau prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: Centrul Consultativ Diagnostica Ministerului Apărării

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Codul fiscal: 1006601003441

IBAN: MD42TRPAAA142310B00849AA

cu nota: „Pentru garanție de ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA”.

*Notă: **Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA, scrisoare de garanție eliberată de bancă în original, se va prezenta la sediul Autorității contractante la solicitare***

18. Garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, inclusiv TVA, scrisoare de garanție (original), conform anexei nr.10 din documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, cu termenul de valabilitate până la 31.12.2025, sau prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: Centrul Consultativ Diagnostica Ministerului Apărării

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Codul fiscal: 1006601003441

IBAN: MD42TRPAAA142310B00849AA

cu nota: „Pentru garanția de bună execuție a contractului”.

*Notă: **Garanția de bună execuție 5% din valoarea contractului, scrisoare de garanție eliberată de bancă în original, se va prezenta la sediul Autorității contractante.***

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: -

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): -

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

22. Ofertele se prezintă în valuta: MDL.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

Cererile de participare vor fi depuse conform pct. 16 din anunț.

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: conform SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: -

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

39. Alte informații relevante:

- Operatorii economici participanți la procedura de achiziție publică vor asigura implementarea măsurilor organizaționale necesare pentru păstrarea regimului de confidențialitate și securitate în conformitate cu Legea 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
- Ofertele ce depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției nu vor fi acceptate.

Conducătorul Autorității Contractante:

Andrei MARFIN